



Warszawa, dn. 14.10.2015 r.

Szp. Sp. 2958 /15/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 25/2015.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 25/2015.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Część 2 – Respirator stacjonarny – sztuk .

Pyt. 1

Lp.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu.

Pyt. 2.

Lp.18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO₂, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na pomiarze SpO₂ i EtCO₂?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu.

Pyt. 3.

Lp.24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych od 2 do 90 cm H₂O?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator.

Pyt. 4.

Lp.26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 45 cm H₂O?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator.

Pyt. 5.

Lp.31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie 10 - 80 % szczytowego przepływu wdechowego?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu.

Pyt. 6.

Lp.47. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy respiratora o prezentację parametru VCO₂?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu.

Pyt. 7.



Lp.51. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z prezentacją na pojedynczym kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 72 godzinnych?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator.

Pyt. 8.

Lp.52. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez jednoczesnej prezentacji trendów i krzywych dynamicznych ale z prezentacją oddzielną?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator.

Pyt. 9.

Lp.66. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem O₂ za pomocą galwanicznego czujnika tlenowego?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu.

Dot. Załącznik nr 2-1 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych

Część 1 zamówienia: Aparat do znieczulania

Pyt. 10.

Ad. pkt 5 i pkt 13

Czy mając na uwadze fakt, że zazwyczaj to dostawca anestetyków użycza użytkownikowi aparatu do znieczulania również niezbędny parownik, należy uznać zapisy punktów 5 i 13 „....Parownik Sevofluranu, w komplecie za oczywistą omyłkę i w związku z tym Zamawiający w celu eliminacji niepotrzebnych kosztów i możliwości złożenia optymalnej oferty przez wykonawców, odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z aparatem do znieczulania parownika Sevofluranu?

Odp.

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia wraz z aparatem do znieczulania parownika Sevofluranu.

Pyt. 11.

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych częścią 4 zamówienia , Poz.1

Zamawiający wymaga aby kardiomonitor były kompatybilne z posiadanymi przez siebie modelami mCare 300 firmy Spacelabs. Z przyczyn zaprzestania już produkcji w/w modelu czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor Elance firmy Spacelabs , który jest następcą mCare 300 firmy Spacelabs . Czy zamawiający dopuści do przetargu monitor z innym gniazdem adaptera do czujnika saturacji niż jest użyty w modelu mCare 300 firmy Spacelabs? Czy zamawiający dopuści do przetargu monitor, którego złączka od mankietu do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi jest wciskana zamiast wkręcana jak jest to kardiomonitorze mCare 300 firmy Spacelabs?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt.12.

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych częścią 4 zamówienia , Poz.3

Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał budowę modułową co pozwalałoby przenosić moduły pomiarowe pomiędzy monitorami bez udziału serwisu.

W związku z tym, że posiadane modele mCare 300 firmy Spacelabs nie są monitorami modułowymi, czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej, który nie posiada możliwości przenoszenia modułów pomiarowych między monitorami?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt. 13.

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych częścią 4 zamówienia , Poz.8



Zamawiający wymaga możliwości wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej poziomu każdego kardiomonitora.

W związku z tym, że posiadane kardiomonitorzy mCare 300 firmy Spacelabs nie posiadają możliwości wydruku z sieci, czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości wydruku EKG i innych danych przez drukarkę sieciową z poziomu kardiomonitora? Czy zamawiający ewentualnie dopuści do przetargu kardiomonitor do którego jest możliwość przyłączenia i przenoszenia między kardiomonitorami drukarki jako modułu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z możliwością przyłączenia i przenoszenia między kardiomonitorami drukarki jako modułu.

Pyt.14.

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych częścią 4 zamówienia , Poz.8

Zamawiający wymaga aby było możliwe zaprogramowanie automatycznego pomiaru ciśnienia krwi z określoną częstotliwością np. od 1minuty do 6 godzin.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zaprogramowania pomiaru ciśnienia z częstotliwością co 3,4,5,10,15,30,60,90,120,240?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt. 15.

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych częścią 4 zamówienia , Poz.8

Zamawiający wymaga aby okres gwarancyjny wynosił min. 36 miesięcy. Czy zamawiający jest skłonny zaakceptować okres gwarancyjny wynoszący 24 miesiące?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie okresu gwarancji do 24 miesięcy.

Pyt. 16.

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy §8.ust 1.

Zamawiający postawił warunek, że w razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

Czy zamawiający zgadza się na zmianę tego punktu w sposób aby kara w razie opóźnienia przekazania urządzenia do eksploatacji lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym była naliczana w wysokości 0,2% ceny brutto dziennie od wartości niedostarczonego na czas urządzenia a nie całości zamówienia?

Odp.

Kara dotyczy wartości brutto danego urządzenia, a nie wartości zamówienia.

Pyt. 17.

Czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy punktu uwzględniającego wypadki siły wyższej i nie naliczanie za ten czas kar?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy: Część 5 – Szafka anestezjologiczna – 1 szt

Pyt. 18.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę anestezjologiczną o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu?

- Szafka anestezjologiczna, wykonana ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję; łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne; szafka wyposażona w 5 szuflad na prowadnicach z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady; wszystkie krawędzie zaokrąglone



- Cztery szuflady: dwie o wysokości 75 mm, dwie o wysokości 150 mm
- Dolna szuflada o wysokości 225 mm, przeznaczona na butelki z płynami
- Szafka wyposażona w blat posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka
- Fronty szuflad wykonane z tworzywa ABS
- Szafka na kółkach fi 125 mm, dwa kółka z blokadą; oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża; przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego
- Wymiary szafki 720 x 620 x 1055 mm
- Blat z fartuchem z trzech stron; wymiar blatu 650 x 550 mm

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę anestezjologiczną opisaną w pytaniu.

Dotyczy: Część 5 – Stolik typu Mayo – 2 szt.

Pyt. 19.

Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo, posiadający podstawę w kształcie litery T, z trzema podwójnymi kółkami fi 125 mm, w tym dwa kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu.

Pyt. 20.

Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo, posiadający wymiary 800 x 500 x 960-1330 mm?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu.

Dotyczy: Część 5 – Stolik opatrunkowy – 1 szt.

Pyt. 21.

Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu?

- Stolik opatrunkowy, wykonany ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odpornej na zarysowania i korozję; łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne; szafka wyposażona w 5 szuflad na prowadnicach z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady; wszystkie krawędzie zaokrąglone
- Cztery szuflady: dwie o wysokości 75 mm, dwie o wysokości 150 mm
- Dolna szuflada o wysokości 225 mm, przeznaczona na butelki z płynami
- Szafka wyposażona w blat posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka
- Fronty szuflad wykonane z tworzywa ABS
- Szafka na kółkach fi 125 mm, dwa kółka z blokadą; oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża; przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego
- Wymiary szafki 720 x 620 x 1055 mm
- Blat z fartuchem z trzech stron; wymiar blatu 650 x 550 mm

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu.

Dotyczy: Część 5 – Stolik narzędziowy – 2 szt.

Pyt. 22.

Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy o wymiarach 750 x 500 x 800-1300 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza stolika o wymiarach podanych w pytaniu.

Dotyczy: Część 5 – Stolik anestezjologiczny – 1 szt.

Pyt. 23.



Czy Zamawiający dopuści stół anestezyjologiczny na kółkach, posiadający obudowę stalową lakierowaną proszkowo na kolor szary; możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad z palety kolorów producenta?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 24.

Czy Zamawiający dopuści stół anestezyjologiczny o wymiarach 720 x 620 x 1055 mm?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Część 3 zamówienia: Histeroskop z wyposażeniem.

Pyt. 25.

Czy zamawiający w pkt 3 dopuści do postępowania jako równoważną optykę o średnicy 10mm kącie patrzenia 30st i długości 34cm. Niewielka różnica długości nie ma wpływu na pracę optyki laparoskopową.

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza optyki opisanej w pytaniu.

Część 6 zamówienia: Fotel ginekologiczny.

Pyt. 26.

PKT.3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o szerokości siedziska 640mm?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 27.

Pkt.5 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o wysokości siedziska 640mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 28.

Pkt.7 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie uniesienia oparcia pleców w zakresie -8 do 80st? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 29.

Pkt.8 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie pochylenia siedziska -5 do 28st?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 30.

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie anty Trendelenburga 5st?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 31.

Pkt.11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o elektrycznie regulowanej wysokości siedziska?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pyt. 32.

Pkt.12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny z regulacją pochylenia oparcia i siedziska za pomocą sprężyn gazowych, bez wzdłużnej regulacji przechyłu?



Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pyt. 33.

Pkt.14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny wyposażony w kółka z blokadą?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pyt. 34.

Pkt.14 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny z tapicerką profilowaną odporną na działanie środków dezynfekcyjnych z małymi przeszyciami.?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Część 1 zamówienia:

Aparat do znieczulenia sztuk 1

Pyt. 35.

Pkt 70 i 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem dotykowym o przekątnej 12 cali o rozdzielczości wyższej niż wymagana tj 1280 x 800 ?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt. 36.

Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wbudowanym 1 portem USB z możliwością rozbudowy o kolejne 2 porty w razie realnej potrzeby?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt. 37.

Pkt 88

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie technologii pomiaru SpO2 PHILIPS FAST o następujących parametrach:

- zakres pomiarowy SPO2: 0-100%
- dokładność pomiaru SpO2: +/-2% w zakresie 70-100%
- zakres pomiaru tętna: 30-300 /min
- dokładność pomiaru tętna: +/-2% lub 1/min w pełnym zakresie?

Są to najwyższe dostępne na rynku wartości zakresów pomiarowych i dokładności.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza technologię opisaną w pytaniu.

Pyt. 38.

Pkt 92-96

Czy Zamawiający dopuści następujące wyposażenie w moduły / funkcje pomiarowe EKG, SpO2, NIBP, NMT, oddech, temperatura (1 kanał), IBP (1 kanał)?

Oferowany kardiomonitor będzie miał możliwość rozbudowy o inne moduły, w tym: BIS, CO2, monitorowanie stężenia gazów anestetycznych, monitorowanie rzutu serca PiCCO, dodatkowe kanały IBP i temperatury i inne.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu.

Pyt. 39.

Dot. warunków udziału w postępowaniu pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie min. 1 dostawy histeroskopu ale o wartości co najmniej 53 000 zł brutto?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 warunek o wykazaniu min.1 dostawy o wartości co najmniej 53 000 zł brutto.

Pyt. 40.

Dot. pakietu 3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania optyk fabrycznie nowych tj. nieregenerowanych, nie pochodzących z elementów odzyskanych w reprocessowaniu?



Odp.

Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia i ich wyposażenie były fabrycznie nowe.

Pyt. 41.

Dot. pakietu 3 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 2. uniwersalnej optyki histeroskopowych 3mm do płaszczy histeroskopowych o różnych średnicach (np. 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm - każdy z kanałem roboczym) oraz światłowodu o średnicy wiązki 2,8mm i długości 3m - kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego źródłami światła oraz oferowanymi płaszczami w pkt. 4.

Odp.

Zamawiający dopuszcza optykę opisaną w pytaniu.

Pyt. 42.

Dot. pakietu 3 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 3. światłowodu o średnicy wiązki 4,25mm zalecanej w przypadku optyki o średnicy 10mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza światłowody opisane w pytaniu.

Pyt. 43.

Dot. pakietu 3 Prosimy o możliwość zaoferowania w pkt. 4. płaszczy o średnicy całkowitej histeroskopu 5,5mm, o ciągłym przepływie (kanał doprowadzenia i odprowadzenia medium) i konstrukcji jednoczęściowej, łączonego z optyką na zasadzie kliknięcia (zatrzasku). Płaszcz jest kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami o śr. 5Fr. oraz systemem ssąco-płuczającym co zostało potwierdzone podczas prezentacji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza płaszcze opisane w pytaniu.

Pyt. 44.

Dot. pakietu 3 Czy w związku z zależnością pomiędzy średnicą optyki a jej podatnością na uszkodzenia mechaniczne Zamawiający zmieni wymaganie dot. Średnicy optyki histeroskopowej na średnicę 3mm oraz średnicy płaszcza jednoczęściowego na 5,5mm (z kanałem roboczym 5Fr. Dostosowanym do narzędzi posiadanych przez Szpital)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza optykę histeroskopową i płaszcze opisane w pytaniu.

Pyt. 45.

Dot. warunków udziału w postępowaniu pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie min. 1 dostawy sprzętu medycznego (optyki, płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, światłowodu) o wartości co najmniej 60 000 zł?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 warunek o wykazaniu min. 1 dostawy sprzętu medycznego takiego jak: optyka, płaszczy wewnętrzny i zewnętrzny, światłowody o wartości co najmniej 60 000 zł brutto.

Pyt. 46.

Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu reakcji serwisu oraz dostawy urządzenia zastępczego w dni robocze?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 47.

Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz. w dni robocze?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 48.

Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie czasu dostępności serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych na 8 letni okres?



Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt.49.

Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10%?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt.50.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości leża oraz tapicerki wynoszącej 650mm? Jest to parametr korzystniejszy zapewniający większy komfort pacjentkom o większych gabarytach.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu.

Pyt. 51.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedziska w zakresie od 67 do 97cm? Jest to wysokość optymalnie dostosowana dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. Poza tym elektryczna regulacja jest rozwiązaniem ułatwiającym pracę operatorom.

Odp.

Zamawiający dopuszcza regulację wysokości siedziska w zakresie od 67 do 97 cm. Zamawiający nie dopuszcza regulacji elektrycznej.

Pyt. 52.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z regulacją segmentu siedziska w zakresie od -10 do +10°? Jest to wartość optymalnie dostosowana dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pyt.53.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do -10° i pozycji Trendelenburga do +10°? Jest to zakres wystarczający do uzyskania bezpiecznej pozycji pacjenta.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do -10° . Zamawiający nie dopuszcza regulacji pozycji Trendelenburga do +10°.

Pyt. 54.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego całość konstrukcji wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez obudowy z tworzywa ABS w części siedzeniowej i na podstawie?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pyt. 55.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w stopki bez możliwości poziomowania?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

CZEŚĆ 5.

Szafka anestezjologiczna sztuk 1



Pyt.56.

Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojnikami zamontowanymi na narożnikach szafki? Takie rozwiązanie bardzo dobrze chroni wózek przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 57.

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach szafki:
600x500 mm? Wysokość zgodnie z SIWZ

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 58.

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 597x497 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Stolik typu MAYO sztuk 2

Pyt. 59.

Czy Zamawiający wymaga, aby stół posiadał łatwo zdejmowany blat, umożliwiającą dokładną dezynfekcję (demontaż jednym ruchem dźwigni)?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 60.

Czy Zamawiający w punkcie 4 ma na myśli maksymalne obciążenie 15 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru?

Odp.

Zamawiający wymaga obciążenia 15 kg bez względu na rodzaj rozłożenia ciężaru.

Stolik opatrunkowy sztuk 1

Pyt. 61.

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach szafki:
600x500 mm? Wysokość zgodnie z SIWZ.

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt.62.

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 597x497 mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 63.

Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojnikami zamontowanymi na narożnikach szafki? Takie rozwiązanie bardzo dobrze chroni wózek przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 64.

SIWZ IV. Termin i warunki wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić zapis:



*„Termin realizacji zamówienie będzie liczony od daty wyboru Kolorystyki przez Zamawiającego.”
Taki zapis zagwarantuje Wykonawcy 4 tygodniowy termin realizacji (w przypadku oczekiwania na kolorystykę termin ten byłby krótszy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy).*

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Część III histeroskop z wyposażeniem

Pyt. 65.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 66.

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24 h do 48 h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 12 Respirator stacjonarny do załącznika 2-2 parametrów techniczno- użytkowych

Pyt. 68.

Pkt. 12

Czy Zamawiający określając wymóg dotyczący posiadania oddechu na dwóch poziomach ciśnień w trybie Bilevel, DuoPAP, BiPAP miał na myśli także wspieranie oddechu własnego pacjenta określonym ciśnieniem wsparcia na obu poziomach ciśnień tego trybu? Funkcja ta wspiera pacjenta w podejmowaniu prób w zależności od potrzeb i stanu klinicznego pacjenta.

Odp.

Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu.

Pyt. 69.

Pkt. 62

Czy Zamawiający określając wymóg posiadania alarmu bezdechu z automatycznym załączaniem trybu wentylacji rezerwowej miał na myśli aby tryb wentylacji rezerwowej był konfigurowalny zgodnie potrzebami operatora spośród trybów między innymi VCV, PCV, PRVC, Bilevel, oraz posiadał regulowane stężenie tlenu podawane pacjentowi podczas załączania trybu wentylacji rezerwowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu.

Pyt. 70.

Pkt. 65

Czy Zamawiający miał na myśli nebulizator do wziewnego podawania leków z możliwością ustawienia parametrów nebulizacji na ekranie respiratora nie wymagający do napędu zewnętrznego przepływu gazów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu.

Dotyczy: zapisy SIWZ, rozdział VII pkt. 18 i 19

Pyt. 71.

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu wymienionego w pytaniu.

Dotyczy: wzór umowy, załącznik 3 do SIWZ



Pyt. 72.

Ad §5 ust. 3

Prosimy o dodanie zastrzeżenia

Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 73.

Ad § 5 ust. 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany **tego podzespołu urządzenia** lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.*

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 74.

Ad § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 75.

Ad § 8 ust. 1

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.

Odp.

Zamawiający wprowadza zapis w ogólnych warunkach umowy: W przypadku jeżeli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy, kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana.

Pyt. 76.

Ad § 8 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi, **posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia**, na koszt i ryzyko Wykonawcy.*

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt. 77.

Ad § 9

Prosimy o dopisanie następującego zastrzeżenia:



Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Część 3 Histeroskop z wyposażeniem

Pyt. 78.

Czy Zamawiający dopuści opis jak poniżej:

Lp.	Opis minimalnych wymaganych parametrów
1.	Histeroskop diagnostyczno operacyjny z kanałem roboczym, składający się z: optyki, płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny, światłowodów.
2.	1 komplet; optyka 30°, średnica 2,7 mm, dł. 30,2 cm autoklawowalna, kanał instalacyjny 5 Fr – 5 sztuk; Światłowod średnica 3,5 mm, dł. 240 cm – sztuk 5.
3.	1 komplet: optyka 30°, średnica 10 mm, dł. 30,5 cm autoklawowalna – 5 sztuk; Światłowod średnica 3,5 mm, dł. 300 cm – sztuk 5.
4.	1 komplet: Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny rozmiar 4,0 mm, kanał instalacyjny 5 Fr – 5 sztuk; Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny rozmiar 4,0 mm - 5 sztuk.
5.	Okres gwarancji 24 miesiące

Odp.

Pkt. 2. Zamawiający nie dopuszcza optyk o długości 30,2 cm opisanych w pytaniu w pkt. 2.

Pkt. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza optykę i światłowod opisany w pytaniu w pkt. 3.

Pkt. 4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompletu płaszczy opisanego w pytaniu w pkt. 4.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia – aparat do znieczulenia, aby przy tworzeniu formularza asortymentowo cenowego, aparat i kardiomonitor był rozpisany w oddzielnych pozycjach.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

