



Warszawa, dn. 7.12.2015 r.

Szp. Sp. 3570 /15/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku, nr postępowania 33/2015.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę materiałów jednorazowego użytku, nr postępowania 33/2015.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Część 1 zamówienia

Pytanie 1

Dotyczy Części nr 1 poz. 1, 2

Prosimy o podanie modelu puls oksymetru firmy Nellcor, z którymi mają być kompatybilne czujniki SpO2.

Odp. Zamawiający posiada pulsoksymetr Nellcor Oxy Max N- 600 Covidien

Pytanie 2 Poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, z powodzeniem wykorzystywane obecnie w wielu szpitalach?

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki opisane w pytaniu pod warunkiem ich kompatybilności z puls oksymetrem i monitorem, działające w technologii Oximax

Pytanie 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik, pracujący w technologii Oximax, dla pacjentów w przedziale wagowym od 1 do 20 kg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik opisany w pytaniu pod warunkiem że będzie on kompatybilny z pulsoksymetrem i monitorem

Pytanie 4 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 1 -20 kg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik w przedziale wagowym opisanym w pytaniu.

Pytanie 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci w przedziale wagowym 10 -50 kg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w przedziale wagowym opisanym w pytaniu.

Pytanie 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czujnika w technologii OxiMax do 3 do 40 kg, pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza czujnik od 3 do 40 kg.

Pytanie 7 poz. 4

Bardzo prosimy o wydzielenie pozycji 4 z części 1. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu, a Państwu zyskać konkurencyjnego cenowo i bardzo dobrego jakościowo oferenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu.



Pytanie 8 poz. 1

Bardzo prosimy o wydzielenie pozycji 1 z części 1. Pozwoli to nam wziąć udział w przetargu, a Państwu zyskać konkurencyjnego cenowo i bardzo dobrego jakościowo oferenta.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Część 2 zamówienia

Pytanie 9

Uprzejmie prosimy o podanie numerów katalogowych wszystkich czujników wymienionych w poz. 1-3 celem łatwiejszej ich identyfikacji.

Odp. Numery katalogowe podają Wykonawcy. Zaoferowane czujniki muszą być kompatybilne z przewodami przedłużającymi typu M1941A.

Pytanie 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny czujnik SpO2 do kardiomonitora Philips, zakres wagowy 10 do 40 kg, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SWIZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika w przedziale wagowym opisanym w pytaniu.

Pytanie 11 Poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 1 do 3 kg o długości 1,1 m

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.

Pytanie 12 Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 3 do 15 kg o długości 1,1 m

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.

Pytanie 13 Poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Czujnika SpO2 w zakresie wagowym do 15 do 50 kg o długości 1,1 m. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.

Pytanie 14

Czy Zamawiający oczekuje, by na wtyczce połączeniowej czujnika SpO2 widniało logo producenta oraz numer referencyjny produktu? Dane te zapewnią pełną kompatybilność urządzeń, a tym samym zagwarantują brak zakłóceń w ich pracy, wiarygodny odczyt oczekiwanego parametru oraz pełne bezpieczeństwo dla pacjenta.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Część 4 zamówienia

Pytanie 15

Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie Nr poz. 1 i 2** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Zamawiający Wymaga aby szczoteczki spełniały wymagania określone przez Ministra Zdrowia.

Pytanie 16

Czy Zamawiający miał na myśli w **Pakiecie Nr poz. 1** szczoteczki cytologiczne o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednocześnie pobieranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji ?



Odp. Tak, należy zaoferować szczoteczki opisane w pytaniu.

Pytanie 17 poz. 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w poz. 1 i 2 pisząc szczoteczka długa i krótka.

Odp. Szczoteczka długa – długość szczoteczki (miotelki z usztywnionym trzonem) wynosi 35 mm. Szczoteczka krótka - długość szczoteczki (miotelki) wynosi 30 mm.

Część 6 zamówienia

Pytanie 18 pozycje 4 – 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji z Części 6 zamówienia.

Pytanie 19 poz. 7, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w wymaganiach stawianych w SIWZ, pkt. III „Zamawiający wymaga od wykonawców składających ofertę dostarczenia razem z ofertą próbek następujących towarów:

poz. 7 – 1 rolka - Papier do EKG Philips Medical, PageWriter, drukarka M3708A (bloczki)

poz. 10 – 1 rolka – Zestaw do inhalacji dla dzieci (maska z nebulizatorem) różne rozmiary. Czy Zamawiający nie pomylił się i chciałby sprawdzić oryginalność papierów zaoferowanych w pozycji 6 oraz pozycji 9?

Odp. Przepraszamy jest to omyłka niewychwycona na etapie weryfikacji SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek towarów z poz. 6: Papier do USG f. BK Medical typ Flex Focus 400 i poz. 9: papier do USG f. Philips typ Affiniti model 50 części 6 zamówienia.

Pytanie 20, poz. 12

Prosimy o wyjaśnienie jaki mankiet z podanych poniżej jest wymagany przez Zamawiającego:

- a) Mankiet - z pojedynczą rurką, nylon, dziecięcy długi, 12-19cm. Wymiary 44,5 cmx 8,9 cm
- b) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, mały dla dorosłego długi, 17-25 cm. Wymiary 52,1cm x 11,2 cm
- c) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, dla dorosłego długi, 23-33cm. Standard Wymiary 64,8cm x 14,7 cm
- d) Mankiet - TRU-CUFF z pojedynczą rurką, nylon, dla dużego dorosłego długi, 31-40cm. Wymiary 81,5cm x 17,8 cm

Odp. Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu dla poz. 12 części 6 zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania mankieta do ciśnieniomierza Panasonic EW 3106 EW – BU15/EW-BU75 w rozmiarze 20-34 cm i 35-44 cm

Część 7 zamówienia

Pytanie 21 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie słoików plastikowych z podziałką do 2,5 ml.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza słoików opisanych w pytaniu

Pytanie 22, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 500 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 500 opakowań.



Pytanie 23, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 90 opakowań.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza podania ceny za opakowanie. Należy podać cenę za 1 sztukę fartucha pakowanego w opakowanie jednostkowe.

Pytanie 24, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`75 sztuk, co daje 380 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 25, poz.12

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 950 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 950 opakowań.

Pytanie 26, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 250 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 250 opakowań.

Pytanie 27, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 5 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 5 opakowań.

Pytanie 28, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`144 sztuk, co daje 220 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie 29, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 100 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`50 sztuk, co daje 100 opakowań.

Pytanie 30, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 100 opakowań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a`100 sztuk, co daje 100 opakowań.

Pytanie 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret z gumką w rozmiarze uniwersalnym, o średnicy 53cm?



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czepek opisany w pytaniu.

Pytanie 32, poz. 4

Czy Zamawiający na myśli fartuchy foliowe typu „przedniak” pakowane pojedynczo w woreczki foliowe w opakowaniach zbiorczych a’100 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza fartuchy opisane w pytaniu.

Pytanie 33, poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli kaczkę jednorazową na mocz z zastawka antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu oraz z obrotowym lejkiem z uchwytem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza kaczkę na mocz opisaną w pytaniu.

Pytanie 34, poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych do leków sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, stawka VAT 8% ?

Odp. Zamawiający dopuszcza kieliszki opisane w pytaniu.

Pytanie 35, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w woreczku foliowym po 10 x 10 szt. ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze pakowane w woreczki po 10 x 10 szt.

Pytanie 36, poz. 15

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje patyczków do cytologii z wacikiem, czy bez wacika ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania patyczków do cytologii z wacikiem.

Pytanie 37, poz. 16

Czy Zamawiający ma na myśli utrwalacz o pojemności min. 200 ml ?

Odp. Zamawiający wymaga aby pojemność preparatu w aerozolu do utrwalania cytologii wynosiła 150 – 200 ml.

Pytanie 38, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści słój „tulipan” na mocz plastikowy ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza słoja na mocz opisanego w pytaniu

Pytanie 39, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów w rozmiarze 29 x 12cm lub 26 x 16cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worki żelowe opisane w pytaniu

Pytanie 37, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści worek z żelem do okładów w rozmiarze 21 x 38cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worki żelowe opisane w pytaniu

Pytanie 40, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z otworem o średnicy 20 – 70mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worek stomijny opisany w pytaniu.

Pytanie 41, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetce 15g na 500ml płynu ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza proszku żelującego w saszetce 15g na 500ml płynu

Część 9 zamówienia

Pytanie 42, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania elektrody do EKG noworodkowej, pianka PE, żel stały, rozmiar 25x25, opakowanie 50 szt.



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody opisanej w pytaniu.

Pytanie 43, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania elektrodę żelową noworodkową, średnica 32mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę opisaną w pytaniu.

Pytanie 44 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 w pozycji 2 równoważnej elektrody noworodkowej z kabelkiem 50 cm, ze standardowym wtykiem DIN 1,5 (tożsamy z wtykiem 1,6), rozmiar elektrody: oval 20mmx25mm. Pozostałe parametry jak w opisie zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Pytanie 45 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 w pozycji 3 i 4 równoważnych elektrod EKG okrągłych o średnicy 32 mm.

Jednocześnie informujemy, że elektroda o rozmiarze 46 x 22,5 mm nie jest już produkowana.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Pytanie 46

Uprzejmie prosimy o podanie numerów katalogowych elektrod dotychczas przez Państwa stosowanych w poz. 2-4, celem jak najlepszego doboru asortymentu dla Państwa potrzeb.

Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ

Pytanie 47 Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do Philipsa o długości 50 cm, z wtykiem DIN 1,5 mm z podłożem wykonanym z tkaniny w rozmiarze 23x23 mm op. a' 3 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Pytanie 48 Poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody noworodkowo/pediatrycznej o średnicy ok 30 mm w kształcie kwiatka.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Pytanie 49 Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody z przewodem o średnicy 23x23 mm z bezpiecznym wtykiem DIN 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Pytanie 50 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w kształcie kwiatka o średnicy ok 29 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody opisane w pytaniu.

Część 10 zamówienia

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści okulary jednorazowego użytku do fototerapii wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach (< 28cm, od 28 do 34 cm i >34cm), z regulowanym napięciem na rzepy, gwarantującym szczelne przyleganie, bezłateksowe, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularów redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza okularów opisanych w pytaniu.



Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie okularów ochronnych do osobnego pakietu co pozwoliłoby na złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie okularów do osobnego pakietu.

Pytanie 53 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby okularki były mocowane po bokach główki noworodka, co pozwoli na łatwiejsze założenie okularów?

Odp. Zamawiający dopuszcza okularki opisane w pytaniu.

Pytanie 54 poz. 2

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie okularów do osobnego pakietu.

Pytanie 55 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach 310mm – 375mm oraz 290mm – 355mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza okularów opisanych w pytaniu.

Pytanie 56 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 57

Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 58

Dot. § 3 ust. 10 wzoru umowy

W/w ust. zawiera informację: „W okresie obowiązywania umowy, w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Treść w/w ust. sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności.

Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym odstąpieniem od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy lub jego modyfikację przez dopisanie:



„W okresie obowiązywania umowy, w przypadku trzykrotnego, **kolejnego** opóźnienia w dostawie zamówionych towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, **za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.** Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 59

Wzór umowy § 3 ust. 7

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianę towaru na wolny od wad do 5-7 dni. Termin 2 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 60

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w części 2. W pakiecie Zamawiający wymaga produktów wielorazowego użytku, dostarczenie bezzwrotnych próbek znacznie podwyższa koszt oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zaproponowanego zapisu do ogólnych warunków umowy.

Pytanie 62 Paragraf 3 ust 8

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów 2 dni po terminie o którym mowa w ust. 5. lub w ust. 7., Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, ostateczny termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy, Wykonawca pokrywa tylko i wyłącznie różnicę w cenie towaru.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 63 SIWZ III / próbki

Zwracamy się do Zamawiającego czy zamierza po zamknięciu postępowania zwrócić próbki do załącznika 2-2 w związku z wysokim kosztem czujników wielorazowego użytku

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zwrot próbek dołączonych do oferty dla części 2 zamówienia.