



Warszawa, dn. 7.03.2016 r.

Szp. Sp. 595 /16/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 1/2016.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w odpowiedziach na pytania z dnia 1.03.2016 r. zostały przeoczone poniższe pytania dotyczące SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 1/2016.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Pyt. 1

Poz. 4 Układ rur do respiratora Babylog

Prosimy o dopuszczenie układu o poniższych parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną
- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m
- dren ciśnieniowy
- zestaw adapterów
- komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 2.

Czy Zamawiający aby komora znajdującą się w zestawie z układem posiadała konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 3.

Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym komory?

Odp. Zamawiający wymaga, aby opis na opakowaniu był zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 4.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 5.

Poz. 6 Maseczka nosowa

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski kompatybilnej z generatorem układu opisanego w pytaniu dot. poz. 3?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 6.

Poz. 7 Czapeczka

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czapeczki kompatybilnej z generatorem układu opisanego w pytaniu dot. poz. 3?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



Poz. 8 Układ rur do resuscytatora Neopuff

Pyt. 8.

Czy Zamawiający dopuści układ o dł. linii wdechowej 1,5 m?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 9.

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga aby zastawka PEEP w układzie oddechowym posiadała zabezpieczenie przed przypadkowym wykręceniem, które powoduje dekompletację zaworu?

Odp. Zamawiający potwierdza, że zastawka PEEP musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wykręceniem.

Pyt. 10.

Czy Zamawiający potwierdza, że w komplecie z układem ma znajdować się zatyczka uszczelniająca służąca do testu szczelności układu?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 11.

Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy posiadał podwójnie obrotową regulację położenia przy zastawce PEEP?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Poz. 9 Dren doprowadzający gaz do dziecka

Pyt. 12.

Prosimy o weryfikację tej pozycji, w naszym uznaniu dren doprowadzający gaz do dziecka jest tożsamy z układem rur do resuscytatora opisanym w poz. 8. Prosimy o potwierdzenie lub podanie parametrów szczegółowych.

Odp. Tak, dren z pozycji 9 jest tożsamy z pozycją 8.

Poz. 11 Układ oddechowy dla noworodków do respiratora Fabian

Pyt. 13.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Poz. 15 Układ oddechowy noworodkowy z generatorem

Pyt. 14

Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 p.1) Pzp przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień 15.03.2016 r. godz. 10:00.