



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Warszawa, 23.05.2016 r.

tel. 22 450 22 84

Szp. S/ /16

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i aparatów USG nr postępowania 15/2016

Na podstawie art. 38. ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzupełnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 2-8 formularz właściwości techniczno – użytkowych dla urządzeń objętych częścią 8 zamówienia tj. Aparat USG przyłóżkowy.

Zamawiający w wierszu Lp. 13 dotyczącym opisowi głowicy liniowej dopisuje wiersze:

- 13 a o treści: wymagana jest wielorazowa ( nadająca się do sterylizacji) przystawka biopsyjna z możliwością regulacji kąta w min. 3 pozycjach – opisać;
- 13 b o treści: wymagane jest wyświetlanie na ekranie toru biopsyjnego umożliwiającego nakłucie anestezyjologiczne pod minimum trzema kątami.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.