



Warszawa, dn. 16.06.2016 r.

Szp. Sp. 1623 /16/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i aparatów USG, nr postępowania 15/2016.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i aparatów USG, nr postępowania 15/2016.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

**Pyt. 1.**

Właściwości techniczno-użytkowe dla urządzeń objętych 15 częścią zamówienia

pkt. 1

Przedłużka do koagulacji szt.4

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie elektrod wielorazowego użytku o dł. 9- 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 2**

Pkt.2

Uchwyt do diatermii firmy ERBE wielorazowy

Czy Zamawiający wymaga uchwytu elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4 mm z przyciskami kołyskowymi i kablem o dł. min. 4-5m analogicznych jak w opisie 2 części zamówienia pkt. 34?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 3**

Pkt.3

Końcówka do koagulacji wielorazowa

Czy przez opis „końcówka do koagulacji wielorazowa” Zamawiający rozumie elektrody monopolarne nożowe proste z ostrzem o szerokości 3,2-3,4 x 22-25 mm, czy nożowe proste z ostrzem o szerokości 1,5-1,7 x 15-18 mm analogicznych jak w opisie 2 części zamówienia pkt 35 i 36 ??

**Odp.**

Zamawiający ma na myśli elektrody monopolarne nożowe proste z ostrzem o szerokości 3,2-3,4 x 22-25 mm.

**Pyt. 4**

**Pytania do części nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o poniższych parametrach:

- Szerokość całkowita wózka 83 cm
- Powierzchnia leża: 65 – 191 cm
- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga +/- 12°
- Bariereki boczne opuszczane jednym ruchem ręki przy użyciu dwóch rąk

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Część nr 3

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 730 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 600 – 900 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o długości 100 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 20° i anty-Trendelenburgiem 12°?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 10**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o konstrukcji opartej na mechanizmie zbliżonym do pantografu?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kołami o średnicy 150 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 12**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z centralną blokadą kół, gdzie jedno koło posiada blokadę kierunkową?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 13**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z dźwigniami do blokady kół znajdującymi się przy kołach?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 14**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac o właściwościach trudnopalnych zamiast niepalnych całkowicie?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 15**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z materacem o grubości 6 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 16**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 650 – 950 mm?



**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 17**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych objęty gwarancją 24 miesięczną?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 18**

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 2 i 8)?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy: Część 3 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.**

**Pyt. 19**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający powierzchnię leża 70 cm x 197 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 20**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający wysokość minimalna leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 68,5 cm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający pedał nożny do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk znajdujący się od strony szczytu nóg pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 22**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający osłony boczne o wymiarze 52 cm x 120 cm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 23**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający blokadę koła kierunkową ułatwiającą pokonywanie zakrętów?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 24**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający centralną blokadę wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną dźwignią zlokalizowaną obustronnie od strony nóg pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 25**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający bezpieczne obciążenie robocze 200 kg?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Dotyczy: Część 13 – Stolik anestezjologiczny – 4 szt.**

**Pyt. 26**

Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 27**

Czy Zamawiający dopuści stół anestesjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 100 mm i jedną szufladę o wysokości 200 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 28**

Czy Zamawiający dopuści stół anestesjologiczny wyposażony w trzy szuflady o wysokości 100 mm i dwie szuflady o wysokości 150 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 29**

Czy Zamawiający dopuści stół anestesjologiczny posiadający układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 30**

Czy Zamawiający dopuści stół anestesjologiczny posiadający odboje w narożnikach chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy: Część 13 – Stół do znieczuleń – 1 szt.**

**Pyt. 31**

Czy Zamawiający dopuści stół do znieczuleń wg poniższego opisu?

- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z tworzywa poliuretanowego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i środki dezynfekcyjne
- Wymiary zewnętrzne wózka
  - wysokość 100 cm
  - głębokość 61 cm
  - szerokość 91 cm
- Wózek wyposażony w trzy szuflady
  - górna o wysokości 100 mm
  - środkowa o wysokości 150 mm
  - dolna o wysokości 150 mm
  - oraz dodatkowa wnęka/półka o wysokości 200 mm
- Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w firmie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji
- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)
- Wyposażenie podstawowe wózka:
  - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów
  - regulowane przegrody w każdej szufladzie
- Kolorystyka wózka do wyboru

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Dotyczy: Część 13 – Stół narzędziowy – 2 szt.**

**Pyt. 32**

Czy Zamawiający dopuści stół narzędziowy wykonany ze stali kwasoodpornej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 33**

Czy Zamawiający dopuści stół narzędziowy posiadający podstawę w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 100 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 34**

Czy Zamawiający dopuści stół narzędziowy o wymiarach 800 x 500 x 960-1330 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy: Część 13 – Łazienka – stojak z podgrzewaną misą – 1 szt.**

**Pyt. 35**

Czy Zamawiający dopuści łazienkę – stojak z podgrzewaną misą, posiadający regulację wysokości w zakresie 950 – 1350 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy: Część 13 – Stojak podwójny z miską na odpady – 2 szt.**

**Pyt. 36**

Czy Zamawiający dopuści stojak podwójny z miską na odpady, wykonany ze stali kwasoodpornej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 37**

Czy Zamawiający dopuści stojak podwójny z miską na odpady, posiadający wymiary 600 x 600 x 840 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 38**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 1960mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 39**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 660mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 40**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z powierzchnią leża o wymiarach: 1930x610mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 41**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 4. i 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną, kolumnową regulacją wysokości w zakresie od 660 do 960mm (uwzględniając materac)?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 42**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego leże nie jest przeziernie dla promieni RTG?



**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 43**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o 29cm wysokości i 109cm długości?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 44**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane są hydraulicznie w zakresie 12°?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 45**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 antystatyczne koła o średnicy 150mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 46**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z centralną blokadą kół, której dźwignie zlokalizowane są obustronnie od strony nóg pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 47**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z bezpiecznym dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 200kg?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 48**

**Dotyczy pakietu 3. Pkt. 18.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z matercem o grubości 6cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Właściwości techniczno-użytkowe – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 sztuka.**

**Pyt. 49**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o powierzchni leża (materaca) 67,5 cm x 192 cm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 50**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości maksymalnej leża mierzonej od podłoża do górnej powierzchni materaca równej 95 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 51**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z nożnym pedałem do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk, z wyraźnym oznaczeniem regulowanej funkcji, dostępnym od strony nóg pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.





**Pyt. 52**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłonami bocznymi (barierkami bocznymi) o wysokości 33 cm i długości 115 cm?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 53**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o zakresie regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga od  $-15^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$ ?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 54**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną z czterech dźwigni zlokalizowanych przy każdym kole?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 55**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o bezpiecznym obciążeniu równym 220 kg?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 56**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem o grubości 6 cm?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Część 5. Aparat do znieczulania

**Pyt. 57**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z wbudowanym blatem o powierzchni  $1635 \text{ cm}^2$ ?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie opisane w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 1 – Stół operacyjny, sztuk 2**

**Pyt. 58**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bez przycisku zmiany orientacji ułożenia pacjenta?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 59**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym na podstawie?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 60**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości (z materacem) w zakresie od 790 do 1210mm?

Odp.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 61**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego w zakresie  $\pm 30^{\circ}$ ?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 62**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie  $\pm 35^{\circ}$ ?

Odp.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 63**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami blokowanymi za pomocą wygodnych pokręteł?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 64**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wypiętrzeniem klatki piersiowej wynoszącym 90mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 65**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami bez domieszki aktywnego srebra?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 66**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o masie 300kg?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Stolik anestezjologiczny, sztuk 4**

**Pyt. 67**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium (elementy trwale ze sobą łączone bez widocznych spawów, śrub, elementów klejonych) z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 68**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony)?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 69**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny o głębokości 645mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 70**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny wyposażony w 4 koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche, rozmieszczone na planie prostokąta (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 - Stolik do znieczuleń, sztuk 1**

**Pyt. 71**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium (elementy trwale ze sobą łączone bez widocznych spawów, śrub, elementów klejonych) z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.





**Pyt. 72**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 73**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń o wymiarach zewnętrznych:

- wysokość: 940mm
- głębokość: 645mm
- szerokość: 635mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 74**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń wyposażony w cztery szuflady o wymiarach:

- górna o wysokości 105mm
- dwie środkowe o wysokości 150mm
- dolna o wysokości 210mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 75**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń wyposażony w 4 koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche, rozmieszczone na planie prostokąta (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Stolik narzędziowy, sztuk 2**

**Pyt. 76**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy wykonany ze stali kwasoodpornej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 77**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy wyposażony w 3 podwójne koła o średnicy 125mm – dwa koła z blokadą?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 78**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy o wymiarach 800x500x960/1330mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Taca sterylizacyjna, sztuk 20**

**Pyt. 79**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tacę sterylizacyjną o wymiarach 480x250x50mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 80**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tacę sterylizacyjną o wymiarach 240x240x50mm?



**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Łaźnia, sztuk 1**

**Pyt. 81**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łaźni z regulacją wysokości w zakresie od 950 do 1350mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 82**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łaźni z zasilaniem 230V/800W?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13, stojak podwójny z miską na odpady, sztuk 2**

**Pyt. 83**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak podwójny o wymiarach 600x600x840mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 84**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak podwójny wykonany ze stali kwasoodpornej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Część 12 zadanie 1 - Histeroskop sztuk 4 – kompatybilny z wieżami firm: Wolf, Olympus, Storz**

**Pyt. 85**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 1 punkcie 1 i 2 dopuści kompaktowy histeroskop diagnostyczno – operacyjny, autoklawowalny, z optyką zintegrowaną z płaszczem wewnętrznym o kącie patrzenia 30°, średnicy 2,9 mm, z przesuwany płaszczem zewnętrznym o średnicy 4,4 mm, kanałem roboczym dla narzędzi 5 Fr. Histeroskop wyposażony w dwa niezależne kanały przepływu płynów oraz kraniki wymienne umożliwiające regulację przepływu odpływ/dopływ medium. Histeroskop umożliwia atraumatyczne dotarcie do jamy macicy przez kanał szyjki macicy w celu diagnostycznym (2,9 mm) a następnie w razie konieczności zsunięcie płaszcza zewnętrznego w celach zabiegowych (4,4 mm)

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Pyt. 86**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 1 punkcie 3 dopuści światłowód o średnicy wiązki 2,5 mm o długości 3500 mm z wymiennymi końcówkami - adapterami (możliwość uzupełnienia o końcówki współpracujące z różnymi źródłami światła).

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Część 12 zadanie 2 – Resektoskop sztuk 1 – kompatybilny z wieżami firm: Wolf, Olympus, Storz**

**Pyt. 87**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 1 dopuści światłowód o średnicy 3,5 mm i długości 3 metry dostosowany do oferowanego urządzenia.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ



**Pyt. 88**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 2 dopuści optykę 4 mm o kącie patrzenia 30° i długości roboczej 300 mm z tubą ochronną o długości 319 mm.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 89**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 3 dopuści element pracujący pasywny do oferowanego resektoskopu z jednym, zamkniętym uchwytem dla palców prowadzących, zamkniętym (obrotowym) dla kciuka, z przyłączem kabla od dołu

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Pyt. 90**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 4 i 5 dopuści płaszcz wewnętrzny resektoskopu z izolacją ceramiczną, z obturatorem, z płaszczem zewnętrznym o średnicy 26 Fr. to jest 8,67 mm. Płaszcz zewnętrzny obrotowy, zatraskowy posiadający 2 zawory.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Pyt. 91**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 7,8 i 9 dopuści kontener do przechowywania i sterylizacji z pokrywą, z uchwytami silikonowymi przytrzymującymi optykę i elementy resektoskopu, z matą silikonową.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Część 12 zadanie 3 – Cystoskop z oprzyrządowaniem sztuk 1 – kompatybilny z wieżami firm: Wolf, Olympus, Storz**

**Pyt. 92**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 1 dopuści cystoskop kompaktowy autolawowalny (optyka zintegrowana z płaszczem), z optyką skośną 30 stopni, kanałem narzędziowym na wprost umożliwiającym wprowadzenie i manewrowanie narzędziami 7 Fr.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Pyt. 93**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 2 dopuści płaszcz zewnętrzny urządzenia o rozmiarze 17 Fr. i długości roboczej 220 mm. Płaszcz wyposażony w dwa niezależne podłączenia przepływu płynów oraz kraniki wymienne umożliwiające regulację przepływu odpływ/dopływ medium

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 94**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 5 dopuści kleszczyki do usuwania ciał obcych typ aligator dwuczęściowe (uchwyt i wkład), rozmiar 7 Fr., długość robocza 40 cm dostosowane do oferowanego urządzenia.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ



**Pyt. 95**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 6 dopuści kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, dwuczęściowe (uchwyt i wkład), rozmiar 7 Fr., długość robocza 40 cm dostosowane do oferowanego urządzenia.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Pyt. 96**

Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 7 dopuści igły – 2 sztuki, standardowe, giętke, iniekcyjne o długości 50 cm dostosowane do oferowanego urządzenia.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

**Część 4 – Manipulator maciczny wielorazowy sztuk 1**

**Pyt. 97**

Czy zamawiający w części 4 zamówienia punkcie 5 dopuści manipulator maciczny wyposażony w nasadki na szyjkę macicy, których budowa zabezpiecza przed nadmierną ucieczką gazu po przecięciu sklepień pochwy.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**część 8 - Aparat USG przyłóżkowy**

**Pyt. 98**

Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. 4 i 5.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych kanałów przetwarzania, gdyż w punkcie 4 Zamawiający wymaga 1024 kanałów, a w punkcie 5 wspomniana ilość to: 180000. Rozumiemy, że wymagana ilość to 180000?

**Odp.**

Wymagana minimalna ilość to 180000.

**Pyt. 99**

Dot. Zał. Nr 3 wzór Umowy – par. 5 pkt 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu reakcji od zgłoszenia awarii. Okres 24-godzinny jest niewystarczający ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu przedsięwziętym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i zdiagnozowania usterki.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Część 5 zamówienia: Aparat do znieczulania- tabeli opis minimalnych wymaganych parametrów

**Pyt. 100**

Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności oferowanych monitorów funkcji życiowych z posiadanymi m.in. na Bloku Operacyjnym i na Sali Pooperacyjnej monitorami i systemem centralnego monitorowania Philips IntelliVue?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 101**

Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności modułów pomiarowych i akcesoriów monitora z posiadanymi na bloku monitorami Philips IntelliVue?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 102**

(pkt 76) Czy Zamawiający dopuści komunikację między modułami pomiarowymi a monitorem poprzez złącze galwaniczne? Technologia podczerwieni jest przestarzała i żaden z czołowych producentów monitorów (np. Philips, Draeger, GE) tego typu rozwiązania nie stosuje, między innymi ze względu na niską przepustowość i niestabilność.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 103**

(pkt 81) Czy Zamawiający dopuści monitory z pamięcią trendów graficznych i tabelarycznych 48 godzin? Większa pojemność pamięci w warunkach sali operacyjnej nie znajduje uzasadnienia.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 104**

(pkt 82) Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją zapamiętywania fragmentów krzywych dynamicznych towarzyszących określonym zdarzeniom istotnym z klinicznego punktu widzenia (np. alarmom) zamiast zapamiętywania ciągłych krzywych dynamicznych? Przegląd typu „full disclosure” może być dostępny w centrali monitorującej gdzie użytkownik ma do dyspozycji również narzędzia do wygodnej nawigacji po zapisanych danych, natomiast na ekranie monitora przeglądanie tak dużej ilości informacji byłoby kłopotliwe.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 105**

(pkt 86) Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji kalkulatora parametrów nerkowych za to z funkcją obliczeń utlenowania i wentylacji, które mają większe zastosowanie w anestezjologii?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Część 10

**Pyt. 106**

pkt 7. Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 190 x 50 cm

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 107**

Pkt 10. Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji temperatury 30-40° C co 0,1° C

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 108**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 3 wózka transportowego o następujących parametrach:

1. Długość całkowita wózka 210cm
2. Szerokość całkowita wózka z barierkami podniesionymi 81cm
3. Szerokość całkowita wózka z barierkami opuszczonymi 67cm
4. Długość całkowita barierki 120cm
5. Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 62 cm
6. Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 96cm
7. Wysokość barierki powyżej powierzchni materaca 36cm
8. Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki
9. Regulacja segmentu wezglowia
10. Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 18° ) - ( + 18° )
11. Leże przeziernie dla promieni RTG na całej długości
12. Ruchoma platforma pod leżem na całej jego długości zapewniająca kompatybilność z kasetami RTG oraz przesłonami rozproszeniowymi
13. Konstrukcja wózka zapewniająca minimalny prześwit od podłogi 8.9 cm
- 14.4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 200 mm.
15. Podwójny system blokowania wszystkich 4 kół ze zintegrowanymi metalowymi zębatkami





16. Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną od strony nóg i głowy
17. Kolory zderzaków dostępne co w 5 różnych kolorach
18. Pasy bezpieczeństwa
19. Bezpieczne obciążenie robocze 317,5 kg
20. Materac niepalny z wysokiej gęstości pianki
21. Rozmiar materaca 66 cm x 190 cm
22. Grubość materaca 7,5 cm

**Odp.**

Zamawiający nie dopuszcza wózka o szerokości całkowitej wózka z barierkami podniesionymi 81cm i szerokości całkowitej wózka z barierkami opuszczonymi 67cm, prześwit od podłogi musi być na tyle duży, aby personel pchający wózek nie uderzał w niego stopami, pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 109**

**Dotyczy: zapisy SIWZ, rozdział VII pkt. 18**

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego też powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 110**

**Dotyczy: wzór umowy, załącznik 3 do SIWZ**

Ad §5 ust. 3

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w ramach umowy powinien się jedynie zobowiązać do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które Zamawiający będzie nabywał sukcesywnie na własny koszt.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 111**

Ad § 5 ust. 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany **tego podzespołu urządzenia** lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.





Obecny zapis dopuszcza żądanie Zamawiającego wymiany całego urządzenia w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu).

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 112**

Ad. § 5 ust. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 113**

Ad § 8 ust. 1

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.

**Odp.**

W przypadku jeżeli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy, kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana.

**Pyt. 114**

Ad § 8 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi, **posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia**, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Forma tzw. wykonania zastępczego, którą Zamawiający przyjął jako sankcję w tym zapisie umowy wydaje się pośrednio naruszać przepisu ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez prowadzenie do wydawania środków publicznych przy pominięciu uregulowań w niej zawartych i obowiązków jakie nakłada na Zamawiającego w tym zakresie ustawodawca. Z tego też powodu powyższy zapis musi zostać przeformułowany, tym bardziej, że oprócz tej sankcji Zamawiającemu przysługuje kara umowna (płacona wprost zamawiającemu). Pozostawienie tego punktu bez zmian stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Część 5 zamówienia: Aparat do znieczulania**

**Pyt. 115**

**SIWZ, rozdział V oraz wzór umowy par. 5 ust. 7** – Czy Zamawiający dopuści gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.?



**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 116**

**SIWZ, rozdział V oraz wzór umowy par. 5 ust. 7** - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

**Odp.**

Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej.

Zamawiający nie uznaje naprawy poprzez rozmowę telefoniczną.

**Pyt. 117**

**Wzór umowy, par. 8** - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary w przypadku odstąpienia od umowy wynosi 10%. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 118**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 2:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanym i dodatkowo rozkładanym blatem do pisania? Wsuwany blat jest cechą charakterystyczną jednego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 119**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 10:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez manometrów dotyczących ciśnienia butli rezerwowych na panelu przednim aparatu?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 120**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 19:** Parametr ten jest charakterystyczny dla konkretnego producenta i został on wprowadzony w celu wyeliminowania wilgoci z aparatu. Czy Zamawiający dopuści równie dobre rozwiązanie polegające na zapobieganiu powstawaniu wilgoci dzięki pochłaniaczowi zamocowanemu w najniższym punkcie aparatu oraz podgrzewany czujnik przepływu.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 121**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 24:** Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z pochłaniaczem dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności 1370ml dla pochłaniacza wielorazowego i 1470ml dla pochłaniacza jednorazowego?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 122**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 25:** Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie jest wyposażone w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych.

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.



**Pyt. 123**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 31:** Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS, natomiast z nowoczesną wentylacją w trybie SIMV ze wspomaganiem CV i PC ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 124**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 34:** Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8 ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 125**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 48:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z możliwością zapisu oraz łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 126**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 63:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z trendami graficznymi oraz tabelarycznymi dla TV, MV, PEEP, f i CO<sub>2</sub> ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 127**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 76:** Czy Zamawiający kardiomonitor wyposażony w standardowe złącze elektroniczne do komunikacji z modułami ? Komunikacja poprzez złącze podczerwieni jest charakterystyczna dla jednego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 128**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 78:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyświetlający 6 przebiegów dynamicznych ? Większa ilość przebiegów wyświetlanych na monitorze 12" sprawia, że wykresy stają się mniej czytelne.

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 129**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 81:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami 24h ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 130**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 82:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zapamiętywania krzywych dynamicznych (full disclosure) ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.



**Pyt. 131**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 84:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń hemodynamicznych ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 132**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 85:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczania dawkowania leków ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 133**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 86:** Co Zamawiający dopuści poprzez funkcję obliczeń parametrów nerkowych ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 134**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 89:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia, inwazyjny pomiar rzutu minutowego, BIS oraz NMT oraz małoinwazyjny pomiar rzutu serca oraz entropię i gazy oddechowe i anestetycznych ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 135**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 91:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości pracy serca w zakresie 30 – 300 bpm ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 136**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 97:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania odstępów między pomiarami ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie 1 – 240 minut ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 137**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 108:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor i aparat do znieczulenia objęty 24 miesięczną gwarancją ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Pyt. 138**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 81:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami 72h ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 139**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 89:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł kapnografii, moduł entropii (równoważny z BIS) i gazów anestetycznych.

**Odp.**

Zamawiający wymaga, aby kapnografia stanowiła moduł aparatu, zgodnie z wymaganiami SIWZ załącznik 2-5



**Pyt. 140**

**Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 97:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania odstępów między pomiarami ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie 1 – 120 minut ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu.

**Zadanie nr 12, histeroskop szt. 4:**

**Pyt. 141**

Prosimy o dopuszczenie w pkt. 1. histeroskopu kompaktowego z optyką skośną 12st. i polem widzenia 60st. co jest parametrem wystarczającym do wykonywania histeroskopii z użyciem narzędzi roboczych

i uzyskaniem obrazu całej jamy macicy i ujść jajowodów.

Dodatkowo taka konstrukcja histeroskopu kompaktowego umożliwia użycie zarówno narzędzi o rozm. 5Fr.

jak i narzędzi 7Fr., a więc mocniejszych i trwalszych niż narzędzia 5Fr.

Histeroskop umożliwia przy tym pracę w warunkach bez znieczulenia.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.142**

Prosimy o dopuszczenie w pkt. nr 2 histeroskopu kompaktowego w rozmiarze 4,5mm przy długości 187mmm, czyli średnicy mniejszej niż wymagana w opisie przedmiotu zamówienia, co ma dodatni wpływ na komfort pacjentki podczas badania. Pozostałe wymagania SIWZ, a więc istotne rozwiązania konstrukcyjne, w tym punkcie pozostają bez zmian.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.143**

Prosimy o dopuszczenie w pkt. 3. światłowodu o śr. wiązki 2,8mm - dopasowanej do rozmiaru oferowanego elementu optycznego.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.144**

Prosimy o dopuszczenie dedykowanego kontenera plastikowego do sterylizacji i przechowywania.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Zadanie 12, cystoskop szt. 1**

**Pyt.145**

Prosimy o dopuszczenie w pkt. 1-4:

Cystoskopu kompaktowego z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 30°, pole widzenia 90st., obwód 17 Fr.,

długość robocza 225 mm, kanał roboczy 8.5/9 Fr., z kontenerem do sterylizacji.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.146**

Prosimy o dopuszczenie w pkt.5 i 6 kleszczy rozbieralnych, o dł. rob. 330mm, rozm. 7Fr.

(mocne, bez mechanizmu antyprzeciążeniowego w rękojeści),

kompatybilnych z oferowanym cystoskopem, z możliwością obrotu całego narzędzia wokół osi.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.147**

Prosimy o dopuszczenie w pkt. 7 igły w rozmiarze 7Fr., o długości kompatybilnej z oferowanym cystoskopem,





z pominięciem pozostałych, nieistotnych z punktu widzenia zastosowania klinicznego parametrów w tym punkcie.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.148**

Prosimy o dopuszczenie światłowodu o średnicy wiązki 2,8mm - dopasowanej do rozmiaru oferowanego elementu optycznego

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dot. projektu umowy**

**Pyt.149**

. Par. 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „W razie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej (...)”?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.150**

Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji liczony był w dni robocze i wynosił 48 godzin w dni robocze?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.151**

Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu usunięcia uszkodzenia w dniach roboczych?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.153**

Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt zastępczy dostarczany był dla napraw gwarancyjnych przekraczających 3 dni robocze?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Część 1 stoły operacyjne**

**Pyt.154**

**Stół operacyjny – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wypiętrzenia ławeczki nerkowej w sposób mechaniczny (mechanizmem korbowym)? Oferowane rozwiązanie jest łatwe w obsłudze oraz pozwala na precyzyjne ustawienie żądanej wysokości wypiętrzenia.

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.155**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z alternatywnym napędem elektrohydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający *identyczne* funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego obsługiwanego przez układ podstawowy?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.156**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2050 mm?

**Odp.**





Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.157**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.158**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.159**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 160**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 161**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 162**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówek ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 163**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 164**

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 165**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 166**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antybakteryjne, przeciugrzybiczne oraz przeciwdrożdżynowe,



poświadczane stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 167**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 168**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 169**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem tułowia mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.170**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem uda mocowanym na rzepy, bez klamer?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Część nr 3**

**Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.**

**Pyt.171**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający leże o szerokości 600 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.172**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający osłony boczne / barierki boczne o długości 125 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.173**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający osłony boczne / barierki boczne o wysokości 29 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.174**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający osłony boczne / barierki boczne posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem tym samym wymagające opuszczenia za pomocą dwóch ruchów tj. zwolnienia blokady oraz opuszczenia poręczy? Oferowane rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo od opisanego w SIWZ.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt.175**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie do 17 stopni?

**Odp.**



Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.176**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących z możliwością uzyskania pozycji anty-Trendelenburga w zakresie do 16 stopni?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.177**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający układ jezdny z kołami bez właściwości antystatycznych?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Część 13**

**Stolik anestezjologiczny – 4 sztuki**

**Pyt.178**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający szkielet, blat górny i szuflady wraz z czołami wykonane z tworzywa polipropylenu, charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.179**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający wysokość 96,9 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.180**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający głębokość 59,5 cm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.181**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający pięć szuflad o wysokości 72 mm oraz dwie szuflady o wysokości 148 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.182**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający układ jezdny wysoce mobilny posiadający 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą o średnicy 125 mm z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w podstawie na kształt prostokąta dla zachowania najwyższej jego stabilności?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.183**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający w dolnej części przy podstawie wykonaną z tworzywa ABS osłonę pełniącą funkcję odbojów zamiast listew?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Stolik do znieczuleń – 1 szt.**

**Pyt.184**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający szkielet, blat górny i szuflady wraz z czołami wykonane z tworzywa polipropylenu, charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne?



**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.185**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający wysokość 96,9 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.186**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający głębokość 59,5 cm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.187**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający szerokość 85 cm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.188**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający następujące wymiary szafki: wysokość 77,5 cm x głębokość 50 cm x szerokość 63 cm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.189**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający pięć szuflad o wysokości 72 mm oraz dwie szuflady o wysokości 148 mm?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt.190**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do znieczuleń posiadający układ jezdny wysoce mobilny posiadający 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą o średnicy 125 mm z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w podstawie na kształt prostokąta dla zachowania najwyższej jego stabilności?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Stół narzędziowy – 2 szt.**

**Pyt.191**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół typu Mayo wyposażony w koła o średnicy 50 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt.192**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół typu Mayo o następujących wymiarach: długość 750 mm x szerokość 500 mm x wysokość regulowana w zakresie od 920 do 1370 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Łóżnia – szt. 1**

**Pyt. 193**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z podgrzewaną misą z regulacją wysokości w zakresie od 950 do 1350 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Stojak podwójny z miską na odpady – szt. 2**



**Pyt. 194**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak posiadający wymiary całkowite: 550 x 550 x 890 mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Część 1 zamówienia- Stół operacyjny szt.2**

**Pyt. 195**

Czy Zamawiający wymaga mocowania segmentów blatu stołów operacyjnych za pomocą szybkozłączy opartych na połączeniu sworzniowo/gniazdowym bez pokręteł? Takie rozwiązanie w znaczący sposób ułatwi obsługę

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 196**

Czy Zamawiający wymaga blokowania stołu do podłogi za pomocą stópek sterowanych automatycznie z pilota?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 197**

Czy Zamawiający oczekuje, aby odległość pomiędzy segmentami blatu stołów (płaskimi powierzchniami materacy) była nie większa niż 60 mm (z wyjątkiem wycięcia urologicznego)? Takie rozwiązanie zapewni większy komfort pacjenta i zapobiegnie jego zapadaniu pomiędzy segmenty materaca.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 198**

Czy Zamawiający w segmencie siedziska oczekuje wycięcia urologicznego?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 199**

Czy Zamawiający dopuści wymóg przesuwu wzdłużnego stołów sterowanego elektrohydraulicznie (za pomocą pilota) wynoszącego min. 400 mm, co jest parametrem korzystniejszym i w znaczący sposób ułatwi obsługę stołów i ułożenie pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Część 13 zamówienia – 5 Łazienka szt. 1**

**Pyt. 200**

Czy Zamawiający oczekuje w łazni misy o pojemności 3l czy 6l?

**Odp.**

Zamawiający wymaga misy o pojemności 6 l.

**Pyt. 200-a**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację wysokości łazienki w zakresie 1140/1280?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Część 13 zamówienia**

**Pyt. 201**

Czy Zamawiający w części 13 wyrazi zgodę na wyodrębnienie poz. 1, 2 do osobnej części zamówienia? Podział taki jest korzystniejszy dla Zamawiającego. Rozwiązanie takie umożliwi udział większej liczbie oferentów, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność oferty.

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.





Części 1 - Stół operacyjny sztuk 2.

**Pyt. 202**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem wyposażonym w jeden wskaźnik diodowy informujący o konieczności ładowania baterii oraz z dwoma przyciskami zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków? Oferowany stół posiada pilot z wyświetlaczem LCD, na którym m.in. wyświetlany jest procentowy stan naładowania baterii (od 0 do 100%) – jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 203**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym z boku kolumny, z funkcjami takimi jak na pilocie, z jednym wskaźnikiem diodowym naładowania baterii - dioda świeci na zielono – bateria naładowana, dioda świeci na czerwono – konieczność ładowania baterii ? Panel boczny posiada dwa przyciski zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 204**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035 mm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 205**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości (z materacem) 740 – 1140 mm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 206**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylania o kąt 180°, blokowanymi przy pomocy pokręteł?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 207**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o doskonałych właściwościach jezdnych dzięki 4 kołom jezdnym (o średnicy 125 mm,) zamontowanych w podstawie w kształcie prostokąta? Koła nie są zabudowane w podstawie – są widoczne.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 208**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem blokowania kół jezdnych w postaci centralnej blokady kół uruchamianej i zwalnianej za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie stołu? Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie również gwarantuje pewne blokowanie stołu.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 209**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami, bezszwowymi, wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowanymi od blatu stołu, z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA, bez świadectwa z laboratorium badawczego?

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że materac wykonany jest z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA.





**Pyt. 210**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy umieszczanej w prowadnicach zamontowanych w segmentach: podglówka, oparcia pleców i lędźwiowym?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 211**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny, wynoszącego 1350 mm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 212**

Czy Zamawiający wymaga, co ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz ergonomię pracy personelu wydaje się oczywiste, aby zaoferowany stół posiadał funkcję przesuwu wzdłużnego blatu realizowaną elektrycznie i sterowaną z pilota przewodowego oraz z panelu na kolumnie?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 213**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podpórki ręki bez przegubu kulowego? Oferowana podpórka posiada możliwość regulacji wysokości oraz nachylenia kąтового w płaszczyźnie poziomej.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Dotyczy Pakietu nr 1**

**Pyt. 214**

Dotyczy punktu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w którym wypiętrzenie nerkowe realizowane jest za pomocą łamania stołu operacyjnego pomiędzy płytą plecową a segmentem głównym blatu a nie wysuwanej ławeczki nerkowej?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 215**

Dotyczy punktu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony panel awaryjnego sterowania umieszczony z boku kolumny posiadający te same funkcje co pilot kablowy bez zerowania jednym przyciskiem?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 216**

Dotyczy punktu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w nie wyposażony w alternatywny napęd hydrauliczny?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 217**

Dotyczy punktu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 600-950mm?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 218**

Dotyczy punktu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulowaną płytą oparcia pleców w zakresie  $-40^{\circ}$  do  $70^{\circ}$ ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 219**

Dotyczy punktu nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w zakresie  $\pm 15^{\circ}$ ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 220**

Dotyczy punktu nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją przechyłu wzdłużnego w zakresie  $\pm 25^{\circ}$ ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 221**

Dotyczy punktu nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z zakresem regulacji kątowej podnóżków od  $0^{\circ}$  do  $90^{\circ}$ ?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 222**

Dotyczy punktu nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z możliwością rozchylenia podnóżków o  $120^{\circ}$  blokowane hamulcem śrubowym?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 223**

Dotyczy punktu nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z mechaniczną regulacją podglówka?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 224**

Dotyczy punktu nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami, z przewężeniami po bokach podstawy oraz od przodu i od tyłu podstawy ułatwiającymi dostęp operatora do pacjenta?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.



**Pyt. 225**

Dotyczy punktu nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z blokowanymi 4 kołami – blokada za pomocą pedału nożnego?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 226**

Dotyczy punktu nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa podstawy i górna osłona kolumny wykonane są z kompozytu włókna szklanego?

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 227**

Dotyczy punktu nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w materace dwurdzeniowe o grubości 80mm z funkcją tzw. Pamięci kształtu ale bez domieszki aktywnego srebra?

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 228**

Dotyczy punktu nr 25

Prosimy o potwierdzenie że w punkcie 25 opisu Zamawiający wymaga przezierności blatu dla promieni RTG w projekcji AP.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Zadanie nr 12**

**Pyt. 229**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1. (histeroskop) w pkt. 1 i 2 kompletu instrumentarium do histeroskopii w składzie:

- optyka 30st., śr. 3mm, szerokokątna, z kontenerem w zestawie, autoklawowalna w 134st.; z pinem zatraskowym do szybkozłącza płaszcz
- wielorazowy płaszcz histeroskopowy 5,5mm o stałym przepływie, z dwoma przyłączami (dopływ, odpływ medium) LUER oraz kanałem roboczym 5Fr. Kraniki kanału instr. oraz przepływu bezobsługowe tj. nierozbieralne, trwale uszczelnione; płaszcz umożliwia ustawienie wysokiego przepływu ciągłego. Łączenie z optyką poprzez zatrask (kliknięcie)

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 230**

Prosimy o dopuszczenie dedykowanego kontenera z tworzywa, do sterylizacji w autoklawie 134st. z matą silikonową.

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Diatermie – 2 szt.**

**Pyt. 231**

**Punkt 1**

Czy zamawiający dopuści diatermię elektrochirurgiczną o wadze 12,5 kg reszta parametrów bez zmian.



**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 232**

**Punkt 3**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym jest kompatybilny z systemem zarządzania salą operacyjną typu STORZ OR1 oraz TEGRIS MAQUET.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 233**

**Punkt 7, 9, 23**

Zamawiający w punktach 7 i 9 parametry mocy cięcia i koagulacji bipolarnej określił inaczej niż punkcie 23.

Punkt 7 cięcie bipolarne co najmniej do 100 W.

Punkt 9 określa koagulację bipolarną co najmniej do 200 W.

W punkcie 23 zamawiający określa „co najmniej” cięcie bipolarne 370W a koagulację bipolarną na „co najmniej” 200 W.

Prosimy o określenie parametrów diatermii elektrochirurgicznej dotyczących cięcia i koagulacji bipolarnej:

Napięcie wyjściowe wysokiej częstotliwości

Mocy wyjściowej – podczas cięcia i po cięciu

Rezystancję obciążenia znamionowego podczas aktywacji diatermii.

**Uwaga** – moc aparatu nie przenosi się w żaden sposób na skuteczność cięcia i koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej. Skuteczność procedury wynika z automatycznego doboru parametrów j/w w czasie rzeczywistym podczas cięcia i koagulacji.

**Odp.**

W punkcie 7 i 10 zostały określone warunki dla cięcia i koagulacji bipolarnej – funkcji wymaganych przy zabiegach otwartych i laparoskopowych.

Punkt. 9 dotyczy koagulacji monopolarnej a nie bipolarnej.

**Pyt. 234**

**Punkt 8**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w który ma w budowane trzy rodzaje cięcia bipolarnego :

1. Narzędzia laparoskopowe do cięcia bipolarnego w środowisku CO2.
2. Narzędzia bipolarne do cięcia w chirurgii otwartej
3. Narzędzia bipolarne do cięcia w środowisku soli fizjologicznej.

Reszta parametrów bez zmian.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 235**

**Punkt 8**

Czy zamawiający wymaga regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8 stopniowej w pełnym zakresie mocy ciecia mono 300W (punkt 6 ) i ciecia bipolarnego mocy 370W (punkt 23)

**Odp.**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

**Pyt. 236**

**Punkt 13**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w który ma w budowane 10 procedur koagulacji bipolarnej:

1. Szczypce bipolarne standard – aktywacja z włącznika nożnego
2. Szczypce bipolarne standard – aktywacja automatyczna po zetknięciu klem z tkanką
3. Szczypce mikro (neurochirurgia) ograniczenie mocy do 20W - aktywacja z włącznika nożnego



4. Szczypce koagulacja forsowna – aktywacja z włącznika nożnego
5. Ligacja – system zamykania naczyń narzędzia do fi 5 mm – aktywacja z ręki i z włącznika nożnego
6. Ligacja – system zamykania naczyń narzędzia do fi 10 mm – aktywacja z włącznika nożnego
7. Nożyczki bipolarne – aktywacja z włącznika nożnego (laparotomia i laparoscopia)
8. Narzędzia bipolarne laparoskopowe (np. STORZ, BISSNER, ERBE, WOLF, BOWA, OLYMPUS).
9. Bipolarna praca w środowisku soli fizjologicznej (wszystkie resektory bipolarne dopuszczone do używania w UE)
10. SimCoag – równoczesna niezależna aktywacja dwóch narzędzi biopolarnych w laparoskopii i laparotomii, aktywacja z dwóch jednocześnie włączników nożnych.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 237**

**Punkt 16**

Czy zamawiający wymaga aby proces bipolarnego zamykania naczyń do średnicy 7 mm oparty na modulowanym prądzie bipolarnym, mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek, odbywał się w sposób całkowicie sterowany przez automatykę aparatu elektrochirurgicznego bez możliwości ingerencji zewnątrz (bez możliwości ustawiania intensywności pracy i ustawiania ręcznego czasu wyłączenia koagulacji bipolarnej) i wyłączany dopiero po stwierdzonej przez aparat zamknięciu miejsca koagulowanego potwierdzony sygnałem dźwiękowym.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 238**

**Punkt 16**

Czy zamawiający wymaga aby aparat automatycznie sygnalizował (dźwiękiem alarmu) operatorowi niewłaściwe zamknięcie miejsca koagulowanego lub wcześniejsze odjęcie klem narzędzia od koagulowanej tkanki.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu

**Pyt. 239**

**Punkt 16**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym rezystancja obciążenia znamionowego w systemie zamykania naczyń przy oporze 25 om nie jest większa niż 200W.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 240**

**Punkt 16**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym maksymalna moc koagulacji w systemie zamykania naczyń nie jest większa niż 250 W i o natężeniu nie większym niż 4 Om.,

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 241**

**Punkt 19**

Czy zamawiający dopuści diatermię elektrochirurgiczną w której wszystkie gniazda współpracują systemem rozpoznawania narzędzi osobno do pracy monopolarnej i osobno do pracy bipolarnej. Uwaga :Gniazda bipolarne są uniwersalne –pracują jako bipolarne i jako system zamykania naczyń.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza diatermię opisaną w pytaniu pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami SIWZ.





**Pyt. 242**

**Punkt 23**

Czy zamawiający dopuści urządzenie którym moc wyjściowej cięcia bipolarnego przy rezystancji obciążenia znamionowego 75 om wynosi 250 W.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 243**

**Punkt 23**

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym moc wyjściowa koagulacji bipolarnej przy rezystancji 25 om wnosi 350 W.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 244**

**Punkt 34**

Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny o średnicy trzpienia 4 mm z dwoma przyciskami osobno do koagulacji, osobno do cięcia długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji.

**Uwaga uchwyt monopolarny kołyskowy uniemożliwia zgodnie z punktem 31 opisu wyrobu zmianę trybu pracy lub intensywność cięcia.**

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 245**

**Punkt 35**

Czy zamawiający dopuści :

Elektrodę nożową, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji .

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 246**

**Punkt 36**

Czy zamawiający dopuści:

Elektrodę nożową, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji .

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 247**

**Punkt 39**

Czy zamawiający dopuści;

Elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm<sup>2</sup>, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg . jako pakiet startowy.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pyt. 248**

**Punkt 40**

Czy zamawiający dopuści wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń o długości 28 cm – reszta parametrów bez zmian



**Odp.**

Zamawiający dopuszcza narzędzie do maksymalnej długości całkowitej 28 cm.

**Pyt. 249**

**Punkt 41**

Czy zamawiający dopuści narzędzie:

Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem) ze Szczękami Maryland, zagięte, ząbkowane, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza narzędzie opisane w pytaniu pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami SIWZ.

**Pyt. 250**

**Punkt 41**

Czy zamawiający wymaga aby narzędzie laparoskopowe do zamykania naczyń miało certyfikację producenta oraz certyfikat diatermii o kompatybilności diatermia - narzędzie, z przeznaczeniem do zamykania naczyń, do 7mm.

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 251**

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 5 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z alternatywnym napędem hydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, realizującym następujące funkcje:

- Regulacja wysokości
- Regulacja przechyłów bocznych
- Regulacja przechyłów wzdłużnych
- Regulacja oparcia pleców
- Ławeczka nerkowa ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 252**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035 mm i całkowitej szerokości 550 mm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

**Pyt. 253**

Czy w odniesieniu do punktów 25, 26 i 29 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji blatu przeziernej dla promieni RTG, z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy umieszczonej w prowadnicach zamontowanych w segmentach: podgłówna, oparcia pleców i lędźwiowy oraz z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny, wynoszącego 1370 mm ?

**Odp.**

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.