



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
Szp. Sp./ /17/DZP

Warszawa, dn. 22.08.2017 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 20/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 20/2017.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

Część 1 zamówienia - Drobny sprzęt medyczny

Pytanie 1

poz. 3 inhalator dyszowy. Jesteśmy bezpośrednim importerem inhalatora, który spełnia podane w specyfikacji wymagania i chcielibyśmy mieć możliwość złożyć ofertę, niestety nie posiadamy glukometrów, elektrostymulatorów oraz termometrów. Czy istnieje możliwość aby Zamawiający wyłączył z części pierwszej pozycję 3 Inhalator dyszowy 5 szt.?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu.

Część 2 zamówienia – Pulsoksymetr przenośny

Pytanie 2

poz. 7. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z rozdzielczością ekrany 240x400?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr opisany w pytaniu.

Pytanie 3

poz. 9. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z interfejsem RS232?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z interfejsem RS232.

Pytanie 4

poz. 10. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr kompatybilny z wieloma rodzajami czujników jednak nie w technologii Nelcore i Massimo?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru opisanego w pytaniu.

Pytanie 5

poz. 11. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z temperaturą pracy w zakresie 5-45 stopni C?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza pulsoksymetr opisany w pytaniu.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga, aby czujniki do pulsoksymetru były kompatybilne z czujnikami stosowanymi w kardiomonitorach?

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki opisane w pytaniu.

Pytanie 7

poz 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z pomiarem SpO2 w zakresie 70-100% z dokładnością +/- 3%? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie wpływało na jakość oceny stanu zdrowia pacjenta

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza puls oksymetr opisany w pytaniu.

Pytanie 8

poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr o rozdzielczości 240x400? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość obrazowania pomiarów.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza puls oksymetr opisany w pytaniu.

Pytanie 9

poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający port RS-232 przeznaczony do eksportu danych do specjalnie dedykowanego oprogramowania PC w zamian za port USB?



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z interfejsem RS232.

Pytanie 10

poz. 10. Czy Zamawiający dopuści kompatybilność jedynie z czujnikami typu Nellcor? Są to czujniki najczęściej używane na oddziałach noworodkowych i znacznie tańsze w eksploatacji niż czujniki Massimo.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru kompatybilnego jedynie z czujnikami typu Nellcor. Zamawiający wymaga pulsoksymetru współpracującego z czujnikami działającymi w technologii Nelcor i Masimo.

Pytanie 11

poz. 5. Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru tętna 30 – 250 bpm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru opisany w pytaniu.

Pytanie 12

poz. 7. Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza kolorowego LCD TFT 2,8"

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wyświetlacz opisany w pytaniu.

Pytanie 13

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiego producenta z technologią MASIMO SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji o następujących parametrach technicznych:

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,
Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin
Wymienialna osłona gumowa
Dwa niezależne wyświetlacze LED
Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
Waga urządzenia (z bateriami) - 320 g
Pomiar saturacji w zakresie (1-100)%
Dokładność pomiaru saturacji max. \pm 3 cyfry w zakresie min. 70-100%
Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
Dokładność pomiaru częstości pulsu max. \pm 3 uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiarów:
Saturacja (%SpO2): 1 %
Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym
Zakres perfuzji 0-20,0%
Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żyłnej
Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej
Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu



Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Urządzenie współpracuje z czujnikami Masimo

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru opisanego w pytaniu.

Część 3 zamówienia Oftalmoskop

Pytanie 14

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w Części Nr 3 poz. 2 konfigurację oftalmoskopu z dwoma bateriami, jedna bateria jako bateria robocza, druga w tym czasie jest ładowana, w przypadku rozładowania następuje szybka i bezinwazyjna wymiana baterii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza konfigurację opisaną w pytaniu.

Pytanie 15

poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 4 konfigurację oftalmoskopu z dwoma bateriami, jedna bateria jako bateria robocza, druga w tym czasie jest ładowana, w przypadku rozładowania następuje szybka i bezinwazyjna wymiana baterii?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza konfiguracji opisaną w pytaniu. Zamawiający wymaga również pracy poprzez ładowarkę przy braku baterii.

Pytanie 16

poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w Części Nr 3 poz. 5 nagłówną regulację światła po lewej stronie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza regulacji światła opisaną w pytaniu.

Pytanie 17

poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 8 regulację rozstawu źrenic w zakresie 48-76 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zakres opisany w pytaniu.

Pytanie 18

poz. 10. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 10 brak filtra żółtego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oftalmoskopu z brakiem filtra żółtego

Pytanie 19

poz. 17. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 17 części optyczne osadzone w konstrukcji wykonanej ze specjalnego tworzywa sztucznego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji z tworzywa sztucznego.

Pytanie 20

poz. 24. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 24 oftalmoskop bez zapasowej żarówki?

Odp. Zamawiający rezygnuje z zapasowej żarówki poz. 24.

Pytanie 21

poz. 25. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 25 oftalmoskop bez dodatkowego przewodu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oftalmoskopu opisanego w pytaniu

Pytanie 22

poz. 26. Czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 26 zestaw w miękkiej walizce?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza miękkiej walizki.

Część 6 zamówienia – wózki i stoliki medyczne

Pytanie 23

Poz. 1 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, wysokiej jakości asystor 3-szufladowy, o wymiarach: szerokość: 47cm, głębokość: 47 cm, wysokość: 84-92cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.



Pytanie 24

poz. 1 pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości asystor 3-szufladowy, zaopatrzony w blat roboczy wykonany z płyty laminowanej, dodatkowo pokryty szybą? Boczne i tylni brzeg blatu zabezpieczone rantami przed rozlewaniem się płynów.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.

Pytanie 25

poz. 1 pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości asystor 3-szufladowy, zaopatrzony w 5 kółek, co najmniej 2 z nich blokowane?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.

Pytanie 26

poz. 3 Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja wykonana jest metalu, ściany boczne w celu zredukowania masy wózka wykonane są z nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, co jest najlepszym rozwiązaniem pod kątem dezynfekcji, a także ogranicza namnażanie się bakterii i ognisk infekcji szpitalnych?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.

Pytanie 27

poz. 3 Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w dodatkowy, wysuwany ręcznie blat boczny do pisania / na ssak?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.

Pytanie 28

poz. 3 Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny o wymiarach:

- szerokość: 650mm
- głębokość: 475mm
- wysokość: 970mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.

Pytanie 29

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wózek reanimacyjny?

Odp. Nie, zamawiający nie wydzieliła wózka reanimacyjnego do osobnego pakietu.

Pytanie 30 poz. 1 Stolik do porodu jezdny – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach szafki 500x500 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem stalowym, lakierowanym proszkowo?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści asystor z podstawą pięcioramienną, chromowaną?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu

Pytanie 33 poz. 2 Wózek oddziałowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 680 mm? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu

Pytanie 34 poz. 3 Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 600x500x1000 mm (długość x głębokość x wysokość). Proponowany wymiar zapewnia zarówno dużą pakowność wózka, jak i łatwe manewrowanie i prowadzenie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pytanie 35

Prosimy o wyjaśnienie wymiarów wózka – w poz. Nr 7 podany jest parametr 106 mm. Prosimy o sprostowanie omyłki pisarskiej.

Odp. Przepraszamy jest to omyłka niezweryfikowana na etapie sporządzania SIWZ. Prawidłowy parametr to 1006 mm.



Pytanie 36

Prosimy o wyjaśnienie czy podane wymiary stanowią wymiar szafki bez osprzętu dodatkowego?

Odp. Tak, są to wymiary szafki bez osprzętu dodatkowego.

Część 7 zamówienia – laser operacyjny

Pytanie 37

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, od europejskiego producenta, dedykowanego zabiegom chirurgicznym (enukleacja prostaty, resekcja guzów nerki, usuwanie kamieni z pęcherza moczowego, waporyzacja przerostu prostaty, resekcja fragmentów płuc, zabiegi ginekologiczne, resekcja na wątrobie), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu lasera diodowego o długości fali 1318 nm.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza lasera opisanego w pytaniu.

Część 8 zamówienia – Wózek do przewożenia chorych

Pytanie 38

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek do przewożenia chorych leżących o następujących parametrach:

Konstrukcja wykonana ze stali węglowej malowana proszkowo

Leże wykonane z tworzywa ABS, dwusegmentowe

Barierki z tworzywa ABS opuszczane poniżej poziomu leża

Regulowany segment pleców w zakresie 0-60* wspomagany sprężyną gazową

Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego

Centralna blokada kół, koła o średnicy 150 mm

Stojak kroplówki

Pięte koło

Uchwyt na butlę z tlenem

Niepalny Materac

Długość 193 cm

Szerokość 64 cm

Wysokość regulowana ręcznie 56-86 cm

Maksymalna waga pacjenta 200 kg

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 76cm, nieznacznie odbiegającej od oczekiwania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 55-91 cm, w niewielkim stopniu odbiegającej od oczekiwania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści wyprofilowana tace w pokrywie wózka na butle z tlenem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza tace opisane w pytaniu.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia wózka w każdej pozycji min. 220 kg z uwagi na coraz większą liczbę pacjentów bariatrycznych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu

Pytanie 43

Czy Zamawiający wymaga wózka z piątym kołem, które znacznie ułatwia manewrowanie wózkami w wąskich korytarzach czy na zakrętach?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu

Pytanie 44

Czy Zamawiający wymaga regulacji oparcia pleców w zakresie min. 0-90 °?

Odp. Zamawiający dopuszcza regulację oparcia pleców w zakresie min. 0-90 °



Pytanie 45

Czy Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga (pozycja szokowa) i anty-Trendelenburga w wózku?

Odp. Zamawiający dopuszcza funkcję Trendelenburga (pozycja szokowa) i anty-Trendelenburga

Pytanie 46

Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytem na butlę z tlenem zamiast kosza na butlę z tlenem?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pytanie 47

Czy zamawiający zgodzi się na wózek bez osłon bocznych wyposażony natomiast w obojniki?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 200 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 75 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości w zakresie 56-82 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego wózka.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w osłony boczne o wymiarach 28 x 108 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących o szerokości całkowitej 730 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisywany w pytaniu.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z barierkami bocznymi o długości 104 cm i wysokości 38 cm (26 cm wysokość od leża)?

Odp. . Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisywany w pytaniu.

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących wyposażony w materac o właściwościach trudnopalnych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym szerokość całkowita wózka wynosi 84 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym regulacja wysokości wynosi 54 – 81, 5 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu



Część 11 zamówienia – fotel ginekologiczny

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości 1900 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości całkowitej leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1390 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości leża: 650mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża (tapicerka): 650mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z minimalną wysokością siedziska: 650mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z maksymalną wysokością siedziska: 1000mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym regulacja wysokości siedziska realizowana jest siłownikiem elektrycznym sterowanym za pomocą pilota?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 150kg?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża (tapicerki) wynoszącej 600 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany fotel ginekologiczny

Część 15 zamówienia – zestaw holterów

Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - sztuk 4

Pytanie 68

poz. 1. Czy zamawiający wymaga aby rejestrator miał możliwość współpracy z kompleksową platformą kardiologiczną, pozwalającą na wykonanie nie tylko badań holterowskich, ale również EKG, spirometrii, ergospirometrii czy próby wysiłkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Pytanie 69

Czy zamawiający wyodrębni rejestrator monitorowania ciśnienia tętniczego krwi jako oddzielny pakiet, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na uzyskanie lepszej ceny?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydziela rejestratora do odrębnego pakietu

Poz. 2. Rejestrator długotrwałego monitorowania rytmu serca - sztuk 2

Pytanie 70

do pkt. 5: Czy zamawiający dopuści rejestrator z transmisją danych do PC przez kabel oraz z obsługą kart SD?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Pytanie 71

do pkt. 10: Czy zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 102x62x24?



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Pytanie 72

do pkt. 13: Czy zamawiający dopuści rejestrator zasilany dwoma bateriami AAA?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Pytanie 73

do pkt. 15: Czy zamawiający dopuści rejestrator z zakresem częstotliwości sygnału 0,049-220 Hz?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Pytanie 74

Czy zamawiający wymaga aby rejestrator miał wbudowany czujnik aktywności pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.

Poz. 3. Stacja robocza i oprogramowanie do pozycji 1 i 2

Pytanie 75

do pkt. 6: Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości porównania badań w programie, jednak z możliwością eksportu badania do arkusza kalkulacyjnego i tam porównania dowolnej ilości wyników danego pacjenta, jak również skorzystanie z opcji statystycznych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania opisanego w pytaniu.

Pytanie 76

Czy zamawiający wymaga aby oprogramowanie posiadało funkcję "waterfall", dzięki której można błyskawicznie zaobserwować i przejrzeć momenty zmiany rytmu na przestrzeni całego badania?

Odp. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie z funkcją opisaną w pytaniu.

Pytanie 77

(dotyczy części 15 poz. 1 - rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi)

A. Czy Zamawiający wymaga, aby mankiet był wyposażony w elastyczną siatkę zapobiegającą przypadkowemu zsunięciu czy przemieszczeniu się mankietu podczas pomiarów? Właściwe umiejscowienie mankietu i pewność, że się nie przesunie mają istotne znaczenie dla uzyskiwania wiarygodnych, prawidłowych wyników pomiarów.

Odp. Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.

B. Czy Zamawiający wymaga, aby była również możliwość prania mankietu?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość prania mankietu.

Pytanie 78

(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wspólnej bazy pacjentów dla oprogramowania do obróbki zapisów EKG i ciśnienia?

Odp. Nie, zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w pytaniu.

Pytanie 79

(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)

W jaki sposób ma być zrealizowana możliwość porównania badań tego samego pacjenta? Czy Zamawiający chce i wymaga, aby była możliwość porównania 2 dowolnie wybranych badań tego samego pacjenta poprzez nałożenie na tym samym wykresie krzywych średnich godzinowych i podanie w tabeli obydwu badań różnic pomiędzy nimi?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną możliwość.

Pytanie 80

(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)

Prosimy o informację, jakiego systemu dotyczy możliwość tworzenia profili użytkowników?

W systemie do ABP czy do EKG? Czy Zamawiający dopuści, aby była możliwość tworzenia profili użytkowników jedynie w oprogramowaniu do analizy zapisów z holterów ciśnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia profili użytkowników jedynie w oprogramowaniu do analizy zapisów z holterów ciśnienia.



Pytanie 81

Czy Zamawiający wymaga, aby była możliwość ustawienia automatycznego wylogowania użytkowników z oprogramowania do analizy zapisów z holterów ciśnienia po okresie bezczynności (bezpieczeństwo danych osobowych wrażliwych)?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Część 16 zamówienia poz. 3 – materac przeciwodleżynowy

Pytanie 82 Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o maksymalnej masie pompy do 2.4 kg? Ze względu na zawieszenie pompy na ramię łóżka oraz na minimalną różnicę w wymaganiach Zamawiającego a parametrze oferowanym przez wykonawcę taka różnica nie będzie miała żadnego wpływu na jakość terapii.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu

Pytanie 83 Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o maksymalnej masie 7 kg? Taka różnica w wadze między wymaganiami Zamawiającego a parametrze oferowanym przez wykonawcę jest efektem wysokiej jakości materiału oraz dodatkowego ustabilizowania konstrukcji i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość terapii.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu

Pytanie 84 Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy który w zamian za obniżenie komory w sekcji pięt posiada tryb zmiennociśnieniowy w celu optymalnej redystrybucji ciśnienia na całej długości ciała pacjenta co pozwoli na znacznie lepszą terapię?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza materac opisany w pytaniu

Pytanie 85 Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temperaturze 80 ° C bez konieczności suszenia w wysokiej temperaturze? Taki sposób sterylizacji nie będzie miał żadnego wpływu na jakość terapii.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu.

Pytania dotyczące treści SIWZ i zapisów ogólnych warunków umowy

Pytanie 86 (dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 6 pkt. 3)

Co Zamawiający ma na myśli i o jakie modyfikacje chodzi w niniejszym punkcie umowy? Licencja udzielona przez producenta dotyczy użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Standardowa licencja nie daje prawa do samodzielnej modyfikacji sprzętu/na sprzęcie. Prosimy o wykreślenie zapisu lub o konkretne określenie czego niniejsze dotyczy by było wiadomo jak interpretować umowę.

Odp. Zapis dotyczy wymagań określonych w pozycji 17 tabeli „Stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z pozycji 1 i rejestratora holterowskiego EKG z pozycji 2 – sztuk 1”

Pytanie 87

(dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 5 pkt. 7)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu przystąpienia do naprawy z "24 godziny" na "72 godziny". W związku z tym, że nie ma określenia "godzin w dni robocze" prosimy wydłużyć termin z 24 h na 72 h. W przypadku zgłoszenia usterki przez Zamawiającego np. w piątek po południu będzie potrzeba więcej niż 24 godzin na przystąpienie do naprawy. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do prośby, gdyż chcielibyśmy należycie wywiązać się z warunków umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.

Odp. Zamawiający zmienia treść ogólnych warunków umowy (dot. urządzeń i oprogramowania) – paragraf 5 punkt 7 na następujący: „W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 24 godziny w dni robocze,..." pozostała treść zapisu bez zmian.

Pytanie 88

(dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 5 pkt. 7)



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu dostarczenia sprzętu zastępczego z "3 dni" na "7 dni". W ciągu 3 dni może nie być to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do prośby, gdyż chcielibyśmy należycie wywiązać się z warunków umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.

Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie 89

Ad§ 5 ust. 5 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany **tego podzespołu urządzenia** lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 90

Ad § 5 ust. 7

A. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający wymaga terminu reakcji serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze.

B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 91

Ad § 8 ust. 2. Prosimy o obniżenie kary umownej do 10% wartości niedostarczonego urządzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 92

Ad § 8 ust. 3. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi, **posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia**, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy

Pytanie 93

Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób na ofercie należy podać termin wykonania zamówienia, aby był on zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Pytanie wiąże się z nieścisłością jaka istnieje pomiędzy SIWZ, rozdział XII, punkt 3 („Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę.”), a treścią formularza oferty („termin wyrażony w tygodniach”).

Odp. Termin wykonania zamówienia należy podać w tygodniach.

Pytanie 94

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania wraz z instrukcją obsługi i konserwacji informacji o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika (SIWZ, Rozdział IV, punkt 1, podpunkt d oraz Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy, §3, punkt 4.1, podpunkt d). Jako producent zastrzegamy, iż użytkownikowi nie wolno samodzielnie przeprowadzać żadnych napraw lub zmian w wyrobie bez specjalnego przeszkolenia i upoważnienia wydanego przez producenta, a do wykonywania napraw i innych czynności serwisowych upoważniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.

Odp. Wykonawca sam określa czynności, które mogą być samodzielnie wykonywane przez użytkownika. Jeśli takich czynności nie ma Wykonawca informuje, że nie ma takich czynności.

Pytanie 95

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania wraz z kartami gwarancyjnymi zasad świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych (SIWZ, Rozdział IV, punkt 2, podpunkt c oraz Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy, §3, punkt 4.2, podpunkt c). Warunki serwisu pogwarancyjnego, w tym ceny i zasady współpracy określane będą osobną umową negocjowaną po wygaśnięciu okresu gwarancji na oferowane wyroby, w związku z czym niemożliwe jest określenie warunków na etapie składania ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pytanie 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozpakowanie, zmontowanie, uruchomienie i przetestowanie dostarczonego urządzenia zostało przeprowadzone przez przedstawiciela wykonawcy nie będącego pracownikiem serwisu (Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy, §5, pkt 2)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby wymienione w pytaniu czynności zostały przeprowadzone przez pracownika upoważnionego przez Wykonawcę.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert, ponieważ pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ.