



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 450 22 84

Warszawa, 13.09.2018 r.

Szp. S/ 2623 /18

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, nr postępowania 34/2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 34/2018:

Część nr 8 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.

Pyt.1

(pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pyt. 2

(pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 800 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego wózka.

Pyt.3

(pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 60-93 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego wózka.

Pyt.4

(pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem czterosegmentowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pyt.5

(pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści wózek z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem w tworzywowej pokrywie podwozia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pyt.6

(pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem trudnopalnym?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego wózka.

Część nr 15 – Łóżka szpitalne o nośności powyżej 250 kg – 2 szt.

Pyt.7

(pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 250 kg?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga, aby łóżko przeznaczone było dla pacjentów o wadze powyżej 250 kg.

Pyt. 8

(pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego barierki boczne nie posiadają listwy ochronnej, ale łóżko wyposażone jest w 4 krążki odbojowe, które są najbardziej wystającymi elementami?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt. 9

(pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest tworzywowymi panelami, po jednym panelu w każdym segmencie

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.



Pyt. 10

(pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt. 11

(pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt.12

(pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 1980 x 870 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt. 13

(pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 350-740 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt. 14

(pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części plecowej w zakresie 0-78°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt. 15

(pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji zaawansowanej autoregresji, ale z auto regresją 12 cm w segmencie pleców i 8,5 cm w segmencie uda?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt. 16

(pkt. 19 i 20) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji TR i aTR w zakresie +-16°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt. 17

(pkt. 26) Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją obniżenia leża do wysokości 35 cm sterowaną za pomocą 1 przycisku na panelu sterowniczym?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt. 18

(pkt. 27) Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem dla personelu wyposażonym w diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach oraz pilotem pacjenta wyposażonym w 3 diody informujące o zasilaniu pilota, pracy siłowników i blokadzie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Pyt. 19

(pkt. 28) Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel dla personelu z przyciskiem aktywnym oraz pilot pacjenta bez przycisku aktywacyjnego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt.20

(pkt. 31) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane łóżko.

Pyt. 21

(pkt. 33) Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego łóżka.

Część 8 - Wózek do przewożenia chorych.

Pyt.22

Czy Zamawiający dopuści wózek z mechaniczną ręczną regulacją wysokości w zakresie 57-87cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 23

Czy Zamawiający dopuści długość wózka 190cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.



Pyt. 24

Czy Zamawiający dopuści szerokość wózka 73cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Część nr 2- Narzędzia chirurgiczne

Zestaw narzędzi do mikrochirurgii

Pyt. 25

Poz.1) Czy Zamawiający wymaga pincety o szerokości: 1,5mm, 2mm, 2,8mm?

Odp. Zamawiający wymaga pincety o szerokości 2 mm.

Pyt. 26

Poz.2) Czy Zamawiający wymaga pincety o szerokości: 1,5mm, 2mm, 2,8mm, 3,5mm?

Odp. Zamawiający wymaga pincety o szerokości 2 mm.

Pyt. 27

Poz.3) Kleszczyki o dł. całkowitej 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane kleszczyki.

Pyt. 28

Poz.4) Moskity o dł. 125mm.

Czy Zamawiający wymaga kleszczyków: prosty, odgięty, z ząbkami czy bez ząbka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych moskitów.

Pyt. 29

Poz.5) Czy Zamawiający wymaga kocher prosty czy odgięty?

Odp. Zamawiający wymaga kocher prosty.

Pyt. 30

Poz.6) Imadło o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego imadła.

Pyt. 31

Poz.7) Czy Zamawiający wymaga sondy sztywnej czy elastycznej?

Odp. Zamawiający wymaga sondy sztywnej.

Pyt. 32

Poz.8) Czy Zamawiający wymaga wziernika o wym. 70x40mm i dł. 185mm czy o wym. 90x40mm i dł. 215mm.

Odp. Zamawiający wymaga wziernika o wymiarach: 70 x 40 mm i dł. 185 mm.

Pyt. 33

Poz.9) Hak waginalny Breisky o wym. 130x30mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

Pyt. 34

Poz.10) Hak waginalny Breisky o wym. 160x45mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

Klemy naczyniowe

Pyt. 35

Poz.1) Klem o dł. 140mm i zagięciu 20mm, pozostałe parametry bez zmian lub klem o zagięciu 15mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych klem.

Pyt. 36

Poz.2) Klem o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian lub klem o dł. 190mm, zagięty pod kątem 90°, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych klem.

Zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich

Pyt. 37



Poz.1.) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane imadło.

Pyt.38

Poz.2,3) Pinceta Potts-Smith, wąska, o tych samych parametrach.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanej pincety

Pyt. 39

Poz.5) Kleszczyki o nazwie własnej Rankin-Crile, identyczna z wymaganą.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane kleszczyki.

Pyt. 40

Poz.6) Kleszczyki o dł. 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane kleszczyki.

Pyt. 41

Poz.9) Hak o wym. 45x75mm i dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

Pyt. 42

Poz.10) Nożyczki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych nożyczek.

Pyt. 43

Poz.12) Nożyczki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane nożyczki.

Pyt. 44

Poz.14) Naczynie o poj. 0,4l o wym. 110x55mm lub naczynie o poj. 0,3l o wym. 105x60mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza naczynie o pojemności 0,3 l.

Zestaw narzędzi chirurgicznych

Pyt. 45

Poz.6) Penseta o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną pensetę.

Część 15 – Łóżka szpitalne o nośności powyżej 250 kg – 2 szt.

Pyt. 46

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z możliwością zablokowania przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem, blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane / odblokowane?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 47

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części na ergonomicznej wysokości, składanie jedną ręką, barierki składające się z czterech poprzeczek (bez listwy ochronnej), w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 48

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL (4 płyty na całe leże), płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy, leże podparte w 4 pkt. gwarantujące stabilność w każdym położeniu, segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża?



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 49

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne przy pomocy:

- Pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud, wysokości, autokontur, funkcja „krzesła kardiologicznego”, funkcja CPR (pilot bez podświetlanych przycisków i latarki)

Odp. Zamawiający dopuszcza pilot bez latarki.

- Przewodowego panelu sterowania dla personelu: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud, wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych oraz zaprogramowane w jednym przycisku: krzesło kardiologiczne, CPR, pozycja egzaminacyjna, antyszokowa; panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg, panel posiadający czytelne piktogramy w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 50

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże o wymiarach 1890 x 980 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu.

Pyt. 51

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 800 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” / nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu.

Pyt. 52

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części nożnej w zakresie 0 - 47°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 53

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu, bez diodowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 54

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną funkcji autokontur, sterowaną tylko przy pomocy przycisków na pilocie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu.

Pyt. 55

Czy (w pkt. 17 i 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję podwójnej autoregresji 16,5 cm, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców i uda, jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 56

Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelburga 13° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 57

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość elektrycznej regulacji do pozycji mobilizacyjnej ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka (możliwość obniżenia leża do najniższej pozycji, możliwość uniesienia segmentu pleców, możliwość wypoziomowania segmentu nóg) – sterowanie przy pomocy przycisków służących do regulacji leża na pilocie oraz na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 58

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną do pozycji ekstra niskiej 400 mm – sterowanie przy pomocy przycisków służących do regulacji wysokości leża na pilocie oraz na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu

Pyt. 59

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamianie na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części pęcowej
- regulacji części nożnej

Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu.

Pyt. 60

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji, przycisk aktywacji na panelu dla personelu oraz możliwość zablokowania funkcji na pilocie poprzez przycisk blokady na panelu dla personelu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 61

Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko, w którym wciśnięcie przycisku aktywującego na panelu centralnym aktywuje panel sterowania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 62

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko, w którym odłączenie wszelkich regulacji następuje po max 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie, np. CPR, antyszokowa?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 63

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 31?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 64

Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania złącza wyrównania potencjału?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka opisanego w pytaniu.

Część 2 – narzędzia chirurgiczne

Pyt. 65

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 1 i poz.2: Czy Zamawiający wymaga pęsetę atraumatyczną, oraz jaka jest wymagana śr. końcówki.

Odp. Zamawiający wymaga końcówki o śr. 2 mm.

Pyt. 66

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęsetę dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną pęsetę.

Pyt. 67

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nazwa własna KOCHER-OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany kocher.



Pyt. 68

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nazwa własna MAYO-HEGAR, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane narzędzie.

Pyt. 69

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sondę.

Pyt. 70

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 8: Czy Zamawiający wymaga wziernik mały o wym 70x40, 70x33, czy duży o wym. 90x40, 90x33.

Odp. Zamawiający wymaga wziernik mały o wym. 70 x 40.

Pyt. 71

Część 2, zestaw narzędzi do mikrochirurgii, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak jak na załączonym poniżej rysunku o wym. 130x30.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

Część 8 - Wózek do przewożenia chorych.

Pyt. 72

Czy Zamawiający dopuści polskiej produkcji wózek do przewożenia chorych leżących o całkowitej długości 2040 mm oraz szerokości całkowitej 780 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 73

Czy Zamawiający dopuści polskiej produkcji wózek do przewożenia chorych leżących z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 500 – 900 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 74

Prosimy o wyjaśnienie, jakich osłon bocznych Zamawiający oczekuje w pkt 6. Gdzie mają się one znajdować?

Odp. Osłony boczne (barierki boczne) mają się znajdować po bokach wózka.

Pyt. 75

Czy Zamawiający dopuści zamiast kosza uchwyt na butlę z tlenem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza uchwyt na butlę.

Pyt. 76

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ § 6, o treści:

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że do wszelkich systemów, elementów, materiałów, urządzeń i sprzętu składających się na Przedmiot umowy oraz jakimi posłuży się przy wykonywaniu Przedmiotu umowy - przysługują mu prawa umożliwiające jego wykonanie, tj. odpowiednio - autorskie prawa majątkowe do korzystania z systemu i materiałów, udzielone Wykonawcy na podstawie odpowiednich licencji. Wykonawca oświadcza dalej, że korzystanie przez niego z systemu i materiałów wskazanych wyżej oraz udzielenie wszelkich praw Zamawiającemu do ich wykorzystywania zgodnie z niniejszą umową - nie narusza oraz nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu o zaprzestanie naruszeń praw autorskich tej osoby, zapewni uzyskanie dla Zamawiającego odpowiednich licencji na dalsze korzystanie z oprogramowania lub materiałów, do których rości sobie prawa osoba trzecia oraz pokryje wszelkie szkody jakie Zamawiający odniósł w wyniku zapłaty osobie trzeciej kwot należnych jej roszczeń. .



3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po oddaniu urządzeń do eksploatacji oraz w ramach wynagrodzenia umownego - Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania składającego się na system - na następujących polach eksploatacji:
 - a) Stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 - b) Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii,
 - c) Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany),
 - d) Zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
4. Czynności podejmowane przez Zamawiającego w stosunku do oprogramowania, wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymagają zgody Wykonawcy w przypadku, gdy są niezbędne do korzystania z oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym czynności poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy będą wolne od wad prawnych.
7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie oprogramowania składającego się na system oraz nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek zapewnień, co do funkcjonalności i charakterystyki oprogramowania systemowego - ponad zapewnienia zawarte w stosownej dokumentacji i informacjach producenta.
8. W przypadku opublikowania przez Wykonawcę nowych rozwiązań z zakresu objętego Przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się - na wyraźne życzenie Zamawiającego - wymienić oprogramowanie udzielając na nie dalszej bezterminowej licencji wraz z przeszkoleniem użytkowników Zamawiającego i uruchomić je u Zamawiającego - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wnosimy o zrewidowanie swojego stanowiska w zakresie § 6 Załącznika nr 3 do SIWZ, w kontekście przedmiotu zamówienia (jego zakresu i wielkości) oraz zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i wyjaśnienie dlaczego tak wysokie i nierealne wymagania mają dotyczyć dystrybutorów lub importerów czyniąc jednocześnie, że Zamawiający pozostaje w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Odp. Zamawiający informuje, że do części 11 i 13 zamówienia ogólne warunki umowy znajdują się w załączniku nr 3 „ogólne warunki umowy dotyczy sprzętu i urządzeń”

Część 6 - Aparatura medyczna dla noworodków.

Pyt.77

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu **pozycji nr 4 - Aparat do leczenia przepływowego tlenem zakażeń układu oddechowego 1 sztuka** jako odrębnej części? Dotychczasowy zapis SIWZ nakładający wymóg złożenia oferty na wszystkie pozycje razem, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza w części 6 zamówienia złożenie oferty tylko na pozycje: 1, 2, 3 lub tylko na pozycję 4.



Część 15 – Łózka szpitalne o nośności pow. 250 Kg

Pyt.78

Czy zamawiający dopuści zdejmowane szczyty łózka których sposób montażu automatycznie blokuje je przed przypadkowym wyjęciem w trakcie transportu bez specjalnych oznaczeń?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt.79

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne ergonomiczne bariery składające się z 4 poprzeczek dla bezpieczeństwa pacjenta ze względu na wysokość materaca bariatrycznego min 16 cm bez elastycznej listwy ochronnej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 80

Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne z min 3 ruchomymi segmentami wypełnione 4 panelami zdejmowanymi łatwymi do dezynfekcji wykonanymi z wytrzymałej płyty HPL, lekkimi o różnej wadze ze względu na rozmiar poszczególnych paneli w granicach od 05,kg do 2 kg (segment oparcia pleców) ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 81

Czy Zamawiający dopuści bardziej efektywny system jezdny łózka składający się z 8 podwójnych antystatycznych zintegrowanych bez widocznej osi obrotu kół o średnicy 100 mm co sprawia iż cały ciężar łózka z pacjentem rozkłada się na 16 punktów styku z podłoga a nie tylko 8? takie rozwiązanie ułatwia toczenie dla personelu

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 82

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchomianą za pomocą dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg i głowy po obu stronach łózka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu

Pyt. 83

Czy Zamawiający dopuści pilota przewodowego dla pacjenta bez 1 diody w charakterze latarki – łóżko posiada na wyposażeniu podświetlenie leża do wyjścia i wejścia z łózka co znacznie poprawia bezpieczeństwo?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 84

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2140 mm bez przedłużenia leża i materacu o długości 2000 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 85

Czy Zamawiający dopuści łóżko w jednym z dwóch wariantów: 1. Szerokości całkowitej 1100 mm przy szerokości materaca i platformy leża 1000 mm 2. szerokości całkowitej 1200 mm przy szerokości materaca i platformy leża 1100 mm ? Proszę o dopuszczenie preferowanego wariantu

Odp. Zamawiający dopuszcza wariant 1.

Pyt. 86



Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości liczoną od powierzchni podłogi do platformy leża w zakresie od 290 mm do 830 mm? Parametr korzystniejszy od wymaganego tj większy zakres choć kluczowa jest niska pozycja minimalna

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 87

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną nachylenia segmentu uda 30 stopni oraz segmentu podudzia 20 stopni? Część nożna składa się z sekcji uda i podudzia razem nożnej.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 88

Czy w związku z wymogiem zaawansowanej funkcji autoregresji segmentu oparcia i uda Zamawiający dopuści by całkowity efekt cofania się segmentu skutkowało powstanie odstępu pomiędzy krawędziami segmentu oparcia i uda 23 cm z uniesieniem do góry krawędzi oparcia o min 10 cm? Parametr znacząco korzystniejszy od wymaganego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 89

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane w pełni elektryczne w którym panel sterowania personelu medycznego nie ma osobnego przycisku do automatycznej regulacji wypoziomowania segmentu oparcia i uniesienia do wysokości maksymalnej tzw pozycji egzaminacyjnej? – funkcja tak opisana w SIWZ jest identyczna z funkcją regulacji wysokości i regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia osobno co jest bezpieczniejsze dla pacjenta i pozwala na bardziej skuteczną kontrolę nad łóżkiem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 90

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym panel sterowania personelu jest wyposażony w osobny przycisk pamięci wysokości wejścia i wyjścia odpowiedni dla wzrostu konkretnego pacjenta w miejsce przycisku tzw pozycji mobilizacyjnej która ma już wstępnie zaprogramowaną najniższą wysokość wejścia i wyjścia z łóżka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 91

Czy zamawiający dopuści łóżko bez charakterystycznego przycisku STOP lub innego o podobnym znaczeniu ze względu na zaawansowany system autodiagnostyki i liczne czujniki przeciążeniowe odcinające zasilanie w razie zagrożenia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 92

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku pozycji ekstra – niskiej gdyż i tak w tabeli parametrów jest podany wymóg regulacji wysokości pozycji minimalnej 300mm z tolerancją plus minus 20 mm co w samo w sobie określa wysokość minimalną – która nie jest ekstra – sterowaną z przycisków regulacji wysokości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 93

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji elektrycznych w pilocie pacjenta następuje poprzez użycie specjalnego kluczyka (pozostającego w dyspozycji personelu) a nie z przycisku dostępnego dla pacjenta – większe bezpieczeń-



stwo i możliwość faktycznego ograniczenia autonomii pacjenta i kontroli regulacji elektrycznych przez personel?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 94

Ze względu na pytanie 17 i bezpieczeństwo pacjenta czy zamawiający dopuści by sterownik dla pacjenta jak i dla personelu jednak posiadały osobne regulacje aktywujące działanie funkcji elektrycznych łóżka?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 95

Czy zamawiający dopuści by łóżko pozostawało w gotowości do użycia wszelkich funkcji elektrycznych w dowolnym momencie niezależnie ile sekund było nie używane? Wszystkie funkcje są aktywowane po naciśnięciu przycisków funkcyjnych pomimo iż w trakcie gdy łóżko jest nieużywane przechodzi od razu automatycznie w tryb oszczędzania energii elektrycznej.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko opisane w pytaniu.

Pyt. 96

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dostawy w terminie 60 dni od daty zamówienia w miejsce 28 dni co jest w tym okresie pod koniec roku bardzo krótkim terminem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

Część 1 - System ogrzewania pacjenta

Pyt. 97

Poz. 1

Pkt. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem dostawy mają być 2 szt. jednostek kontrolnych i 4 koce czy 2 kpl. obejmujące ww. konfigurację tj. łącznie 4 szt. jednostek kontrolnych i 8 koców

Odp. Przedmiotem postępowania są dwa systemy tzn. dwie jednostki i cztery koce.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego wyposażonego w następujące alarmy: Alarmy: odchylenia temperatury (o +1,5°C w stosunku do temperatury zaprogramowanej); wysokiej temperatury); rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania (przy przekroczeniu +44°C)

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu system

Pkt. 8

Czy Zamawiający, zgodnie z pkt. 1 wymaga 4 sztuk kocy w rozmiarze 120 x 80 cm?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga 4 sztuk kocy w rozmiarze 120 x 80 cm.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie dodatkowego poliuretanowego pokrowca zewnętrznego, wielokrotnego użytku, przeznaczonego do prania w temp. 90°C i dezynfekcji powierzchniowej

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dodatkowy materac

Pyt.98

Poz. 2

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 190 x 50 x 3 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany materac.



Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane mocowanie.

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 30-40°C

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza regulacji temperatury w zakresie 30-40°C.

Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego wyposażonego w następujące alarmy: Alarmy: odchylenia temperatury (o +1,5°C w stosunku do temperatury zaprogramowanej); wysokiej temperatury); rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania (przy przekroczeniu +44°C)

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany system.

Pyt. 106

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 2:

W razie opóźnienia w przekazaniu urządzeń do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za opóźnione w przekazaniu urządzenia do eksploatacji lub niewykonane w terminie naprawy gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w przekazaniu urządzenia do eksploatacji lub niewykonanej w terminie naprawy gwarancyjnej. Kara umowna za opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy.

Pyt. 107

W przypadku nie wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 100 dni od wyznaczonej daty dostawy tj. do dnia r. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy.

Część 11 - Rejestrator pomiaru pH i impedancji.

Pyt. 108

Lp. 7 Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wadze 210 gram?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator o wadze 210 gram

Pyt. 109

Lp. 10 Czy Zamawiający dopuści rejestrator zapisujący dane badania na karcie pamięci SD?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego rejestratora.

Pyt.110

Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w wersji angielskiej. Obsługa programu z poziomu graficznych ikon, które są proste w obsłudze, z generowaniem raportu badania w języku polskim?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania w wersji angielskiej.

Pyt.111



Czy Zamawiający dopuści i uzna za wymagane automatyczny pomiar Menu Nocturnal Baseline Impedance (średniej nocnej impedancji podstawowej)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany pomiar.

Pyt. 112

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1 tj. lamp do fototerapii

Odp. Zamawiający dopuszcza w części 6 zamówienia złożenie oferty tylko na pozycje: 1, 2, 3 (razem) lub tylko na pozycję 4.

Pyt. 113

(dotyczy części 3)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatami EKG drukarki zewnętrznej.

Odp. Zamawiający nie wymaga zaoferowania drukarki zewnętrznej.

Pyt. 114

(dotyczy wzoru umowy)

Zamawiający do SIWZ dołączył dwa wzory umowy. Prosimy o wyjaśnienie, który wzór umowy dotyczy której z części zamówienia.

Odp. Do części 3 zamówienia należy stosować ogólne warunki umowy „sprzęt i urządzenia”

Pyt. 115

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 7 wzoru umowy:

„W okresie gwarancji, czas przystąpienia do naprawy przez Wykonawcę lub jego autoryzowany serwis, od zgłoszenia uszkodzenia ustala się na 72 godziny w dni robocze, a czas usunięcia uszkodzenia - ustala się na maksymalnie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia. Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 5 dni roboczych.”

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy.

Pyt. 116

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysyłki sprzętu w ramach przeglądów / napraw gwarancyjnych firmą kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy o ile wielkość sprzętu na to pozwala. Pytający ma na myśli aparaty EKG oraz inne, które Zamawiający uzna za stosowne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wysyłki sprzętu w ramach przeglądów / napraw gwarancyjnych firmą kurierską.

Pyt. 117

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 9 ust. 2 wzoru umowy:

„W przypadku nie wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 100 dni od wyznaczonej daty dostawy tj. do dnia r. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia..... i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ogólnych warunków umowy.

Pyt. 118

Dotyczy zadania 8. Wózek do przewożenia chorych leżących – 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących, z hydraulicznie regulowaną wysokością w zakresie: 46-85cm? Różnica względem wymagań to zaledwie 1cm - nie będzie zauważalna w codziennej pracy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Pyt. 119

Dotyczy zadania 8. Wózek do przewożenia chorych leżących – 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych



leżących, zaopatrzone w barierki boczne z solidnego aluminium i stali chromowanej, łatwo obsługiwane jedną ręką, o wymiarach:

- długość: 109cm,
- wysokość: 38cm,

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.

Dotyczy - Załącznik nr 2-1 – Część 3

Aparat elektrokardiograficzny 1 sztuka.

Pyt.120

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z analizą i interpretacją krzywej EKG wg schematu GLASGOW, który jest co najmniej równoważny z wymaganym? Algorytm GLASGOW jest cenionym i rozpoznawalnym na całym świecie algorytmem analizy i interpretacji badań EKG.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG opisany w pytaniu.

Pyt.121

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w drukarkę termiczną obsługującą papier dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 mm? Papier o tej szerokości umożliwi i zapewni dużo czytelniejszy wydruk 12 odprowadzeń EKG niż papier 112 mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza drukarki obsługującej papier o szerokości 210 mm.

Pyt.122

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wózek jezdny o regulowanej wysokości, z koszem na akcesoria, na 5 kołach, każde z własną blokadą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Aparat elektrokardiograficzny dla noworodków 1 sztuka.

Pyt.123

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z analizą i interpretacją krzywej EKG wg schematu GLASGOW, który jest co najmniej równoważny z wymaganym? Algorytm GLASGOW jest cenionym i rozpoznawalnym na całym świecie algorytmem analizy i interpretacji badań EKG szczególnie w zakresie badań noworodków i dzieci.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG opisany w pytaniu.

Pyt.124

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w drukarkę termiczną obsługującą papier dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez, o szerokości 210 mm? Papier o tej szerokości umożliwi i zapewni dużo czytelniejszy wydruk 12 odprowadzeń EKG niż papier 112 mm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG opisany w pytaniu.

Pyt.125

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wózek jezdny o regulowanej wysokości, z koszem na akcesoria, na 5 kołach, każde z własną blokadą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat EKG opisany w pytaniu.

Dotyczy - Część 6 - Aparatura medyczna dla noworodków

Pyt.126

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 1 **Lampa do fototerapii - łóżeczkowa 5 sztuk** z Części 6 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Jako autoryzowany dystrybutor sprzętu o cechach opisanych w poz. 1 aktualnie nie mamy możliwości złożenia oferty na pozostały sprzęt medyczny zawarty w Części 6. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na złożenie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.



Odp. Zamawiający dopuszcza w części 6 zamówienia złożenie oferty tylko na pozycje: 1, 2, 3 (razem) lub tylko na pozycję 4.

Pyt. 127

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1

Prosimy o zmianę zapisu na następujący:

W razie opóźnienia w przekazaniu urządzeń do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto asortymentu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna za opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 1 ogólnych warunkach umowy na następujący: „§ 9.

1. W razie opóźnienia w przekazaniu urządzeń do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto asortymentu, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

Kara umowna za opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy. „

Częścią 2 zamówienia - Narzędzia chirurgiczne.

1. Zestaw narzędzi do mikrochirurgii

Pyt. 128

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Pinceta typu de bakey 160 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną pincetę.

Pyt. 129

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 45°, dł. całkowita 130mm

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane kleszczyki.

Pyt. 130

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sonda maciczna Sims 0,4mmx320mm

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sondę.

Pyt. 131

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak waginalny135x36

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

Pyt. 133

POZ. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak waginalny160x45

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany hak.

3. Zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich

Pyt. 134

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 200 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo

Odp. Zamawiający dopuszcza opisane imadło.

Pyt. 135

POZ. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczki preparacyjne typ mayo lexez odgięte długość 170 mm ostrza tępo tępe wąskie

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanych nożyczek.

4. Zestaw narzędzi chirurgicznych



Pyt. 136

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pean Średni z zamkiem 160 mm
Odp. Zamawiający nie dopuszcza opisanego peanu.

Pakiet nr 9 – Ssak noworodkowy elektryczny – 2 szt.

Pyt. 137

Czy Zamawiający dopuści ssak noworodkowy elektryczny:

- bez zaworu przełączającego ssanie z jednego pojemnika na drugi;
- z uchwytem na dren z tworzywa;
- z wielostopniowym zabezpieczeniem przed przelaniem w postaci filtrów hydrofobowych, antybakteryjnych montowanych bezpośrednio na ssaku oraz we wkładach jednorazowych zamiast zbiornika zabezpieczającego;
- z wózkiem jezdnym o wysokości 86cm na czterech kołach (w tym dwa z blokadami) z dwiema szynami na akcesoria, bez włącznika nożnego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ssak opisany w pytaniu.


Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z rozszerzeniem świadczeń na Pododdziale Wcześnieaków i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, nastąpiła potrzeba zmiany w zaopatrzeniu aparaturowym. W związku z powyższym **Zamawiający unieważnia postępowanie w części 4 zamówienia: Pulsoksymetry noworodkowe i elektrody**, w postępowaniu nr 34/2018 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zmienił termin składania ofert i wyznaczył go dzień 19.09.2018 r.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura


KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

mgr inż. Tomasz Siłopiński
centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988