



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 450 22 84
Szp. S/ 2658 /18

Warszawa, 18.09.2018 r.

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, nr postępowania 34/2018

Zamawiający informuje, że uzupełnia odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 34/2018:

Część nr 2 – Narzędzia chirurgiczne.

Pyt. 1

Część 2, klemy naczyniowe, poz. 2: Czy Zamawiający może udzielić dokładniejszych informacji na temat wymaganego narzędzia, zamieścić numer katalogowy, lub rysunek.

Odp. Zamawiający nie zna numeru katalogowego i nie posiada rysunku narzędzia.

Pyt. 2

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane narzędzie.

Pyt. 3

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego narzędzia.

Pyt. 4

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 45x75, dł. 255mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane narzędzie.

Pyt. 5

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane narzędzie.

Pyt. 6

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna LEXER- FINO, lub LEXER, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający wymaga narzędzia zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Część 2, zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, naczynie lab. o wym. 116x70x55, poj. 0,35l, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane naczynie.

Pyt. 8

Część 2, zestaw narzędzi chirurgicznych, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga Kocher dł. 13, 14, 16, czy 18cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza Kocher o dł. 18 cm.



Pyt. 9

Część 2, zestaw narzędzi chirurgicznych, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pean dł. 140, lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza pean o dł. 140 mm.

Pyt. 10

Część 2, zestaw narzędzi chirurgicznych, poz. 5: Czy Zamawiający wymaga nożyczki ostre, czy tępe?


Odp. Zamawiający wymaga nożyczki ostre.


Pyt. 11

Część 2, zestaw narzędzi chirurgicznych, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane narzędzie.

REKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska