



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 450 22 84

Warszawa, 20.09.2018 r.

Szp. S/ 2696/18

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 221.000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 28/2018

Zamawiający informuje, że uzupełnia odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 28/2018:

Część 11

1. Czy Zamawiający wymaga elektrody neutralnej, jednorazowej której powierzchnia przewodząca wynosi 85cm² +/-1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną elektrodę.

2. Czy Zamawiający wymaga elektrody okrągłej, złożonej z dwóch jednakowych części, symetrycznie usytuowanych względem osi elektrody ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga elektrody okrągłej, dzielonej tj. złożonej z dwóch jednakowych części, symetrycznie usytuowanych względem osi elektrody.


3. Czy Zamawiający wymaga elektrody wyposażonej w pierścień, elektrycznie i mechanicznie izolowany od powierzchni dzielonej elektrody, pełniącego rolę elementu symetryzującego dopływ prądu wysokiej częstotliwości do właściwych powierzchni dzielonych elektrody?


Odp. Tak, Zamawiający wymaga pierścienia bezpieczeństwa opisanego w pytaniu.

4. Czy Zamawiający wymaga aby podłoże elektrody było wykonane z włókniny pochłaniającej wilgoć ?

Odp. Zamawiający wymaga, aby podłoże elektrody było wykonane z włókniny pochłaniającej wilgoć.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska