



Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 450 22 84

Szp. SI/2763/18/ID2P

Warszawa, 27.09.2018 r.

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek, numer postępowania 35/2018.

Zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek”, numer postępowania 35/2018.

Pyt. 1

Pakiet Nr 7, pozycja 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe, monofilamentowe o gramaturze 52,36 g/m², rozmiar porów 1x1,25mm, rozmiary zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

CZEŚĆ NR 3

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do przetargu zamiast do pozycji nr 6 to do pozycji nr 7 w ilości 3 saszetek? Pragnę nadmienić, że jest to ten sam rodzaj nici.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 długość nici 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

CZEŚĆ NR 4

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści plecione, wchłaniające szwy chirurgiczne wykonane z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszaną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego 7-14 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 45-55% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitego wchłaniania 40-50 dni

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 igłę okrągłą zamiast igły okrągłej przyostrzonej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 6

Część 1, poz. 1-23

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Pyt. 7

Część 1, poz. 24

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 8

Część 1, poz. 25-26

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 9

Część 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłaniające, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 10

Część 2, poz. 16-17

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy plecione poliestrowe powlekane silikonem?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 11

Część 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w Części wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 12

Pytanie do pakietu nr 1 pkt 1-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 %, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 13

Pytanie do pakietu nr 1 pkt 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 70% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 60 %, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 14

Pytanie do pakietu nr 1 pkt 25-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 % oraz czasie całkowitej absorpcji 70 dni, pozostałe



parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 15

Pytanie do pakietu nr 3 pkt 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 % oraz czasie całkowitej absorpcji 70 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 16

Pytanie do pakietu nr 3 pkt 6-10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 70% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 60 %, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 30 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 17

Pytanie do pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o czasie całkowitej absorpcji 70 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 18

Część 1 pozycja 1-23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych, wchłanianych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego ok.70% po 2 tygodniach, ok.50% po 3 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 19

Część 1 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 20

Część 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 26mm bez określenia „wzmocniona”?

Odp. Zamawiający wymaga igły wzmocnionej.

Pyt. 21

Część 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 22

Część 1 pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 23

Część 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 5/8 koła o długości 26mm bez określenia „wzmocniona” z nitką o długości 70cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 24

Część 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm z nitką o grubości „1”?



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 25

Część 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 13mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 26

Część 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50 z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 27

Część 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłóknowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z polidioksanonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok.70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 28

Część 1 poz. 25-26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłóknowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z kopolimeru glikol idu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 50-60% po 7 dniach, ok.20-30% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 29

Część 1 pozycja 25-26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300, szew z nitką o długości 70cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 30

Część 2 pozycja 1-9 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 31

Część 2 pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczej igły z podwojeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt.32

Część 2 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Część 2 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 o długości 12mm lecz nie posiadającej opisu katalogowego „kosmetyczna”?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 33

Część 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania 10-14 dni i czasie absorpcji do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 34

Część 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Część 7

Pyt. 35

Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozm. 8x13cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 36

Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozm. 10x16cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 37

Poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o gramaturze 60±85g/m² i powierzchni porów ok. 3,3mm²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 38

Poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o gramaturze 37±5g/m² i powierzchni porów ok. 4mm²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Do części 1

Pyt. 39

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.1-23 szew wchłaniający, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczonego w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok.25%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 40

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3-10, 12, 13, 25, 26 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 41

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10 igłę 26 mm w miejsce 27mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 42

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 12 igłę J 30 mm o zakończeniu krótkim tnącym w miejsce igły typu J 32 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 43

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 igłę 26 mm w miejsce 27-28 wzmocnionej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 44

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę 13 mm w miejsce 12 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 45

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 24 szew syntetyczny, jednowłóknowy z poli-p-dioxanonu. Podtrzymywanie 90% przy 14 dniach, 50-70% po ok. 28 dniach; czas wchłaniania 180-210 dni?

Przeznaczenie szwu zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 46

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 25, 26 szew wchłaniający, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Pyt. 47

Dot. części 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę 76 mm w miejsce igły 2x77 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Dot. części 4

Pyt. 48

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę przyostrzoną 43 mm w miejsce igły przyostrzonej 40 mm +/- 1mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 49

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę okrągłą taper point?

Wielkość igły i parametry szwu zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 50

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 9 projektu umowy w sposób następujący:

„W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów objętych Umową.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pyt. 51

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pyt. 52


Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 9:

9. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska