



Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 450 22 84

Szp. S/ /18

Warszawa, 28.09.2018 r.

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek, numer postępowania 35/2018.

Zamawiający informuje, że koryguje odpowiedzi z dnia 27.09.2018 r. na pytania nr 12 i 14 dotyczące SIWZ na „dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek”, numer postępowania 35/2018.

Pyt. 12

Pytanie do pakietu nr 1 pkt 1-23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 %, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 14

Pytanie do pakietu nr 1 pkt 25-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o zdolności podtrzymywania po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 % oraz czasie całkowitej absorpcji 70 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.