



Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 450 22 84

Szp. S/ 2988 /18

Warszawa, 15.10.2018 r.

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, nr postępowania 36/2018

Zamawiający informuje, że uzupełnia odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr postępowania 36/2018:

1. Czy Zamawiający dopuści stół z ruchem wzdłużnym przesuwnym 280mm, pozwalającym na pełne ominięcie kolumny stołu w celu wykonania zdjęcia RTG?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

2. Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-950mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

3. Prosimy Zamawiającego o ponowne przeanalizowanie potrzeb i określenie czy stół ma posiadać regulację wysokości, umożliwiającą opuszczenie blatu do wysokości max 600mm? Taka wysokość blatu umożliwi wygodne przeprowadzenie operacji laparoskopowych oraz wszelkich zabiegów wykonywanych przez chirurga będącego w pozycji siedzącej.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

4. Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przechyłu poprzecznego o parametrze 20°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie w górę 40°, w dół 50°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

6. Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem pracy sekcji nóg 180°?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza „Stojak dla kończyny górnej” opisany w punkcie 17?

Odp. Zamawiający miał na myśli stojak do kroplówki.

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy w celu zapewnienia ciągłej pracy w przypadku np. uszkodzenia pilota przewodowego stół ma posiadać panel awaryjny z takimi samymi funkcjami jak na pilocie przewodowym włącznie z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora? Dzięki tej funkcji personel może w każdej chwili sprawdzić stan naładowania akumulatora.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

9. Czy w celu umożliwienia pracy w warunkach zacienionej sali operacyjnej stół ma posiadać pilot z podświetlanymi przyciskami?



Odp. Tak, Zamawiający wymaga podświetlonych przycisków.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania odpowiedzi na poniższe pytania

Załącznik nr 2 – 9

Pyt. 17.

1. Lp. 4 Tabeli parametrów wymaganych. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści stół z regulacją nóg góra/dół ręczną, wspomaganą sprężynami gazowymi z blokadą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 19

2. Lp. 6 Tabeli parametrów wymaganych. Czy Zamawiający dopuści stół z obudową ze stali nierdzewnej i z elastyczną osłoną harmonijkową pomiędzy blatem a kolumną nośną stołu, łatwymi w utrzymaniu czystości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Zamawiający poprawia zapis w formularzu oferty dotyczący terminu wykonania zamówienia na następujący:

„Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: dla części:.....
(podać numer części i datę jednak nie późniejszą niż 12.11.2018 r.)”.

Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 18.10.2018 r.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura


KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

centrala: (22) 4502 2000 Stopiński
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988