



Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 450 22 84

Szp. S/ 3434 /18

Warszawa, 26.11.2018 r.

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego” nr postępowania 42/2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego”, nr postępowania 42/2018:

Pyt. 1

Dotyczy Załącznik nr 2, pozycja nr 1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie podanej pozycji do odrębnego pakietu.

Pyt. 2

Dotyczy Załącznik nr 2, pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne ze wskaźnikiem chemicznym umieszczonym na ampułce zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z fioletowego na zielony?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wskaźnik opisany w pytaniu.

Pyt. 3.

Dotyczy Załącznik nr 2, pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie po 100 sztuk.

Pyt. 4.

Dotyczy Załącznik nr 2, pozycja nr 3. Czy Zamawiający dopuści wskaźnik zmieniający barwę po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony?


Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wskaźnik opisany w pytaniu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

mgr inż. Tomasz Stopiński


centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988