



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 07.10.2019 r.

tel. 22 450 22 84

L.dz. 2431 /2019/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Rękawic medycznych”, nr postępowania 19/2019

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Dotyczy Części nr 2 poz.1

Pyt. 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, o obniżonym poziomie protein (<20µg/g), poziom AQL 0,65, o minimalnej długości rękawicy 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4) oraz zaklasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat.III, o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, o anatomicznym kształcie, posiadających mankiety zakończone rolowanym rantem, który zapobiega zsuwaniu się rękawicy, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, dostępnych w rozmiarach 5,5 – 9,0. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 2 poz.2

Pyt. 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic ginekologicznych, delikatnie teksturowanych, polimeryzowanych, klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4). Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 2 poz.3

Pyt. 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Części nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, bezpudrowych, do zabiegów o podwyższonym ryzyku w systemie rękawic podwójnych, polimeryzowanych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), dostępnych w rozmiarach 6,0 – 9,0, pakowanych w kompletach po 2 odpowiednio dopasowane pary (wewnętrzne rękawice w intensywnym kolorze, zewnętrzne w barwie jasno brązowej nie powodującej zjawiska odbłasku, nie męczącej wzroku), wewnętrzne rękawice o min. długości 280mm krótsze od zewnętrznych ok. 1,0 – 1,5 cm (co zapewnia właściwe nałożenie rękawic i zapobiega zsuwaniu zewnętrznej rękawicy). Pragniemy dodać, że dłuższa rękawica wewnętrzna utrudnia właściwe założenie rękawic, tak aby zewnętrzne nie zsuwały się utrudniając pracę i powodując ryzyko „zabrudzenia pola operacyjnego”. Wyżej opisane



rękawice są Państwu znane – wysoko oceniane, gdy dostarczane były w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 2 poz.3

Pyt. 4.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji jednostką miary nie powinien być komplet, gdy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletu 2 rękawic, odpowiednio dopasowanych. Czy podana cena jednostkowa powinna odnosić się do kompletu?

Odp.: Jednostką miary jest komplet (2 pary rękawic wewnętrzna i zewnętrzna).

Dotyczy Części nr 3 poz.1

Pyt.5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 3 wysokiej jakości rękawic sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o anatomicznym kształcie, powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, obustronnie polimeryzowanych, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, poziom AQL 0,65 po zapakowaniu, o minimalnej długości 295mm, zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), przebadanych na przenikanie cytostatyków, sterylizowanych radiacyjnie, pakowanych parami w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, pakowanych w opakowania handlowe po 50 par, będących wyrobem medycznym klasy IIa oraz środkiem ochrony osobistej Kategorii III, , dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0 co 0,5. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 3 poz.2

Pyt. 6.

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 Części 3 zaoferowanie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia, pasujących na obie dłonie, o długości min. 290mm, mankiet zakończony rolowanym rantem, zaklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kat. III, odpornych na przenikanie cytostatyków (przebadanych na przenikanie 12 cytostatyków -potwierdzone raportem z badań niezależnego akredytowanego laboratorium), pakowanych po 100 szt.? Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednim okresie.


Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 4 poz.1

Pyt. 7.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Części nr 4 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z neoprenu, bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i mikroteksturowanej, oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o anatomicznym kształcie, poziom AQL 0,65, o minimalnej długości 295mm, klasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat. III oraz wyrób medyczny klasy IIa, sterylizowanych radiacyjnie, dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0. pakowanych w opakowania podwójne, zewnętrzne typu folia – folia, w opakowania po 50 par. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były dostarczane w ramach umowy w poprzednich okresach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.



Dotyczy Części nr 4 poz.1

Pyt. 8.

W przypadku braku zgody na zaoferowanie w poz. 1 Części nr 4 wyżej opisanych rękawic zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezlateksowych, wykonanych z flexylonu (nowej generacji materiał syntetyczny), bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej i mikroteksturowanej, oraz powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, z mankietem zakończonym równomiernie rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o anatomicznym kształcie z odpowiednio profilowanymi palcami, poziom $AQL \leq 0,10$, o minimalnej długości 295mm +/-5mm, klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnych z normą EN 455 (1-2-3-4), sterylizowanych radiacyjnie, dostępnych w rozmiarach od 6,5 do 8,5; pakowanych po 50 par. Pragniemy dodać, że wyżej opisane rękawice były testowane na Państwa Bloku Operacyjnym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy Części nr 4 poz.2

Pyt. 9.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Części nr 4 wysokiej jakości rękawic mikrochirurgicznych, jałowych, wykonanych z lateksu, bezpudrowych, o kształcie anatomicznym, klasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat. III oraz wyrób medyczny klasy IIa. Kolor rozpraszający światło lampy. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, polimeryzowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem (poliuretanem). Mankiet zakończony rolowanym rantem. Długość min. 295 mm, dostępnych w rozmiarach od 5,5 do 9,0. Pakowane po 50 par.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Dotyczy pkt.III siwz

Pyt. 10.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymagając próbek w ilości 3 op. rozm. S, M, L oczekuje dostarczenia po 1 op. z każdego z podanych rozmiarów oraz czy wymagając 12 par z danej pozycji ma to być mix wszystkich podanych rozmiarów, czy dowolnie wybrane z podanych rozmiarów?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia razem z ofertą próbek towarów w ilości po 3 opakowania rękawic z każdego rozmiaru S, M, L – dotyczy części I zamówienia. Zamawiający wymaga próbek (12 par) rękawic mix ze wszystkich rozmiarów.

Dotyczy SIWZ Część VII „Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego” pkt 6.

Pyt. 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce karty charakterystyki dołączyć kartę danych technicznych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, aby w miejsce karty charakterystyki dołączyć kartę danych technicznych.

Dotyczy SIWZ Część VII – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitaowej.

Pyt. 12.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Zamawiający wymaga postępowania zgodnie z SIWZ.

Część 1, poz. 1 i 3

Pyt. 13.



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. I, zgodne z normami EN 455, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, - 2.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane rękawice tylko w pozycji 3. Nie dopuszcza w pozycji 1.

Część 1, poz. 2

Pyt. 14.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z normami EN 455, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, - 2, - 3. 2.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby rękawice spełniały normy EN 374 w zakresie dotyczącym rękawic medycznych, klasyfikowanych jako środek ochrony indywidualnej kat. III.

Część 1, poz. 2

Pyt. 15.

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza opisane opakowania.

Część 1, 2, 3, 4

Pyt. 16.

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE oraz ustaleniem okresu przejściowego, w czasie którego nie można utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby rękawice spełniały normy EN 374 w zakresie dotyczącym rękawic medycznych i rękawic medycznych do cytostatyków.

Część 1, poz. 2

Pyt. 17.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu a'200 sztuk wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2, poz. 1, 3

Pyt. 18.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach rękawic w rozmiarze 6.0-9.0. Pragniemy nadmienić, iż numeracje standardowe: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0 umożliwiają w pełni precyzyjne dobranie rozmiaru do kształtu i wielkości ręki.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2, poz. 2

Pyt. 19.

Zamawiający w pozycji 2 części 2 wymaga rękawic w rozmiarach M i L, z kolei w SIWZ Zamawiający wymaga próbek w rozmiarach 6,5-8.0. W związku z powyższą rozbieżnością zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 12 par rękawic w rozmiarze M czy 12 par rękawic w rozmiarze L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza próbki rękawic w rozmiarach M, L po 6 sztuk każdej.

Część 2, poz. 3

Pyt. 20.



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych do procedur wysokiego ryzyka w systemie rękawic podwójnych, pakowane dwie pary w kopertę - 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych, lateksowe, bezpydrowe z wewnętrzną warstwą syntetyczną, zewnętrzna rękawica teksturowana o barwie spokojnej nie męczącej wzroku - kremowej, rękawica wewnętrzna gładka o barwie intensywnej - ciemnozielonej, klasyfikowane jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. I, każda z rękawic o długości min. 285mm, rozmiar 6.0 – 9.0 co 0.5 numeru.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2, poz. 3

Pyt. 21.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374 dla ww. rękawicy. Rękawica ta stosowana jest w systemie podwójnym, klasyfikowana w klasie IIa oraz zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej w kategorii I.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wyżej opisanego wymogu.

Część 2, poz. 3

Pyt. 22.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej pozycji jednostką miary nie powinien być komplet (2 pary rękawic w jednym opakowaniu jednostkowym)? Prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za komplet rękawic.

Odp.: Jednostką miary jest komplet (2 pary rękawic wewnętrzna i zewnętrzna). Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za komplet rękawic.

Część 3, poz. 1

Pyt. 23.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych neoprenowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, chlorowanej i silikonowanej, długości min. 300 mm, prostym mankietcie, w rozmiarach 6.0 – 9.0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3, poz. 1

Pyt. 24.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych neoprenowych w rozmiarach 6.0 – 9.0, pakowanych po 50 par w opakowania zbiorcze.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 4, poz. 1 i 2

Pyt. 25.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających mankiety rolowane z taśmą adhezyjną.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 4, poz. 1

Pyt. 26.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych będących zarejestrowanych wyłącznie jako wyrób medyczny w klasie IIa, spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 4, poz. 2

Pyt. 27.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych o typowej długości min.



295mm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Rozdz. III SIWZ

Pyt. 28.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej minimalnej ilości próbek tzn. czy wymagając 3 op. rozm. S, M, L oczekuje dostarczenia po 1 op. z każdego z podanych rozmiarów oraz czy wymagając 12 par z danej pozycji ma to być mix wszystkich podanych rozmiarów, czy dowolnie wybrane z podanych rozmiarów lub też po 12 par z każdego z podanych rozmiarów?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia razem z ofertą próbek towarów w ilości po 3 opakowania rękawic z każdego rozmiaru S, M, L – dotyczy części I zamówienia. Zamawiający wymaga próbek (12 par) rękawic mix ze wszystkich rozmiarów.

Rozdział III SIWZ, Część 3

Pyt. 29.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc w specyfikacji, iż dla Części 3 zamówienia wymaga dokumentu potwierdzającego III stopień ochrony BHP miał na myśli dokument potwierdzający rejestrację rękawicy w kategorii III Środka Ochrony Indywidualnej?

Odp.: Dotyczy to dokumentu potwierdzającego rejestrację rękawic w kategorii III Środka Ochrony Indywidualnej.

Część 3 poz. 1

Pyt. 30.

Czy zamawiający dopuści rękawice zgodne z SIWZ, z tą różnicą, iż powierzchnia zewnętrzna jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, mankiet prosty?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3 poz. 2

Pyt. 31.

Czy zamawiający dopuści rękawice zgodne z SIWZ, z tą różnicą, iż mankiet jest rolowany?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 1, pozycja 2

Pyt. 32.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 sztuk dla rozmiaru XS-L oraz a'180 dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowań?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 1, pozycja 2

Pyt. 33.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniach po 200 sztuk pod warunkiem, że dotyczy to wszystkich rozmiarów.

Część 2, pozycja 1

Pyt. 34

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2, pozycja 1



Pyt. 35.

Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie polimerowane oraz lekko chlorowane, mikroteksturowane na palcach i dłoni, pozostałym parametry zgodne z Swiz?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 2, pozycja 1

Pyt. 36.

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni(mikroteksturowane)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 2, pozycja 2

Pyt. 37.

Czy Zamawiający dopuści rękawice wewnętrznie polimerowane?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

Część 2, pozycja 2

Pyt. 38.

Czy Zamawiający dopuści rękawice długość min. 280mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 2, pozycja 2

Pyt. 39.

Czy Zamawiający dopuści rękawice długość min. 278 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 2, pozycja 4

Pyt. 40.

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, polimerowane obustronnie, rękawica zewnętrzna w kolorze naturalnego lateksu, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, rękawica wewnętrzna w kolorze zielonym ultra cienka, gładka, rękawice dostępne w rozmiarach 6 -8,5?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 3, pozycja 1

Pyt. 41.

Czy Zamawiający dopuści rękawice długość min. 280 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3, pozycja 1

Pyt. 42.

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, mikroteksturowane na palcach i dłoni?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3, pozycja 1

Pyt. 43.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowniu zbiorczym a'50 par?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

Część 3, pozycja 1

Pyt. 44.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3, pozycja 1



Pyt. 45.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze 6-9?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 3, pozycja 2

Pyt. 46

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczej różnicy w długości minimalnej 290mm, pozostałe parametry zgodne z swiz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 4, pozycja 1

Pyt. 47.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w obustronnie polimerowane?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 4, pozycja 1

Pyt. 48.

Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem prostym z brzegiem rolowanym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 4, pozycja 1

Pyt. 49.

Czy Zamawiający oczekuje rękawice w kolorze brązowym, rozpraszającym światło i niwelujące zmęczenie oczu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część 4, pozycja 2

Pyt. 50.

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym ,rozpraszającym światło i niwelujące zmęczenie oczu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Część 4, pozycja 2

Pyt. 51.

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, mikroteksturowane na palcach i dłoni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Dotyczy treści SIWZ dla Części 3

Pyt. 52.

Prosimy o doprecyzowanie: Czy zamawiający ma na myśli dokument potwierdzający, że rękawice są zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Odp.: Dotyczy to dokumentu potwierdzającego rejestrację rękawic w kategorii III Środka Ochrony Indywidualnej.

DYREKTOR SZPITALA

MDW
mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Grzyzna Pawłowska
mgr inż. Grzyzna Pawłowska

centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988