




**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**02-544 Warszawa, ul. J. A. Madalińskiego 25**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Warszawa, 26.02.2020 r.

L.dz./ 481 120/DZP  
SPR/20/000257/4

Prezes  
Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17A  
02-676 Warszawa



**Sygn. sprawy : KIO 352/20**

**Odwołujący: Barbara Stańczyk - prowadząca działalność gospodarczą jako NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno;**

reprezentowany przez Pełnomocnika – r.pr. Ewelinę Toborek z Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Ziemiński & Partnerzy, *email: etoborek@kzp.net.pl*

**Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ w Warszawie**

ul. Madalińskiego 25; 02-544 Warszawa; KRS: 0000080373  
reprezentowany przez mgr inż. Marię Dziura – Dyrektora

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 Euro – na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, Część 1 zamówienia: Jałowe zestawy do operacji. Kod CPV 33141000-3, Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, jałowy. Kod CPV 33199000-1. Nr postępowania 1/2020.**

**Odpowiedź Zamawiającego**

**na odwołanie Barbary Stańczyk – prowadzącej działalność gospodarczą jako NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno;**

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w Przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 214.000 Euro na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, Część 1 zamówienia: Jałowe zestawy do operacji. Kod CPV 33141000-3, Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, jałowy. Kod CPV 33199000-1. Nr postępowania 1/2020.

Działając w imieniu Zamawiającego, w odpowiedzi na odwołanie Barbary Stańczyk z dnia 19 lutego 2020 r., dotyczące Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 Euro - na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, Część 1 zamówienia: Jałowe zestawy do operacji. Kod CPV 33141000-3, Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, jałowy. Kod CPV 33199000-1. Nr postępowania 1/2020, oświadczam, że Zamawiający:

- pomimo upływu terminu na złożenie odwołania odnośnie opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnia w całości zarzuty Odwołującej się i wnosi o umorzenie postępowania.



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Zamawiający wskazuje nadto, że w terminie 3 dni od poinformowania o odwołaniu, żaden wykonawca (oferent) nie przystąpił do postępowania ani po stronie Zamawiającego ani po stronie Odwołującej się.

### Uzasadnienie

W ocenie Zamawiającego termin na złożenie odwołania na opis przedmiotu zamówienia minął w dniu 03.02.2020 r. Odwołująca się zadała pytania do SIWZ w dniu 05.02.2020 r., czyli po terminie przysługującym na wniesienie odwołania na wymienioną czynność.

Z uwagi na treść zarzutów oraz wolę Zamawiającego poszerzenia możliwości uczestnictwa w postępowaniu dla większej ilości podmiotów, Zamawiający postanowił jednak o ponownym rozpatrzeniu odwołań na pytania Odwołującej się z dnia 18.02.2020 r., które stały się podstawą do wniesienia odwołania.

Po przeanalizowaniu dokumentów postępowania Zamawiający, na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), postanowił uwzględnić w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, uznając w całości zasadność stanowiska Odwołującej się.

W dniu 25.02.2020 r. Zamawiający dokonał – zgodnie z wnioskami Odwołującej się - ponownej odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2020 r. i tym samym złagodził wymagania określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu dopuszczeniu możliwości zaoferowania produktów przez Odwołującą.

Oświadczam, że niniejsza odpowiedź na odwołanie została wysłana drogą elektroniczną na adres Odwołującej oraz jej Pełnomocnika, a także została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest również zamieszczona SIWZ.

W związku z dopuszczeniem produktów Odwołującej się, Zamawiający zmienia treść odpowiedzi z dnia 18.02.2020 r., jak poniżej:

#### Pytanie 151

Część 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylного zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład:

1 serweta na stół Mayo 80cm x 145cm

2 serwety do owinięcia noworodka 80cm x 60cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

1 OP taśma 10cm x 50cm

1 fartuch wzmocniony w rozmiarze L

1 serweta jednoczęściowa 186/250 x 320cm do cięcia cesarskiego z obszarem przylepnym 35 x 32 cm ±3 cm ze zintegrowanym zbiornikiem na płyny 360°, zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

5 szt. serwet gazowych 45cm x 45cm, 17 nitkowych 8 warstwowych z RTG i tasiemką, wszystkie brzegi podwinięte


20 szt. kompresów gazowych 10cm x 10cm 17 nitkowych 16 warstwowych z RTG

#### Nowa odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza zestaw z produktami wymienionymi w pytaniu, pod warunkiem, że pozostałe nie wymienione składniki zestawu będą zgodne z wymaganiami SIWZ.**



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**02-544 Warszawa, ul. J. A. Madalińskiego 25**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

**Pytanie 152**

Część 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład:

1 serweta na stół Mayo 80cm x 145cm

1 serweta 240/250cm x 350cm do operacji brzuszno-kroczych z dodatkową warstwą chłonną, z otworem brzuszny oraz otworem kroczy zintegrowanymi serwetami ochronnymi na nogi

1 serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

1 serweta z włókniny PP 35g/m<sup>2</sup> 80cm x 60cm

1 kieszeń dwukomorowa z kształtką i przylepcem 2x15x40cm

1 gąbka do czyszczenia końcówek instrumentów 5cm x 5cm

2 OP Taśmy 10 x 50cm

20 kompresów gazowych 17N 16W z RTG 10cm x 10cm

**Nowa odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zestaw z produktami wymienionymi w pytaniu, pod warunkiem, że pozostałe, nie wymienione składniki zestawu, będą zgodne z wymaganiami SIWZ.**

**Pytanie 153**

Część 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład:

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm

2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 180cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 200cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 OP taśma 10 x 50cm

5 serwet gazowych 45cm x 45cm, 17 nitkowych, 8 warstwowych z nitką RTG i tasiemką, wszystkie brzegi podwinięte

20 kompresów gazowych 10cm x 10cm 17 nitkowych 16 warstwowych z nitką RTG

**Nowa odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zestaw z produktami wymienionymi w pytaniu, pod warunkiem, że pozostałe, nie wymienione składniki zestawu, będą zgodne z wymaganiami SIWZ.**

**Pytanie 154 a)**

Część 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestawy w ogólnie stosowanych opakowaniach papier-folia? Sposób pakowania nie wpłynie na jakość zaoferowanych produktów, a pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawcom.



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuści opisane opakowanie.**

**Pytanie 155**

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną, jednorazowego użytku, wykonana z folii polietylenowej o gramaturze  $\geq 47\text{g/m}^2$ , wzmocnienie włókninowe części roboczej (rozmiar 145cm x 59cm), rozmiar 80cm x 145cm, składana teleskopowo, osłona z wywinięciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet. Opakowanie zewnętrzne folia-papier. Trzy naklejki do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie.

**Nowa odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zestaw z produktami wymienionymi w pytaniu, pod warunkiem, że pozostałe, nie wymienione składniki zestawu, będą zgodne z wymaganiami SIWZ.**

**Pytanie 157**

Część 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu jednorazowego użytku, wykonanego z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, zawierającego osłonę Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62g/m<sup>2</sup>. Zgodność z normą PN-EN 13795.

Skład:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

1 serweta 100 x 100cm

1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm

1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

**Nowa odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zestaw z produktami wymienionymi w pytaniu, pod warunkiem, że pozostałe, nie wymienione składniki zestawu, będą zgodne z wymaganiami SIWZ.**

Zamawiający zmienia również, odpowiedzi na inne pytania z dnia 18.02.2020 r. powiązane z pytaniami, na które odpowiedzi zostały zmienione w wyniku odwołania:

**Pytanie 62**

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Nowa odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisane opakowanie.**

**Pytanie 64**

Część 1, pozycja 1



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wzmocnioną, samoprzylepną z otworem o wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów 56 x 80 cm w rozmiarze 180/240x300cm?

**Nowa odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisany zestaw.**

**Pytanie 69**

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Tyvek, z jedną wstawką papierową, otwieraną z jednej strony?

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisane opakowanie.**

**Pytanie 81**

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup> ?

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną serwetę.**

**Pytanie 104**

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta główna do cięcia cesarskiego była w rozmiarze 325x250cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w rozmiarze 35x32cm z obszarem przylepnym, ze zintegrowanym workiem na płyny?

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną serwetę.**

**Pytanie 106**

Część 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta gazowa była 17nitkowa w miejsce 20 nitkowej? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę 17 nitkową.**

**Pytanie 114**

Część 1, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta gazowa była 17nitkowa w miejsce 20nitkowej? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Nowa odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę 17 nitkową.**

**Pytanie 145**

Pakiet 1, Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, który zawiera:

- serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wymiarze 175/250 x 300 cm z otworem 38 cm x 32 cm x 1 szt.
- serweta na stół instrumentarium o wymiarze 150 cm x 190 cm x 1 szt.



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**02-544 Warszawa, ul. J. A. Madalińskiego 25**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

- serwetka do owinięcia noworodka o wymiarze 75 cm x 95 cm x 2 szt.
- ściereczki celulozowe do rąk 30x40cm x 2 szt.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

Na opakowaniu 3 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu wraz listą poszczególnych komponentów. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy drugi to worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego.

Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

Pozostałe parametry i pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

**Nowa odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza opisany zestaw .**

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

*mgr inż. Maria Dziura*

**Załączniki:**

1. KRS Szpitala,
2. Potwierdzenie przesłania odpowiedzi na odwołanie Odwołującej się oraz jej Pełnomocnikowi.
3. Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.