



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 22.09.2020 r.

tel. 22 450 22 84

L.dz. 2650/2020/DZP

### Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „dostawę drobnego sprzętu medycznego i artykułów do procesu sterylizacji ”, numer postępowania 26/2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

#### **Dotyczy Części nr 1 poz. 7**

##### **Pyt. 1.**

Proszę o dopuszczenie elektrod kompatybilnych do defibrylatora Philips HeartStart FR, innego producenta niż producent defibrylatora. Elektrody takie z powodzeniem są stosowane w wielu jednostkach szpitalnych.

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych elektrod. Zamawiający wymaga elektrod oryginalnych.

#### **Dotyczy Części 3 zamówienia: artykuły do sterylizacji – taśmy i wskaźniki**

##### **Pyt. 2.**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaferowania testy Bowie & Dick bez dodatkowego arkusza wczesnego ostrzeżenia i dopuści do zaferowania równoważne pakiety Bowie & Dick z nadrukowanym testem chemicznym klasy 1?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza testu opisanego w pytaniu.

##### **Pyt. 3.**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaferowania testy Bowie & Dick z arkuszem testowym zmieniającym kolor pod wpływem prawidłowego przebiegu procesu z różowoczerwonego na czarny?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zestawy testowe typu Bowie – Dick jednokrotnego użytku w postaci pakietów, z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzeżenia, zmieniającym kolor z różowoczerwonego na czarny, pod warunkiem, że zmiana zabarwienia będzie bardzo wyraźna i jednoznaczna.

**Dotyczy Części 3 poz. 2 (4?).**

**Pyt. 4**

Prosimy o informację, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wstawiając pozycję „Papier termoczulý na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 040923) szer. 57 mm, średnica całkowita rolki: 46 mm.” w niniejszej części zamówienia? Czy nie powinna ona znaleźć się w Części 4 zamówienia: artykuły do sterylizacji – Papier termoczulý?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 2**

**Pyt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści podłoże elektrody wykonane z pianki?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 2**

**Pyt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy około 25 mm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 3**

**Pyt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści elektrody owalne o rozmiarze około 36 x 42 mm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 4**

**Pyt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar około 50 x 89 mm?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane elektrody.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 5**

**Pyt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar około 50 x 89 mm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody.

**Dotyczy Części nr 1 poz. 7**

**Pyt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z wymienionym defibrylatorem, stosowane z powodzeniem w wielu placówkach?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych elektrod. Zamawiający wymaga elektrod oryginalnych.

**Dotyczy Części nr 1, poz. 1, 2, 3, 6**

**Pyt. 11.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w kolumnie „Cena netto” oczekuje zaoferowania ceny za 1 sztukę czy za najmniejsze opakowanie handlowe. Jeśli za sztukę, prosimy o możliwość zaoferowania ceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem wymaganej ilości.

**Odp.:** Zamawiający wymaga zaoferowania ceny netto za sztukę.

**Dotyczy Części nr 1, poz. 3**

**Pyt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści okrągłą elektrodę o średnicy 30mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody.

**Dotyczy Części nr 1, poz. 4**

**Pyt. 13**

Czy zamawiający oczekuje wtyku pin 2mm?

**Odp.:** Tak, Zamawiający oczekuje wtyku opisanego w powyżej.

**Dotyczy Części nr 1, poz. 6**

**Pyt. 14**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w kształcie łezki w rozmiarze 32mm x 36mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej elektrody

Henryk Jan  
mgr inż. Henryk Jan