

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L.Dz./ 3981 /20/DZP

Warszawa, 29.12.2020 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Dostawy szwów chirurgicznych, siatek i staplerów, nr postępowania 36/2020

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę szwów chirurgicznych, siatek i staplerów, nr postępowania 36/2020:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w Części nr 4 w pozycji nr 2 igłę okrągłą z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 2

Czy Zamawiający w części nr 6 w pozycjach nr 1-29 oczekuje zaofiarowania przez Wykonawcę opakowań zbiorczych (tj. ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym wskazana w opisie sztaplera x liczba opakowań; przykład dla poz. 1: 3 szt. x 6 op. = 18 st.) oraz podanie ceny netto za opakowanie zbiorcze?

Odp. W nagłówku w kolumnie 3 formularza wystąpiła omyłka pisarska, zamiast: „liczba opakowań” powinno być „liczba sztuk”. Należy podać cenę za jedną sztukę.

Pyt. 3

Część 1 pozycja 1-24 - Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie szwów plecionych, wchłanianych, syntetycznych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego ok.70% po 2 tygodniach, ok.50% po 3 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 4

Część 1 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie nici o długości 70cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 5.

Część 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły okrągłej o długość 26mm bez określenia „wzmocniona”?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 6.

Część 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły o długości 30mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 7

Część 1 pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły okrągłej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną igłę pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pyt. 8


Część 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły okrągłej 5/8 koła o długości 26mm bez określenia „wzmocniona” z nitką o długości 70cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 9

Część 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie igły o długości 40mm z nitką o grubości „1”?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Pyt. 10

Część 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 13mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 11

Część 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50 z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 12

Część 1, pozycja 18, 19, 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek nie na rolce?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 13

Część 1, pozycja 25-27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłóknowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z polidoksanonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok.70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane szwy.

Pyt. 14

Część 1 pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną igłę pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pyt. 15

Część 1 poz. 28-31 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jednowłóknowych, wchłanianych, syntetycznych, jałowych wykonanych z kopolimeru glikol idu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 50-60% po 7 dniach, ok.20-30% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 16

Część 1 pozycja 28, 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300, szew z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną igłę pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pyt.17

Część 1, pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca o długości 26mm, grubości „3/0”, długości nici 70cm, bez określenia „kosmetyczna”?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt.18

Część 1, pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca o długości 26mm i długości nici 70cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 19


Część 2 pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczej igły z podwojeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 20

Część 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca o długości 37mm i długości nici 75cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Pyt. 21

Część 2, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca o długości 26mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 22

Część 2 pozycja 12-15 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 23

Część 2, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnąca o długości nici 75cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 24

Część 2 pozycja 18-21 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt.25

Część 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie podtrzymywania 10-14 dni i czasie absorpcji do 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 26

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 1-24 dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: minimum 75% po 14 dniach, minimum 50% po 21 dniach, minimum 25% po 28 dniach ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 27

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 25-27 dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, jałowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle. Czas podtrzymywania tkankowego do 90 dni, czas całkowitej absorpcji 182-238 dni. Podtrzymywanie tkankowe 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 42 dniach pierwotnej siły?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany szew.

Pyt. 28

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 28-31 dopuści szew jednowłóknowy, wchłaniający, syntetyczny, jałowy, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle. Czas podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni, czas całkowitej absorpcji 90 - 120 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 30-20 % pierwotnej siły, po 3 tygodniach 11-0 % pierwotnej siły?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.



Pyt. 29

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 2 dopuści próbkę z igłą o długości 60mm? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku realizacji umowy, produkt będzie dostarczany zgodnie z parametrami wskazanymi w SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 30

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 18,19,22 dopuści podwiązkę bez wymogu pakowania na rolce?



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 31

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 13 dopuści igłę typu J, okrągło-tnącą o długości 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 32

Czy Zamawiający w części nr 1 w poz. 16 dopuści igłę o długości 13mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 33

Część 1, poz. 1-24

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 34

Część 1, poz. 25-27

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany szew.

Pyt. 35

Część 1, poz. 28-31

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuściszwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 36

Część 2, poz. 12-15

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłaniałne, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 37

Część 2, poz. 18-21


Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy plecione poliestrowe powlekane silikonem?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 38

Część 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w Części wchłaniałną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?



Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 39

Do części 1

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz.1-24** szew wchłanialny, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczoney w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok.25%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 40

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3-9, 11, 13, 14, 27-31** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 41

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 11** igłę 26 mm w miejsce 27mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 42

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 13** igłę typu J 30mm o zakończeniu krótkim tnącym, lub 30mm okrągłą, w miejsce igły typu J 32mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 30mm okrągłą.

Pyt. 43

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 14** igłę 26 mm w miejsce 27-28 wzmocnionej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 44

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 16** igłę 13 mm w miejsce 12 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 45

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 25-27** szew syntetyczny, jednowłóknowy z poli-p-dioxanonu. Podtrzymywanie 90% przy 14 dniach, 50-70% po ok. 28 dniach; czas wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany szew.

Pyt. 46

Przeznaczenie szwu zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 28-31** szew wchłanialny, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 47

Dot. części 3

Czy zamawiający dopuszcza w **pozycji 7** szew o cechach czas całkowitej absorpcji 120-180 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80 % pierwotnej siły, po 28 dniach 60 % pierwotnej siły, po 42 dniach 40 % pierwotnej siły, w miejsce cech: „Czas całkowitej absorpcji 180 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 80 % pierwotnej siły, po 14 dniach 75 % pierwotnej siły, po 21 dniach 65 % pierwotnej siły”?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 48

Czy zamawiający dopuszcza w **pozycji 7** igłę długości 26mm w miejsce 27mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 49

Czy zamawiający dopuszcza w **pozycji 7** nić długości 20cm w miejsce 15mm?


Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 50

Czy zamawiający dopuszcza w **pozycjach 1-6** szew zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

trimetylenu cechujący się 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6 - 7 dniach od zaimplantowania, w miejsce cechy: „zdolność podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50 - 60 % pierwotnej siły”, reszta cech zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany szew.

Pyt. 51

Czy zamawiający w **poz. 1,2,3,6** dopuszcza nic długości 70 cm w miejsce 75 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 52

Czy zamawiający w **pozycji 5** dopuszcza nic o długości 70 cm w miejsce 90 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 53

Dot. części 4

Czy zamawiający dopuszcza **we wszystkich pozycjach** pakietu nic chirurgiczną bez informacji od producenta „Okres podtrzymywania tkankowego 7 - 10 dni” reszta parametrów szwu zgodna z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 54

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** igłę przyostrzoną 43 mm, w miejsce igły przyostrzonej 40 mm +/- 1mm, reszta wg SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

Pyt. 55

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** igłę przyostrzoną, wzmocnioną 37 mm, w miejsce igły przyostrzonej 40 mm +/- 1mm, reszta wg SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 56

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** igłę okrągłą taper point 40mm, reszta wg SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.

DYREKTOR SZPITALA

Maria Dąbura
mgr inż. Maria Dąbura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Grażyna Pawłowska
mgr inż. Grażyna Pawłowska