

L.Ś. 1827/2021/DZP

Warszawa, 16.08.2021 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot. Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i utworzenie w nich laboratorium histopatologicznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Udzielającego Zamówienia wpłynęły następujące pytania dotyczące Materiałów konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i utworzenie w nich laboratorium histopatologicznego, nr konkursu K2/20221:

1. W *Materiałach Informacyjnych Części Opisowej* w pkt. IIa, ppkt. 7 prosimy o informowanie dwa dni wcześniej o potrzebie wykonania badań śródoperacyjnych w czwartek w godzinach popołudniowych.

Odp. Udzielający Zamówienia poinformuje Przyjmującego Zamówienie o potrzebie wykonania badań śródoperacyjnych dwa dni wcześniej.

2. Prosimy o określenie w jakim terminie od zawarcia umowy Przyjmujący Zamówienia będzie zobowiązany sfinalizować integrację z wykorzystaniem standardu HL7?

Odp. Przyjmujący Zamówienia będzie zobowiązany dokonać integracji najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania świadczeń.

3. Na miejscu wykonywania badań (w laboratorium) obecności ilu lekarzy patomorfologów wymaga Udzielający Zamówienia?

Odp. Udzielający Zamówienia na miejscu wymaga obecności 2 patomorfologów.

4. *Załącznik nr 2 do Umowy, 1. Instrukcja przygotowania i przekazania materiału do badań:*

a. Pkt. 1.: prosimy o ujednoczenie godzin przyjmowania materiału do badań histopatologicznych przez Przyjmującego Zamówienie z godzinami wykonywania badań śródoperacyjnych, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Odp. Wszystkie materiały do badań będą przekazywane w godzinach od 8:00 do 14:00.

b. Pkt. 4.: prosimy o usunięcie informacji: „Do badań cytologicznych materiał należy utrwalić w 70% roztworze alkoholu etylowego lub w denaturacie”, ponieważ zgodnie z praktyką nie utrwała się materiału cytologicznego w denaturacie zaś a w 96% alkoholu lub utrwalaczem w areozolu typu CYTOFIX.

Odp. Udzielający Zamówienia usuwa zapis: „Do badań cytologicznych materiał należy utrwalić w 70 % roztworze alkoholu etylowego lub w denaturacie”.

c. Pkt. 6 oraz 7.: prosimy o doprecyzowanie wymagań wzoru skierowania, które powinno być sporządzone zgodnie ze standardami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

18 grudnia 2017 roku w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

Odp. Skierowanie musi być sporządzone zgodnie ze standardami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

5. Załącznik nr 2 do Umowy, II. Kontrolowanie ilościowe i wartościowe odbioru materiału i przekazywanie wyników:

a. Pkt. 4.: prosimy o zmianę czasu archiwizacji badań cytologicznych. Badania cytologiczne powinny być archiwizowane przez 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Odp. Udzielający Zamówienia zmienia wymagany okres archiwizacji badań cytologicznych na 10 lat.

6. Czy Udzielający Zamówienia wymaga codziennej obecności lekarza patomorfologa?

Odp. Tak, Udzielający Zamówienia wymaga codziennej obecności lekarza patomorfologa.


7. Czy Udzielający Zamówienia bierze udział w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i czy będzie wymagana ocena badań cytologicznych w tym programie?

Odp. Tak, Udzielający Zamówienia bierze udział w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i będzie wymagał oceny badań cytologicznych w tym programie.

8. Czy w dzierżawionych pomieszczeniach pod laboratorium histopatologiczne, znajduje się jakikolwiek sprzęt do wykonywania badań histopatologicznych (kriostat, stół do pobierania wycinków, dygestorium, itp.)? Czy Przyjmujący Zamówienia musi wyposażyć pracownie w niezbędne sprzęty na własny koszt?"

Odp. Przyjmujący Zamówienia musi wyposażyć pracownie w niezbędne sprzęty we własnym zakresie i na własny koszt.

DYREKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr inż. Jirazyňa Pawłowska