

Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 17.09.2021 r.

tel. 22 4502284

L.Dz./2152 /21/DZP

Strona internetowa Szpitala/Platforma zakupowa

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z dodatkowym wyposażeniem, nr postępowania 25/2021

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące SWZ na „dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z dodatkowym wyposażeniem”, nr postępowania 25/2021:

Pytanie 1

Załącznik nr 3 – parametry techniczno-użytkowe

Pkt. IV. 48

48.	Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG	≥ 25cm
-----	-------------------------------------	--------

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg z zakresem ruchu poprzecznego lampy wynoszący 24 cm.


Różnica 1 cm, nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu, a mając na uwadze, iż oferowany blat stołu ma zakres ruchu poprzecznego wynoszący 30,5 cm, czyli większy o 5,5 cm od wymaganego możliwości posadowienia pacjenta będą większe niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp.


Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu poprzecznego lampy wynoszący 24 cm.

Zamawiający informuje, że z treści SWZ, która została zamieszczona na platformie zakupowej, wykreśla stronę nr 14 – Załącznik nr 1 wzór formularza oferty. Formularz wzoru oferty znajduje się w odrębnym załączniku i sporządzony jest w formie edytowalnej.

/ /REKTOR SZPITALA


mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


mgr inż. Grażyna Pawłowska