

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
02-544 WARSZAWA, UL. A. J. MADALIŃSKIEGO 25**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
nr postępowania 44/2021
na przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego
w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny**

opracowana przez Komisję Przetargową

Zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej Szpitala www.szpitalmadalinskiego.pl, zakładka: Zamówienia publiczne oraz na Platformie zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, nr postępowania 44/2021, jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia na usługi podobne.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia.

1. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50420000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny. Szczegółowy wykaz sprzętów objętych przedmiotem zamówienia stanowi formularz asortymentowo-cenowy – **Załącznik nr 2**.

Ze względu na uzasadnioną specyfikę przedmiotu zamówienia tj. usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego (m.in. cechy techniczne, jakościowe, funkcjonalne sprzętu medycznego) Zamawiający wskazuje typ sprzętu oraz producenta.

Zamówienie podzielone jest na 133 części:

- Część1. zamówienia – Pompy infuzyjne - Cardinal Health.
- Część2. zamówienia – Pompy infuzyjne - Bbraun.

- Część3. zamówienia – Pompy infuzyjne - FreseniusVial.
- Część4. zamówienia – Pompy infuzyjne - Kwapisz.
- Część5. zamówienia – Pompy infuzyjne - Medima.
- Część6. zamówienia – Inkubatory zamknięte - Atom.
- Część7. zamówienia – Inkubatory hybrydowe - OhmedMedical.
- Część8. zamówienia – Stanowisko do resuscytacji noworodka - OhmedMedical.
- Część 9. zamówienia – Stanowisko do resuscytacji noworodka - Unimed.
- Część 10.zamówienia – Lampy do fototerapii, nadstawne - Atom.
- Część 11.zamówienia – Lampy do fototerapii, łóżeczkowe - Atom.
- Część 12. zamówienia – Lampy do fototerapii, łóżeczkowe - Medela.
- Część 13. zamówienia – Laktatory - Medela.
- Część 14. zamówienia – Moduły do odciągania pokarmu - Medela.
- Część 15. zamówienia – Ssaki – Medela.
- Część 16.zamówienia – Kolumny - Dräger.
- Część 17.zamówienia – Mosty intensywnej terapii - Dräger.
- Część 18.zamówienia – Kolumny - Kendromed.
- Część 19.zamówienia – Kolumny - Ebre.
- Część 20.zamówienia – Lampy operacyjne - Maquet .
- Część 21.zamówienia – Lampy zabiegowe porodowe - Maquet.
- Część 22.zamówienia – Lampy zabiegowe - SimeonMedica.
- Część 23.zamówienia – Promienniki podczerwieni - Unimed.
- Część 24.zamówienia – Urządzenia do ogrzewania powierzchniowego - Istanbul Medikal.
- Część 25.zamówienia – System ogrzewania pacjenta - Istanbul Medikal.
- Część 26.zamówienia – Ciepłe gniazdko - Istanbul Medikal.
- Część 27.zamówienia – System holterowski - Schiller.
- Część 28.zamówienia – Podgrzewacz płynów infuzyjnych - Blanco.
- Część 29.zamówienia – Diatermia chirurgiczne - Emed.
- Część 30.zamówienia – Diatermia chirurgiczne - Erbe.
- Część 31.zamówienia – Systemem zamykania naczyń - Covidien.
- Część 32.zamówienia – Urządzenia terapeutyczne - BTL.
- Część 33.zamówienia – Defibrylator - Welch Allyn.
- Część 34.zamówienia – Defibrylator - Physio.
- Część 35.zamówienia – Defibrylator - Mindray.
- Część 36.zamówienia – Endoskopia - Storz.
- Część 37.zamówienia – Endoskopia - Wolf.

- Część 38.zamówienia – Endoskopia – Olympus.
- Część 39.zamówienia – Mammotom – Devicor.
- Część 40.zamówienia – Urządzenie do neuromonitoringu – InomedMeddizintechnik.
- Część 41.zamówienia – Detektor gamma - W.O.M. World.
- Część 42.zamówienia – Detektor gamma - Neoprobe Corporation.
- Część 43.zamówienia – Aparat do krioterapii – Kriomedpol.
- Część 44.zamówienia – Aparat do kriochirurgii - Metrum Cryoflex.
- Część 45.zamówienia – Oftalmoskop - Heine Optotechnik.
- Część 46.zamówienia – Zestaw rektoskopowy - Heine Optotechnik.
- Część 47.zamówienia – Urządzenie do lipotransferu - Novag AG.
- Część 48. zamówienia – System chłodzenia skóry głowy – Paxman.
- Część 49.zamówienia – Urządzenie do podciśnieniowej terapii i leczenia ran - Smith&NephewMedical Limited.
- Część 50.zamówienia – Fiberoskop intubacyjny – Storz.
- Część 51.zamówienia – Sterylizator parowy - BMT.
- Część 52.zamówienia – Sterylizator parowy – Getinge.
- Część 53.zamówienia – Sterylizator plazmowy - Johnson&Johnson.
- Część 54.zamówienia – Myjnia dezynfektor – Getinge.
- Część 55.zamówienia – Myjnia dezynfektor - Miele &Cie.KG.
- Część 56. zamówienia – Sterylizator parowy - PrestigeMedical.
- Część 57. zamówienia – Laser operacyjny - Metrum Cryoflex.
- Część 58. zamówienia – Pasteryzator mleka - Medicare Colgate.
- Część 59.zamówienia – Analizator mleka – Miris.
- Część 60. zamówienia – Sterylizator na gorące powietrze - WAMED-LAB.
- Część 61. zamówienia – Zestawy próżniowe jezdne KORGIEL.
- Część 62. zamówienia – Reduktor naszynowy - próżniowy KORGIEL.
- Część 63. zamówienia – Myjnie – dezynfektory.
- Część 64. zamówienia – Zgrzewarki HAWO.
- Część 65. zamówienia – Zgrzewarki Getinge.
- Część 66.zamówienia – Suszarka-Getinge.
- Część 67. zamówienia – Pompy infuzyjne – Hospira.
- Część 68. zamówienia – Lampy do fototerapii – Natus.
- Część 69. zamówienia – Głowica kamery – Olympus.
- Część 70. zamówienia – Rejestrator do pomiaru pH-MedicalMeasurement Systems.
- Część 71. zamówienia – Systemy ogrzewania pacjenta - Inspiration Healthcare Limited.

- Część 72. zamówienia – Demineralizator – Hydrolab.
- Część 73. zamówienia – Podgrzewacze – Laboplay.
- Część 74. zamówienia – Kapslarka-Miris.
- Część 75. zamówienia – Komora laminarna-Eprus.
- Część 76. zamówienia – Zamrażarka/chłodziarka-Labcold.
- Część 77. zamówienia – Komory laminarne – Berner.
- Część 78. zamówienia – Ciepłarki-Incucell.
- Część 79. zamówienia – Aparaty do dezynfekcji-OXY' PHARM The Ariel.
- Część 80. zamówienia – Chłodziarka laboratoryjna-Philipp Kirch.
- Część 81. zamówienia – Chłodziarki farmaceutyczne-Pol-Eko.
- Część 82. zamówienia – Aparaty do badania słuchu-MaicoDiagnostic.
- Część 83. zamówienia – Aparaty do badania słuchu-Interacoustics.
- Część 84. zamówienia – Aparat do badań urodynamicznych-LaborieMedical Technologies.
- Część 85. zamówienia – Aparat do kriochirurgii-Metrum Cryoflex.
- Część 86. zamówienia – Aparat do leczenia przełykowego tlenem zakażeń układu oddechowego-Vapotherm.
- Część 87. zamówienia – Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu – BedfontScientific.
- Część 88. zamówienia – Aparat do resuscytacji noworodków-Fisher &Paykel.
- Część 89. zamówienia – Aparat do znieczulania-Spacelabs.
- Część 90. zamówienia – Aparat do znieczulania-Dräger.
- Część 91. zamówienia – Aparat do znieczulania-Mindray.
- Część 92. zamówienia – Aparat EKG-Schiller.
- Część 93. zamówienia – Aparat EKG-M4Medical.
- Część 94. zamówienia – Centrala monitorowania- Philips.
- Część 95. zamówienia – Monitorowanie płodu – Philips.
- Część 96. zamówienia – Aparaty KTG-Philips.
- Część 97. zamówienia – Mierniki żółtaczki-Dräger.
- Część 98. zamówienia – Bilirubinometr-Xuzhou Kejian Hi-tech Co.
- Część 99. zamówienia – System monitorowania – Spacelabs.
- Część 100. zamówienia – System monitorowania – Schiller.
- Część 101. zamówienia – System monitorowania pacjentów pooperacyjnych-Philips.
- Część 102. zamówienia – System monitorowania – Philips.
- Część 103. zamówienia – Kardiomonitor MP30-Philips.
- Część 104. zamówienia – Kardiomonitory - Welch Allyn.

- Część 105. zamówienia – Kardiomonitor - GE Healthcare.
- Część 106. zamówienia – Kardiomonitor – Philips.
- Część 107. zamówienia – Kardiomonitor z modułami – Philips.
- Część 108. zamówienia – Monitory – Spacelabs.
- Część 109. zamówienia – Monitor funkcji życiowych Spacelabs.
- Część 110. zamówienia – Monitor-Welch Allyn.
- Część 111. zamówienia – Kardiomonitor-Guangdong BiolightMeditech Co.
- Część 112. zamówienia – Monitor – Newtech.
- Część 113. zamówienia – Detektory tętna płodu – Brael.
- Część 114. zamówienia – Zestawy do wspomagania oddechu – Viasys.
- Część 115. zamówienia – Kolposkop – Optomic.
- Część 116. zamówienia – Kolposkop-PZO.
- Część 117. zamówienia – Kolposkop-Alltion.
- Część 118. zamówienia – Nawilżacze-Fisher &Paykel.
- Część 119. zamówienia – Pulsoksymetry - Charmcare Co.
- Część 120. zamówienia – Pulsoksymetry-Covidien/Tyco/Medtronic.
- Część 121. zamówienia – Pulsoksymetry – Masimo.
- Część 122. zamówienia – Pulsoksymetry - MedicEconet GmbH.
- Część 123. zamówienia – Pulsoksymetr - SmithsMedical PM.
- Część 124. zamówienia – Respiratory – Acutronic.
- Część 125. zamówienia – Respirator-Aquaivent.
- Część 126. zamówienia – Respirator - Bio-Med. Devices.
- Część 127. zamówienia – Respirator - Care Fusion.
- Część 128. zamówienia – Respirator - Datex-Ohmeda.
- Część 129. zamówienia – Respiratory-Dräger.
- Część 130. zamówienia – Respirator - GE Healthcare.
- Część 131. zamówienia – Respirator – Mindray.
- Część 132. zamówienia – Wagi elektroniczne-Radwag.
- Część 133. zamówienia – Wagi elektroniczne – Seca.

3. Opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części od 1 do 133

3.1. W ramach przeglądów technicznych i konserwacji sprzętów medycznych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

- a) wykonania przeglądów urządzeń medycznych wyszczególnionych w **Załączniku nr 2** zgodnie z wymaganiami określonymi przez Producenta sprzętu w dokumentacji

technicznej, instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej oraz w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 z 679).

- b) dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa sprzętów, wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji, czyszczenia elementów sprzętów, sporządzania orzeczeń o stanie sprzętów nie nadających się do dalszej eksploatacji, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną z wystawieniem poświadczeń zawierających nazwę i numery cech legalizacji, instrukcją obsługi sprzętów i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
- c) potwierdzenia wykonania przeglądu/kalibracji/legalizacji wpisem w paszporcie technicznym sprzętu. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu/kalibracji/legalizacji, informacje o stanie technicznym sprzętu (sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, sprzęt niesprawny, sprzęt dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu/kalibracji/legalizacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę sprzętu, model, nr seryjny, nazwa oddziału, szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz części zalecanych do wymiany, informacje o stanie technicznym sprzętu (sprzęt sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje do Działu Technicznego.
- d) wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzeń zgodnie z właściwościami danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normami.
Szczegółową charakterystykę sprzętów oraz wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji określa dokumentacja wytwórcy w szczególności instrukcja obsługi.
- e) udzielenia gwarancji jakości na wykonane przeglądy/konserwacje na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
- f) natychmiastowego, pisemnego przekazania Zamawiającemu informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczania na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania typu: sprzęt niesprawny – nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla

Użytkownika podstawę kasacji środka trwałego.

- 3.2. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi części zamienne oraz materiały zużywalne.
- 3.3. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą prowadzić do utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego urządzenia, dopuszczających go do użytkowania.
- 3.4. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca potwierdzi protokołem, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353, zawierającym nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności.
- 3.5. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja urządzenia lub jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw.
- 3.6. Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona w siedzibie Zamawiającego przy użyciu aparatury kontrolno – pomiarowej i narzędzi będących w posiadaniu Wykonawcy.
- 3.7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętów zgodnie z harmonogramem przeglądów, który będzie stanowił *załącznik nr 2 do umowy* określający terminy przeglądów w którym będą wykonywane ze wskazaniem miesiąca i roku. Wyznaczenie daty przeglądu nastąpi po konsultacji Wykonawcy z pracownikiem Działu Technicznego Zamawiającego nie później niż 14 dni roboczych przed jego wykonaniem.
- 3.8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawnione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego.
- 3.9. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu urządzenia Zamawiający – Wykonawca i Wykonawca – Zamawiający ponosi Wykonawca.
- 3.10. W przypadku sprzętów, których przegląd będzie wykonywany poza siedzibą Zamawiającego i termin jego wykonania przekroczy 3 dni Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego tożsamy sprzęt zastępczy z pełną dokumentacją serwisową, która będzie obejmowała jego dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzenie jego sprawności i bezpieczeństwa do czasu zakończenia i zwrócenia sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego.
- 3.11. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wskazanego w harmonogramie terminu wykonania przeglądu i konserwacji w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzenia do czasu jego naprawy.
- 3.12. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy).

- 3.13. Wykonawca nie może zlecić wykonania przeglądów podwykonawcom innym niż wskazani w części IX bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
- 3.14. W przypadku sprzętów objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie sprzętów i zobowiązany jest uczestniczyć w rewizji wewnętrznej lub próbie ciśnieniowej sprzętu. Zamawiający odpowiednio wcześniej poinformuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji lub próbie ciśnieniowej. W przypadku niedopuszczenia sprzętu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji wewnętrznej lub próby ciśnieniowej.
Wykonawca ponosi koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.
- 3.15. Wykonawca będzie realizował wszystkie czynności przeglądowe i konserwacyjne objęte przedmiotem zamówienia, u Zamawiającego w dni robocze, tj. w dni od poniedziałku do piątku na podstawie harmonogramu dołączonego do umowy w terminie ustalonym z pracownikiem Działu Technicznego Zamawiającego.
- 3.16. Wykonawca jest zobowiązany posiadać medyczne testery do badań elektrycznych i funkcjonalnych wraz z potwierdzeniem ważności ich świadectw wzorcowania i kalibracji.
- 3.17. Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał w godzinach pracy służb technicznych i administracyjnych Szpitala, tj. w godzinach od 7:00 do 15:30 lub w innych po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Działu Technicznego Zamawiającego.
- 3.18. Przeglądy i konserwacje będą wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania Szpitala.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 900 000 zł.

2. Zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- 2.1. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonywali lub wykonują co najmniej jedną usługę obejmującą przedmiot zamówienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

- 2.2. Dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozоровe z pomiarami lub dwoma osobami z których jedna będzie posiadać uprawnienia eksploatacyjna, a druga dozоровe z pomiarami, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w Grupa G-1 zakresie uprawnień obejmuje :
 - urządzenia instalacje i sieci energetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 - pomiary elektryczne do 1 kV.
- 2.3. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi będące przedmiotem zamówienia posiadają doświadczenie w zakresie przeglądów urządzeń objętych zamówieniem.
3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art.110 ust. 2 Pzp.

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, to warunek 1 i 2 muszą spełniać wykonawcy w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast warunek 3 musi spełniać każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Ocena spełniania warunków udziału będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczeń albo złożenie dokumentu, który jest niekompletny lub zawierającego błędy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 128. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujący zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

VI. Wymagania stawiane Wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 60 dni od daty otrzymania

faktury przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania stałości ceny netto za oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich usług objętych daną częścią zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Dokumenty składane wraz z ofertą

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w **Załączniku nr 1**.
2. Formularza asortymentowo – cenowego sporządzonego według wzoru podanego w **Załączniku nr 2**.
3. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy, jako uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Dokumentu, w którym Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli wymienione dokumenty znajdują się w ogólnodostępnych bazach danych,

Wykonawca może wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przez zamawiającego.

6. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13. lub art. 14. RODO.
7. Oświadczenie określone w art. 125 ust 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ.

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej Wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje skorzystanie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

Podmiotowe środki dowodowe

1. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.
2. Kopia polisy OC.
3. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednej osoby realizującej przedmiot zamówienia, która będzie posiadać wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozоровe z pomiarami lub dwoma osobami z których jedna będzie posiadać uprawnienia eksploatacyjna, a druga dozоровe z pomiarami, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w Grupa G-1 zakresie uprawnień obejmuje:
 - urządzenia instalacje i sieci energetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 - pomiary elektryczne do 1 kV.
4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu i nr uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali lub wykonują min. jedną usługę obejmującą przedmiot zamówienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

6. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu medycznych testerów do badań elektrycznych i funkcjonalnych wraz z potwierdzeniem ważności ich świadectw wzorcowania i kalibracji.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub w pełnomocnictwie podpisanym również podpisem elektronicznym. Wszystkie pozostałe dokumenty należy złożyć w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie, brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje wykluczenie Wykonawcy albo odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 128. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności - zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) - w trakcie realizacji zamówienia polegające na przeglądzie i konserwacji sprzętu medycznego w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.
2. Punkt 1 nie dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą wykonujących osobiście przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ.

IX. Wymagania dotyczące podwykonawców, o których mowa w art. 462 ust.2 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy i dane kontaktowe podwykonawców jeśli są już znani oraz przedstawić podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawcy, określone w pkt 1, 2, 4, 5 i 6 SWZ Rozdział VII. Wymagane oświadczenia i dokumenty, Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Podmiotowe środki dowodowe.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, zakładki: Korespondencja
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, lub <https://oneplace.marketplanet.pl>.
 - 2.1. Wykonawca po wybraniu opcji „przystęp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
 - 2.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

2.3. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego

Platforma zakupowa tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:oneplace@marketplanet.pl

Wymagania dotyczące użycia środków komunikacji elektronicznej.

1. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 - 1.1 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - 1.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 - 2.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2.2. Komputer klasy PC o następującej konfiguracji: pamięć min 8GB Ram, procesor Intel I3, system operacyjny - MS Windows 10;
 - 2.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 2.4. Włączona obsługa JavaScript;
 - 2.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - 3.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Edge lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta.
 - 3.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
 - 3.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.

3.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłączy czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują Państwa na stronie:

<https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki>

4. Zamawiający na podstawie § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, odt, ods, docx, xlsx, pptx, csv, 7z, TSL, XMLsig, XAdES, CAAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
 - 5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na Platformie <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>, oraz na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest żądanie potwierdzenia przeczytania informacji.

XII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Sylwester Komorowski, tel. 22 4502274, e-mail s.komorowski@szpitalmadalinskiego.pl,
- w sprawach proceduralnych: Barbara Bukowska tel. 22 4502284, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.02.2022 r.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
3. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 1**. Ceny należy podać w złotych. Jako cenę oferty należy podać całkowite oczekiwane wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług.
4. Formularz asortymentowo-cenowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 2**.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oświadczenie RODO, pełnomocnictwa jeśli dotyczą, KRS lub CEIDG.
6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w rozdziale VII.

Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf, a formularze asortymentowo – cenowe w formacie xls lub xlsx Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zasztyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy na Platformie zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.>, nazwa pliku „Formularz własny”.

XV. Sposób i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.01.2022 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający informuje o niepublicznym otwarciu ofert.

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 2.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w Formularzu asortymentowo-cenowym (**Załącznik nr 2**) ceny jednostkowe netto przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego, wartość netto przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego obliczoną przez pomnożenie ilości przeglądów w trakcie trwania umowy przez ceny jednostkowe netto, stawkę i kwotę podatku VAT obliczoną od wartości netto oraz wartość brutto obliczoną przez dodanie wartości netto i kwoty podatku VAT.

Wartości netto i brutto całej części zamówienia Wykonawca oblicza dodając odpowiednio wartości netto i brutto wszystkich przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego w tej części zamówienia.

Wykonawca poda w ofercie stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). Oferowane ceny winny obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny towarów, ceł, 10 transportu, ubezpieczenia, itp.). Wszystkie ceny należy podać w złotych.

Całkowitą cenę netto i całkowitą cenę brutto przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego całej części zamówienia Wykonawca podaje w Formularzu oferty (**Załącznik nr 1**).

Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będą stosowane wartości brutto

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla wszystkich części zamówienia „Cena” 100%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

W powyższym przypadku Zamawiający na podstawie art. 246 ust. 2. ustawy Pzp zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia – w formularzu asortymentowo-cenowym oraz w odniesieniach do dokumentacji technicznej i instrukcji Producenta zostały określone wymagania jakościowe dotyczące realizacji usługi.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu:
 - a) kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
 - b) imienną listę pracowników wykonujących usługi objęte zamówieniem wraz z kserokopiami ich uprawnień określonych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 2.2 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

XIX. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

1. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy oraz przewidywane zmiany w umowie określają Projektowane postanowienia umowy przedstawione w **Załączniku nr 3**.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługi.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające doświadczenie pracowników realizujących przedmiot umowy oraz ich uprawnienia jeżeli są wymagane.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Ochrona danych osobowych.

1. Zamawiający informuje, że będzie administratorem danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności danych osobowych:
 - Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
 - administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, 02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny jest Zbigniew Dziarnowski, tel. 22 4512604, e-mail z.dziarnowski@szpitalmadalinskiego.pl;
 - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania bez negocjacji;
 - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych wymienionych powyżej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - osoby fizyczne wymienione powyżej posiadają na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
 - osobom fizycznym wymienionym powyżej nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z poniższym wzorem: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”

XXII. Prawo Wykonawców do odwołań i skarg.

Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 – postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2: Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy.

Instrukcja dla Wykonawcy znajduje się na Platformie zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl, nazwa pliku „Formularz własny”