



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

**SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
tel. 22-45-02-284 (236)
Dzp. G-P/2460/11/.....

Warszawa, 11.09.2012.

Strona internetowa Szpitala Św. Rodziny

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrii,
nr. postępowania 25/2012.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający rezygnuje z głowicy convex wolumetrycznej opisanej w pozycji 3.5 załącznika 2-1 i zastępuje ją głowicą TV.

W związku z powyższym zamawiający zmienia istniejące zapisy w załączniku 2-1: właściwości techniczno-użytkowe aparatu ultrasonograficznego w pozycjach 3.5, 3.51, 3.52, 3.53 dotyczące właściwości głowicy wolumetrycznej na następujące:

Lp.	Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych	Punktacja
3.5	Głowica TV o kącie obrazowania max 150°	Podać		
3.51	Częstotliwość pracy głowicy min. 4 – 9 MHz	Podać		
3.52	Pole widzenia max. 10 mm	Podać		
3.53	Ilość elementów min. 192	Podać		

Ponadto zamawiający w pozycji 3.7 dotyczącej głowicy sektorowej kardiologicznej usuwa zapis: „typu PHASE ARRAY” oraz zmienia zakres częstotliwości z 4 – 12 MHz na min. 3 – 8 MHz. Deklarowaną częstotliwość należy podać w tabeli w kolumnie: Wartość lub zakres wartości oferowanych.

2717867
dr med. Jerzy Zwoliński
SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Grażyna Pawłowska

DYREKTOR SZPITALA
Prof. dr hab. med. Rogan Chazan