

S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 22 4502284  
L.dz./ 2244 /22/DZP

Warszawa, 25.10.2022 r.

## Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania prowadzonego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1710 z późn. zm.) na „Dostawę artykułów do sterylizacji”, numer postępowania: 24/2022/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące Postępowania w trybie do 130 000 złotych na „Dostawę artykułów do sterylizacji”, numer postępowania: 24/2022/DZP:

### Pyt. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta, certyfikatu opisanego w 0pytaniu.**

### Pyt. 2

Część 2 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik wykrywania pozostałości białka z możliwością uzyskania wyniku od 1 minuty?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wskaźnika wykrywania pozostałości białka z możliwością uzyskania wyniku od 1 minuty.**

### Pyt. 3

do formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 2.2 (część nr 2, poz. 1 )

Czy Zamawiający wymaga aby test składał się z arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO/TS 15883-5?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.**


### Pyt. 4

do formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 2.2 (część nr 2, poz. 1 )

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania testu opisanego w pytaniu.**

*Bulwinski*



**Pyt. 5**

do formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 2.2 (część nr 2, poz. 1 )

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?

**Odp.: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania testów w myjni ultradźwiękowej.**

**Pyt. 6**

do formularza asortymentowo - cenowego – załącznik nr 2.2 (część nr 2, poz. 1 )

Czy Zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883, kontrolujący skuteczność mycia z czterech różnych kierunków?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza testu opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 7**

do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (część nr 2, poz. 2 )

Prosimy o doprecyzowanie **czy** Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przed przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

**Odp.: Zamawiający wymaga jednoelementowego przyrządu, w którym znajduje się wymazówka z substancją wskaźnikową.**

**Pyt. 8**

do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 (część nr 2, poz. 2 )

Jednym z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg?

**Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania testów, które będą wykrywać jak najmniejszą ilość białka.**

**Pyt. 9**

Dotyczy Części 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie próbek do kontroli jakości w ilości max. 5 szt.? Wymagana ilość testów przez Zamawiającego tj. 20 szt., to duży koszt dla Wykonawcy.

**Odp.: Tak, do badania jakości, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie zaoferowanej ilości próbek.**

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
*Grażyna Pawłowska*  
mgr inż. Grażyna Pawłowska

Zastępca Dyrektora  
ds. Techniczno-Inwestycyjnych  
*Henryk Janiak*  
mgr inż. Henryk Janiak