



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 22 4502284  
L.dz./ *1220* /23/DZP

Warszawa, 30.06.2023 r.

### Platforma zakupowa / Strona internetowa Szpitala

**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” nr postępowania 21/2023/DZP**

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” nr postępowania 21/2023/DZP

#### **Pyt. 1**

##### **Część nr 8 poz.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie papieru o wymiarach 50x30 z przeliczeniem na 8 rolek.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza papieru opisanego w pytaniu.**

#### **Pyt. 2**

##### **Część nr 8 poz.1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie papieru o wymiarach 50x20 z przeliczeniem na 13 rolek.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza papieru opisanego w pytaniu.**

#### **Pyt. 3**

##### **Część nr 8 poz.4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie czułości ww. papieru. Czy Zamawiający ma na myśli papier do videoprintera typu UPP110S?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza papier do videoprintera typu UPP110S.**

#### **Pyt. 4**

##### **Część nr 8 poz.4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu jednostkach medycznych.

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga oryginalnego papieru firmy SONY.**

#### **Pyt. 5**

##### **Część nr 10 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opak. 3szt z przeliczeniem do pełnych opakowań tj. 1100 opak.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu opakowania wraz z przeliczeniem.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 6**

**Część nr 10 poz.4 i 5**

Prosimy o skorygowanie czy w ww. pozycjach nie zaszła pomyłka-czy Zamawiający w dwóch pozycjach oczekuje tych samych elektrod?

**Odp. Jest to oczywista omyłka, w związku z tym w kolumnie towar w pozycji 5 treść Elektroda samoprzylepna do elektrostymulacji 50-53 x 90 -96 mm do apartu TENS BTL 4000 (4 szt. w kompl.) zastępuje się treścią Elektrody samoprzylepne do elektrostymulatora okołoporodowego TENS MH8200P, zintegrowane z przewodem 40-45 x 80 mm (2 x 2 szt. w komplecie).**

**Pyt. 7**

**Część nr 10 poz.7**

Prosimy o dopuszczenie elektrod kompatybilnych do Philips HeartStart innego producenta niż producent defibrylatora. Elektrody te z powodzeniem stosowane są w wielu jednostkach medycznych.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrody do defibrylatora Philips HeartStart FRx opisane w pytaniu.**

**Pyt. 8**

**Projekt umowy – par. 8 ust. 2.1)**

Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy na „Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągnięcia wartości brutto określonej w &2 ust.1 towarów objętych umową , jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy .” Uważamy , iż byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie wnioskowanych zapisów.**

**Pyt. 9**

**Część 8 Pozycja 4**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony, czy dopuszcza zamiennik innego producenta. Proszę również o podanie czułości wymaganego papieru (110mmx20m.) a mianowicie: S, HD, HA, HG

**Odp. Zamawiający wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony, światłoczułość S, UPP-110S.**

**Pyt. 10**

**Część 8 Pozycja 6**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony, czy dopuszcza zamiennik innego producenta?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Sony UPP-110S.**

**Pyt. 11**

**Pakiet 2 Pozycja 1**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników zakres wagowy od 1 do 3 kg ? Reszta bez zmian

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.**



**Pyt. 12**

**Pakiet 2 Pozycja 2**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników zakres wagowy od 3 do 15 kg ? Reszta bez zmian

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 13**

**Pakiet 2 Pozycja 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników zakres wagowy od 10 do 40 kg ? Reszta bez zmian

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza czujnik opisany w pytaniu.**

**Pyt. 14**

**Pakiet 2 Pozycja 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników zakres wagowy + 40 kg ? Reszta bez zmian

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujnika opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 15**

**Pakiet 2 Pozycja 4**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego zestawu czujnika.

**Odp. Typ sprzętu mCare 300, technologia Nellcor.**

**Pyt. 16**

**Pakiet 2 Pozycja 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego zestawu czujnika.

**Odp. Typ sprzętu mCare 300, technologia Nellcor.**

**Pyt. 17**

**Pakiet 2 Pozycja 5**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o zakończeniu czujnika. Klips czy silikon ?

**Odp. Zamawiający wymaga czujnika o zakończeniu z klipsem.**

**Pyt. 18**

**Pakiet 3 Pozycja 1**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 3 obwód 5,0 - 10,5 cm, szerokość 4 cm ? Reszta bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.**



**Pyt. 19**

**Pakiet 3 Pozycja 2**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 4 obwód 6,9 - 11,7 cm, szerokość 5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.**

**Pyt. 20**

**Pakiet 3 Pozycja 3**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 5 obwód 8,9 - 15,0 cm, szerokość 6 cm ? Reszta bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.**

**Pyt. 21**

**Pakiet 3 Pozycja 4**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 1 obwód 3,3 - 5,6 cm, szerokość 2,5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankietu opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 22**

**Pakiet 3 Pozycja 5**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów rozmiar 2 obwód 4,2 - 7,1 cm, szerokość 3,2 cm ? Reszta bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.**

**Pyt. 23**

Czy Zamawiający w Części 4 wymaga zaoferowania pojemników (1L; 0,7; 5L;) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sposób pakowania pojemników opisany w pytaniu.**

**Pyt. 24**

Czy Zamawiający w Części 4 wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki opisane w pytaniu.**

**Pyt. 25**

Czy Zamawiający w Części 4 wymaga aby zaoferowane pojemniki (1L; 0,7L; 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zamknięcie pojemników opisane w pytaniu.**



**Pyt. 26**

Część 2 poz. 1,2,3 Prosimy o podanie technologii w jakiej pracuje kardiomonitor.

**Odp. Zamawiający wymaga czujników do kardiomonitora Philips MP – 30.**

**Pyt. 27**

Część 2 poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuszcza długość przewodu zintegrowanego 1m?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza przewodu opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 28**

Część 2 poz.4,5 Prosimy o podanie technologii w jakiej pracuje monitor.

**Odp. Typ aparatu – mCare 300, technologia Nellcor.**

**Pyt. 29**

Część 2 poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli czujnik krótki podłączany do przedłużacza, czy czujnik podłączany do urządzenia?

**Odp. Zamawiający wymaga czujnika podłączanego bezpośrednio do urządzenia.**

**Pyt. 30**

Część 3 Prosimy o wskazanie konektora pasującego do wskazanego kardiomonitora. Zdj. 1, zdj. 2.

zdj. 1



zdj. 2



**Odp. Zamawiający potwierdza konektor pasujący do wskazanego kardiomonitora ze zdj. 1**

**Pyt. 31**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza długość drenu 20 cm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza długości drenu opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 32**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza mankiety o rozmiarach poz.1.: 6-11 cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisany w pytaniu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 33**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza mankiety o rozmiarach poz.2.: 7-13 cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisany w pytaniu.**

**Pyt. 34**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza mankiety o rozmiarach poz.3: 9-14,5 cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisany w pytaniu.**

**Pyt. 35**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza mankiety o rozmiarach poz.4: 3-5,5 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankiety opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 36**

Część 3 Czy Zamawiający dopuszcza mankiety o rozmiarach poz.5: 4-8 cm

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiety opisany w pytaniu.**

**Pyt. 37**

Wnosimy o dopuszczenie w Części nr 6 poz. nr 4 wkładu jednorazowego do ssaka f. Medela o poj. 2 lub 3 litry z żelem.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu wkład.**

**Pyt. 38**

Część 8 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru oryginalnego?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.**

**Pyt. 39**

Część 8 poz. 4

Czy Zamawiający o określenie jakiego papieru oczekuje 110HD? 110S? czy 110HG?

**Odp. Zamawiający wymaga papieru 110S.**

**Pyt. 40**

Część 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 84mm x 13,5m z przeliczeniem wymaganej ilości na 112 rolek o długości 13,5m?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza papieru opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 41**

Część 8 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania papieru oryginalnego?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.**

**Pyt. 42**

Część 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie fartucha foliowego w opakowaniu a`100 szt. (bez pakowania opakowania jednostkowego a`1 szt.) z przeliczeniem wymaganej ilości na 80 op. a`100 sztuk?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza sposobu pakowania fartucha foliowego w opakowaniu a`100 szt.**





**Pyt. 43**

Część 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kubek na mocz o pojemności 100 ml?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu kubka.**

**Pyt. 44**

Część 9 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu w op. a'100 szt.?

**Odp. Tak, Zamawiający pakowanie ochraniaczy opisane w pytaniu.**

**Pyt. 45**

Część 9 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zmianę jednostki miary sztuki na op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 50 op. a' 100 szt.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany miary opisanej w pytaniu.**

**Pyt. 46**

Część 9 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę taką jak dotychczas dostarczane, które są zgodne z poniższym opisem: FP KINESIO TAPE 5CM x 31,5M - kolory: czarny, różowy, niebieski, beżowy- jest to taśma bawełniana(100%), o układzie kleju na taśmie wzorującego się na układzie linii papilarnych, udoskonalona formuła kleju, hipoalergiczna, rozciągliwość na poziomie 110-135%, delikatniejsza, stosowana do aplikacji u osób starszych, dzieci oraz np. twarzy?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę opisaną w pytaniu.**

**Pyt. 47**

Część 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika z podziałką co 20, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu pojemnik.**

**Pyt. 48**

Część 5 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 200ml, pozostałe parametry bez zmian

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu pojemnika.**

**Pyt. 49**

Część 5 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366ml który pozwala na wypełnienie formaliną w oczekiwanej przez zamawiającego pojemności, to jest 250ml. Pojemnik w kształcie wiaderka z pokrywą na wcisk.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu pojemnik.**

**Pyt. 50**

Część 5 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200 ml, pozostałe parametry bez zmian

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu pojemnik.**

**Pyt. 51**

Część 5 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 3400 ml, pozostałe parametry bez zmian

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu pojemnik.**



**Pyt. 52**

Część 5 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 5600 ml, pozostałe parametry bez zmian  
**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu pojemnik.**

**Pyt. 53**

Część 5 Pozycja 1-5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

**Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.**

**Pyt. 54**

Część 5 Pozycja 1-5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalenia, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.
2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

**Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.**

**Pyt. 55**

**SWZ**

Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie pkt VI tj.:

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty – termin 60 dni w sposób nieuzasadniony narusza równowagę stron postępowania i przerzuca ciężar kredytowania





działalności Zamawiającego na Wykonawcę. Tym bardziej że kary umowne przewidziano tylko na korzyść Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ Rozdziału VI Wymagania stawiany Wykonawcom dotyczący treści oferty tj. Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 60 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.**

**Pyt. 56**

**SWZ**

Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie pkt VI tj.:

Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy – prosimy dodać „z zastrzeżeniem przepisów o waloryzacji” gdyż zapis zaproponowany przez Zamawiającego narusza przepisy ustawy i stoi w sprzeczności ze wzorem umowy.

**Odp. Zamawiający zmienia treść pkt VI SWZ zdanie drugie jak poniżej: „Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień par 2 ust. 2-11 Załącznika nr 3: projektowane postanowienia umowy”.**

**Pyt. 57**

W par. 3 ust. 11 wzorca umowy wnosimy o zmianę zapisów w ten sposób żeby kara umowna liczona była od kwoty netto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie wnioskowanych zapisów.**

**Pyt. 58**

W zapisach wzorca umowy wnosimy o określenie kary w wysokości 15% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia częściowego, i aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

**Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie wnioskowanych zapisów.**

**Pyt. 59**

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu pojemnika.**



**Pyt. 60**

**Część 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu pojemnika.**

**Pyt. 61**

**Część 4, pozycja 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemnika opisanego w pytaniu.**

**Pyt. 62**

**Część 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x20 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu papieru.**

**Pyt. 63**

**Część 8, pozycja 4, 6**

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.**

**Pyt. 64**

**Część 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszek do leków pakowane po a'90 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu**

**Pyt. 65**

**Część 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez pola do opisu?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu pojemników.**

**Pyt. 66**

**Część 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z polem do opisu o pojemności 150ml skalowane do 100ml?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniu pojemników.**

**Pyt. 67**

**Część 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu.**

**Pyt. 68**

**Część 9, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza sposobu wyceny opisanego w pytaniu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 69**

**Część 9, pozycja 4, 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu.**

**Pyt. 70**

**Część 9, pozycja 16**

Czy Zamawiający miał na myśli automatyczne wyłączanie termometru po 10 minutach?

**Odp. Zamawiający dopuszcza termometr wyłączający się automatycznie po 10 minutach.**

**Pyt. 71**

**Część 9, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu.**

**Pyt. 72**

**Część 9, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści okład żelowy w rozmiarze 26x16cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza okład żelowy opisany w pytaniu.**

**Pyt. 73**

**Część 9, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści okład żelowy w rozmiarze 21 x 38cm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza okład żelowy opisany w pytaniu.**

**Pyt. 74**

**Część 9, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do tapingu prostą, z klejem nałożonym faliście?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę opisaną w pytaniu.**

**Pyt. 75**

**Część 9, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę opisaną w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem.**

**Pyt. 76**

**Część 9, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze po 100 szt?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu opakowania.**

**Pyt. 77**

**Część 9, poz. 7** Czy zamawiający dopuści pojemnik min. 100 ml?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego w pytaniu pojemnika.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 78**

dot. części 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczek silikonowych wielorazowego użytku, różne rozmiary (Rozmiar: 00,0,1,2,3,4,5). Możliwość sterylizacji w autoklawie w max. temperaturze 137°C

**Odp. Zamawiający wymaga maseczek silikonowych wielorazowego użytku w rozmiarach: 000, 00, 0,1, 2, 3, 4, 5. Możliwość sterylizacji w autoklawie w max. temperaturze 125°C**

**Pyt. 79**

dotyczące zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z dostarczenia próbek w niniejszym postępowaniu przetargowym i zastąpienie tego wymogu materiałami informacyjnymi, potwierdzającymi wymagane parametry.

**Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymagań opisanych w SWZ.**

**Pyt. 80**

dot. części 1

Czy Zamawiający wymaga czujników wykonanych w technologii Masimo SET ?

**Odp. Zamawiający wymaga czujnika wykonanego w technologii opisanej w pytaniu.**

**Pyt. 81**

dot. części 1

Czy Zamawiający oczekuje od oferenta autoryzowanego serwisu na terenie Polski?

**Odp. Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu serwis.**

**Pyt. 82**

dot. części 1

Czy Zamawiający będzie oczekiwał oświadczenia producenta firmy Masimo dotyczącego kompatybilności zaoferowanych czujników z technologią Masimo SET?

**Odp. Zamawiający dopuszcza oświadczenie opisane w pytaniu.**

**Pyt. 83**

dot. części 1

Czy Zamawiający będzie wymagał czujników z dokładnością pomiaru, nawet podczas ruchu pacjenta już od 1,5% ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.**

DYREKTOR SZPITALA

*mgr inż. Maria Dziura*

Specjalista ds. zamówień  
publicznych

*mgr Barbara Bukowska*