



Warszawa, 3.10.2024 r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. 1996 /24/DZP



Strona internetowa Szpitala

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Ginekologii i Oddział Położniczy Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” – nr postępowania 24/2024/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Ginekologii i Oddział Położniczy Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” – nr postępowania 24/2024/DZP:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacją natężenia światła w zakresie 10-100% realizowaną w 8 krokach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulowaną średnicą pola roboczego 11 cm i 19 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza lampy zabiegowej o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z wgłębności oświetlenia 20% o wartości 150 cm ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza lampy zabiegowej o parametrach opisanych w pytaniu.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulowaną temperaturą barwową 3800K, 4400 K, 5000 K ?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o parametrach opisanych w pytaniu.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

