



Warszawa, 9.05.2025 r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. **11Q3** /25/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2024 poz.1320) na „Dostawę artykułów do procesu sterylizacji” – nr postępowania 20/2025/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia na „Dostawę artykułów do procesu sterylizacji” – nr postępowania 20/2025/DZP:

Dot. cz. 1 zamówienia Dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmy o długości rolki 50 mb i zaoferowanie odpowiedniej ilości mb po przeliczeniu (w tym przypadku 300 szt. taśmy)?

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę opisaną w pytaniu.

Dot. cz. 1 Dot. poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające przykładowo 250 szt. wskaźników z których po podzieleniu można uzyskać 500 szt. pojedynczych wskaźników w krótszych odcinkach?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

Dot. cz. 1 zamówienia Dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pakiety Bowie-Dicka z nadrukowanym na zewnętrznej etykiecie pakietu polem wskaźnikowym w technologii wskaźnika I klasy zamiast arkusza wczesnego ostrzegania? Arkusz wczesnego ostrzegania umieszczony wewnątrz pakietu traci sens jako „wczesne ostrzeganie”, gdyż po wyjęciu takiego pakietu po procesie operator i tak musi taki pakiet rozpakować, natomiast w przypadku nadrukowanego na etykiecie wskaźnika klasy I od razu po wyjęciu pakietu ze sterylizatora można zaobserwować, czy proces sterylizacji się powiódł.

Odp. Zamawiający dopuszcza pakiety typu Bowie-Dick opisane w pytaniu.

Dot. cz. 1 zamówienia Dot. poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów Bowie-Dicka z arkuszami testowymi zmieniającymi barwę z różowoczerwonej na czarną. Dla użytkownika najważniejszy jest fakt zmiany barwy, natomiast barwa wskaźnika przed procesem nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza testy typu Bowie-Dick opisane w pytaniu.



Dot. cz. 1 zamówienia Dot. poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktu pakowanego po 100 szt. i zaoferowania odpowiedniej ilości szt. po przeliczeniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytania nr 8, 10, 13 dotyczące wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia opublikowane dnia 8.05.2025 r.

Było:

„Pyt. 8

Pytanie – do formularza cenowego – (Część 2, poz. 1, 2)

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwił kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania testu opisanego w pytaniu.”

Jest:

Pyt. 8

Pytanie – do formularza cenowego – (Część 2, poz. 1, 2)

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwił kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu opisanego w pytaniu.

Było:

„Pyt. 10

Pytanie – do formularza cenowego – (Część 2, poz. 3)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przed przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

Odp. Zamawiający wymaga jednoelementowego przyrządu, w którym znajduje się wymazówka z substancją wskaźnikową.”

Jest:

Pyt. 10

Pytanie – do formularza cenowego – (Część 2, poz. 3)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przed przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa o czułości na poziomie 1µg oraz odczycie do 10 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza jednoelementowy przyrząd, w którym znajduje się wymazówka z substancją wskaźnikową.

Było:

„Pyt. 13

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 przez Producenta asortymentu, natomiast przez Oferenta – gdy jednocześnie jest Producentem towaru.”

Jest:

Pyt. 13

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 przez Producenta asortymentu, natomiast przez Oferenta – gdy jednocześnie jest Producentem towaru lub certyfikatu równoważnego.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Bukowska

DYREKTOR SZPITALA
mgr inż. Maria Dziura

STEWART
STEWART & STEWART
HAWAIIAN STEWART