



Warszawa, 19.05.2025 r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. 1157 /25/DZP



Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania na zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z materiałami zużywalnymi w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł., numer postępowania: 19/2025/DZP

Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Zadanie 1.

Pytanie1.

1. W związku z zachowaniem zasady dyscypliny finansów publicznych wnosimy o dopuszczenie oferty równoważnej w myśl definicji i licznych wyroków KIO, gdzie „**oferta równoważna**” oznacza ofertę, która nie odpowiada dokładnie wymaganiom wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ale zapewnia **równoważny poziom funkcjonalności, jakości, wydajności czy technologii**, dzięki czemu **spełnia cel zamówienia w porównywalnym lub lepszym stopniu.**

W związku z tym wnosimy o dopuszczania urządzenia o następujących parametrach:

1.	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2024	TAK podać
2.	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania	TAK
3.	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym - potwierdzone przez producenta stosownym dokumentem	TAK
4.	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz	TAK
5.	Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od. 5 m ³ do 300 m ³	TAK, podać
6.	Waga urządzenia: 8 kg (9kg gotowe do pracy wraz z płynem)	TAK, podać



7.	Obudowa urządzenia: tworzywo sztuczne	TAK
8.	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie	TAK
9.	Urządzenie rozpraszające środek w postaci suchej mgły o wielkości do 15 µm	TAK
10.	Urządzenie pneumatyczne oparte o kompresor	TAK
11.	Szybkość wyrzutu środka 30 ml/min	TAK podać
12.	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	TAK
13.	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi (w zależności od preparatu)	TAK
14.	Pilot zdalnego sterowania	TAK
15.	Archiwizacja min. 2000 cykli pracy urządzenia	TAK
16.	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia czasu trwania procesu oraz ilości zużytego środka/kubatury pomieszczenia	TAK
17.	Wymiary urządzenia: 418 mm x 192mm x 390 mm	TAK podać
18.	Urządzenie kompatybilne ze środkiem dezynfekcyjnym w butelkach o pojemności 1 litra zaoferowanym w pozycji 2.	TAK
Gwarancja i serwis		
1.	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji	Maksymalnie 7 dni, podać
2.	czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii	Maksymalnie 24 godziny, podać
3.	Okres gwarancji	Minimum 24 miesiące, podać

2. Urządzenie dostosowane jest do pracy na różnych substancjach czynnych, których dozowanie i sposób użycia jest kalibrowany z poziomu urządzenia.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZDZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000060373



tel 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



3. Kompatybilny preparat

1	Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania na kwasu podchlorawego. Wykazujący działanie biobójcze w kierunku B, V, F, Tbc. Preparat dozowany w postaci suchej mgły. Wymagany czas kontaktu po dyfuzji środka wynosi 60 minut. Pomieszczenie nadaje się do użytku natychmiast po zakończonym czasie kontaktu, bez konieczności długotrwałego wietrzenia, ponieważ przez cały czas cyklu dezynfekcji nie następuje przekroczenie stężeń NDS i NDSch dla substancji czynnej 1 butelka = 1 litr. Przewidywana ilość butelek 300 Sztuk	TAK, podać
2	Testy paskowe do sprawdzania penetracji środka rozprowadzanego w postaci suchej mgły przy użyciu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. Brak konieczności stosowania pasków testowych w celu potwierdzenia kontaktu paska ze substancją aktywną. Skuteczność potwierdzona badaniem skuteczności zgodnie z EN17272 wraz z testem dystrybucji	TAK
3	Okres trwałości preparatu z poz. 1 od daty produkcji	min. 12 miesięcy, podać
4	Brak konieczności stosowania pasków testowych	BRAK

4. Dopuszczenie technologii równoważnej, wiąże się ze znacznymi oszczędnościami dla zamawiającego oraz zachowaniem dyscypliny finansów publicznych
- Dopuszczenie większe ilości urządzeń spowoduje możliwość wyboru spośród równoważnych rozwiązań, które oferują taki sam cel i efekt jak oczekuje zamawiający, poprzez zwiększenie konkurencyjności cenowej przy zakupie 3 urządzeń w jednym postępowaniu
 - Dopuszczenie technologii równoważnej w myśl PZP spowoduje oszczędności czasowe przy zachowaniu takiego samego celu jaki oczekuje zamawiający, czyli dezynfekcja pomieszczeń metodą fumigacji o działaniu B,F,V, Tbc; poprzez skrócenie czasu blokowania pomieszczeń podczas cyklu dezynfekcji. O minimum 60 minut na cykl. Wyszpecyfikowane rozwiązanie wymaga czasu kontaktu 120 min. + 30 min czas



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



wietrzenia. Równoważna technologia ten czas wynosi jedynie 60 minut. Czyli mówimy o oszczędności czasu na pojedynczy cykl aż 90 minut.

- c. Dopuszczenie rozwiązania równoważnego ma skutek finansowy, gdyż zaoferowana technologia jest konkurencyjna cenowo w stosunku do wyspecyfikowanego rozwiązania NocoSpray + Nocolyse food. Oszczędności na stosowanych preparat do urządzenia według naszych doświadczeń i postępowań przetargowych które się odbyły wynoszą nawet do 50% pierwotnie wymagane systemu NocoSpray + Nocolyse

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie opisane w pytaniu pod warunkiem, że wraz z zaoferowanym preparatem jedno urządzenie w jednym cyklu będzie w stanie zdezynfekować pomieszczenie o kubaturze min 140 m³ w wymaganym spektrum.

Zadanie 2.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że na spełnienie wymagania kompatybilności oraz zgodności z normą EN17272 urządzenia wraz ze środkiem do dezynfekcji, zamawiający wymaga dostarczenia wyniku badania zgodnie z EN17272 „test dystrybucji”, który jako podstawowy składnik i wymóg normy potwierdza że urządzenie w sposób prawidłowy dystrybuuje dany środek dezynfekcyjny. Badanie takie jest wykonywane w akredytowanym, niezależnym laboratorium w zakresie normy EN17272 .

Odp.: Zamawiający wymaga roztworu wodnego do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, opartego na nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasie askorbinowym, wykazującego działanie biobójcze (B, V, F, Tbc). Preparat musi umożliwić dezynfekcję minimum 140 m³ w jednym cyklu, przy użyciu jednego urządzenia z 1-litrowej butelki.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 1000 m³?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie pod warunkiem, że wraz z zaoferowanym preparatem jedno urządzenie w jednym cyklu będzie w stanie zdezynfekować pomieszczenie o kubaturze min 140m³ w wymaganym spektrum.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga szybkiej dostawy urządzeń – do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Odp.: Nie ,Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze nie wyposażone w pilot zdalnego sterowania – sterowanie odbywa się bezpośrednio z panelu umieszczonego na urządzeniu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, które nie jest wyposażone w pilot zdalnego sterowania.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze, w którym dane z przeprowadzonych procesów mogą być bezprzewodowo przesyłane na urządzenie mobilne i archiwizowane w postaci cyfrowej z możliwością ich wydruku?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze o wymiarach (S x W x G): 280 x 338 x 430 mm?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych wymiarach.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze bez możliwości kontroli za pomocą wskaźników chemicznych, które nie są miarodajne w kontekście weryfikacji skuteczności działania preparatu – wskazują jedynie obecność aerozolu roztworu nadtlenu wodoru w danej przestrzeni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez możliwości kontroli za pomocą wskaźników chemicznych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne lub lepsze działające z preparatem dezynfekcyjnym na bazie 6% nadtlenu wodoru bez domieszek, w 100% biodegradowalnym, rozkładającym się po zastosowaniu do tlenu i wody? Opakowanie 5000 ml (w zestawie z urządzeniem butelka bez podziałki o pojemności 1 litra). Możliwość dezynfekcji kubatury do 1000 m3 z jednej butelki 1-litrowej (zużycie preparatu 1 ml / 1 m3).

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z użyciem preparatu o parametrach opisanych w pytaniu.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Grazyna Pawłowska

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Barbara Sukowska



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl

NIP: 5212935319
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel 22 45 02 215
fax 22 45 02 264





podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOŁ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

