



Warszawa, 10.07.2025 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 1585/25/DZP



Platforma zakupowa

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” - nr postępowania 31/2025/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” - nr postępowania 31/2025/DZP

Pyt. 1

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 9

- Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej odnośnie numeracji punktu w którym opisana jest nasadka aluminiowa?

Czy zamawiający miał na myśli punkt 10, w którym opisana jest w/w nasadka? Reszta opisu bez zmian.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2.4 do SWZ pod L. p. 9, w kolumnie: „Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia” jest: „Środki do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej: smar w spray’u ze specjalnym plastikowym adapterem służącym do połączenia z aluminiową wkręcaną nasadką do czyszczenia, opisaną w punkcie 9 - 1 szt.”, powinno być: „Środki do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej: smar w spray’u ze specjalnym plastikowym adapterem służącym do połączenia z aluminiową wkręcaną nasadką do czyszczenia, opisaną w punkcie 10 - 1 szt.”

Pyt. 2

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 10

- Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej odnośnie numeracji punktu w którym opisany jest smar w sprayu?

Czy zamawiający miał na myśli punkt 9, w którym opisana jest w/w spray? Reszta opisu bez zmian.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 2.4 do SWZ pod L. p. 10, w kolumnie: „Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia” jest:



„Aluminiowa, wkręcana nasadka do czyszczenia i konserwacji mikrosilnika sprayem wymienionym w punkcie 8 - 1 szt.” powinno być: „Aluminiowa, wkręcana nasadka do czyszczenia i konserwacji mikrosilnika sprayem wymienionym w punkcie 9 - 1 szt.”

Pyt. 3

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 16

- Czy zamawiający dopuści worek dedykowany do morcelacji tkanek wyposażony w 2 porty oznaczone różnymi kolorami? Reszta opisu bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza worek dedykowany do morcelacji opisany w pytaniu.

Pyt. 4

dotyczy Części 8

Dotyczy Pkt 3 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie współpracuje z głowicą konweksową wolumetryczną matrycową elektroniczną? Jest to specjalistyczna głowica służąca głównie do rejestracji wolumetrycznych obrazów płodu, a w szczególności struktur o wysokiej ruchomości jak serce płodu. Biorąc pod uwagę przeznaczenie wymaganego aparatu, czyli Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej wspomniana głowica nie będzie miała zastosowania w badaniach przeprowadzanych na Oddziale, a co za tym idzie brak możliwości jej podłączenia do aparatu nie wpłynie negatywnie na jego funkcjonalność.

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat, który nie współpracuje z głowicą konweksową wolumetryczną matrycową elektroniczną.

Pyt. 5

dotyczą Części 8

Dotyczy Pkt 17 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada hamulce przy każdym kole z osobna zamiast jednego centralnego hamulca? Pozwala to m.in. na obracanie aparatu podczas badania dookoła osi jednego koła, tak aby można było dostosować położenie aparatu do przeprowadzanej procedury.

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat, który posiada hamulce przy każdym kole z osobna zamiast jednego centralnego hamulca.

Pyt. 6

dotyczą Części 8

Dotyczy Pkt 17 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia regulację wysokości konsoli o wymagane 25 cm, ale w sposób mechaniczny, a nie elektryczny?

Odp. Pytanie dotyczy pkt. 18 Zał nr 2.8 do SWZ. Zamawiający dopuszcza aparat, który umożliwi regulację wysokości konsoli o wymagane 25 cm w sposób mechaniczny.

Pyt. 7

dotyczą Części 8

Dotyczy Pkt 54 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat, który można rozbudować o sondę bezprzewodową posiadającą dwa czoła, której pole widzenia czoła convex wynosi 60 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat, który można rozbudować o sondę bezprzewodową posiadającą dwa czoła, której pole widzenia czoła convex wynosi 60 stopni.

Pyt. 8

dotyczą Części 8

Dotyczy Pkt 63 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie głowicy, która nie jest wykonana w technologii matrycowej, ani monokryształu jednakże doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wspomnianych w pkt 64 oraz spełni pozostałe wymagania parametrów progowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie głowicy, która nie jest wykonana w technologii matrycowej, ani monokryształu jednakże doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wspomnianych w pkt 64 oraz spełni pozostałe wymagania parametrów progowych.

Pyt. 9

dotyczą Części 8

Dotyczy Pkt 70 Zał nr 2.8 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie głowicy, która nie jest wykonana w technologii matrycowej, ani monokryształu jednakże doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wspomnianych w pkt 64 oraz spełni pozostałe wymagania parametrów progowych?

Odp. Zamawiający informuje, że dopuści dostarczenie głowicy, która nie jest wykonana w technologii matrycowej, ani monokryształu jednakże doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wspomnianych w pkt 71 oraz spełni pozostałe wymagania parametrów progowych.

Pyt. 10

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ § 3

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w umowie o następującej treści?

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,
- nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
- warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,
- łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
- łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
- niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu w brzmieniu opisanym w pytaniu.

Pyt. 11

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ § 4 ust 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalną reakcję serwisową/ diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp. Pytanie nie dotyczy § 4 ust 6 załącznika nr 3 do SWZ.

Pyt. 12

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ § 4 ust 6

Czy Zamawiający zapewni przyłączenie oferowanego urządzenia do sieci komputerowej w celu umożliwienia w razie konieczności czynności, o których mowa?

Odp. Pytanie nie dotyczy § 4 ust 6 załącznika nr 3 do SWZ.

Pyt. 13

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ § 4 ust 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji – tj. maksymalnego czasu podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii **do 48 h**, w dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie?

Odp. Pytanie nie dotyczy § 4 ust 6 załącznika nr 3 do SWZ.

Pyt. 14

Dotyczy załącznika nr 3 § 5 ust 6

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzania części oraz do 10 dni roboczych w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski spoza UE?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na czas naprawy zaproponowany w pytaniu.

Pyt. 15

Dotyczy załącznika nr 3 § 5 ust 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis:

Wykonawca gwarantuje minimum 7-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis zaproponowany w pytaniu.

Pyt. 16

Dotyczy załącznika nr 3 § 7

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie punktu o następującej treści: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany opisanej w pytaniu.

Pyt. 17

Dotyczy załącznika nr 3 § 7 ust 7

Prosimy o usunięcie postanowienia § 8 ust. 6 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odp. Treść pytania nie dotyczy załącznika nr 3 § 7 ust 7.

Pyt. 18

Załącznik nr 7 – porozumienie ws powierzenia przetwarzania danych

Pytanie 1, Zawarcie umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie „porozumienia ws powierzenia przetwarzania danych na „umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych” w celu wypełnienia wymogów opisanych RODO?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisaną w pytaniu.

Pyt. 19

Załącznik nr 7 – porozumienie ws powierzenia przetwarzania danych

Pytanie 2, kara umowna, §7 ust. 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie ustępu 3 wskazującego na konieczność zapłacenia kary umownej. Istnienie kary umownej wymagałoby podniesienia wynagrodzenia z tytułu umowy głównej.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie opisane w pytaniu.

Zamawiający zgodnie z art. 286. ust.1. ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2025 r. poz. 620) dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący:

Zamawiający w SWZ w rozdziale XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert wykreśla zdanie: „Zamawiający informuje, że do oceny kryterium „warunki gwarancji” oferty złożonej na część 14 zamówienia zostanie oceniany okres gwarancji na moduł telemetryczny”.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Barbara Bukowska