



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ**

Warszawa, 16.07.2025 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. **1631** /25/DZP



Platforma zakupowa

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” - nr postępowania 31/2025/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny” - nr postępowania 31/2025/DZP

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Izby Przyjść – 1 szt. załącznik 2.1

Pyt. Nr 1

Dotyczy Pkt.61. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Izby Przyjść – 1 szt. załącznik 2.1

Pyt. Nr 2

Dotyczy Pkt.67 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy



**podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy**

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
 sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
 tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Izby Przyjęć – 1 szt. załącznik 2.1

Pyt. Nr 3

Dotyczy Pkt.73 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę transwaginalną typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę transwaginalną typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położnictwa- 1 szt. załącznik 2.9

Pyt. Nr 4

Dotyczy Pkt.58. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położnictwa- 1 szt. załącznik 2.9

Pyt. Nr 5

Dotyczy Pkt.64 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysoki poziomie.

Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę convex typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysoki poziomie.

Dotyczy dostawy Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położnictwa- 1 szt. załącznik 2.9

Pyt. Nr 6

Dotyczy Pkt.70 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę transwaginalną typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej. Zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysoki poziomie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta posiadający głowicę transwaginalną typu 3/4D wykonanej w najnowszej technologii, ale nie wykonanej w technologii monokryształu ani konstrukcji matrycowej pod warunkiem, że zaoferowana głowica spełnia wszystkie pozostałe graniczne parametry a funkcje poprawy jakości obrazu w badaniach zaoferowane w aparacie zapewnią diagnostykę na wysokim poziomie.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Bukowska

