



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. 1106 /25/DZP

Warszawa, 24.07.2025 r.



Platforma zakupowa

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, „Dostawę urządzeń do Banku Mleka” - nr postępowania 35/2025/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ na „Dostawę urządzeń do Banku Mleka” - nr postępowania 35/2025/DZP

Pyt. 1

Dotyczy załącznik nr 2.1 do SWZ

Część 1: Prosimy o dopuszczenie analizatora składu mleka, w którym wymagana wielkość próbki to 3 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator składu mleka, w którym wielkość próbki wynosi 3 ml.

Pyt. 2

Dotyczy załącznik nr 2.1 do SWZ

Część 1: Prosimy o dopuszczenie analizatora składu mleka, w którym wymagana temperatura próbki wynosi od +35°C do +40°C.

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator składu mleka, w którym temperatura próbki wynosi od +35°C do +40°C.

Pyt. 3

Dotyczy załącznik nr 2.4 do SWZ

Część 4: Prosimy o dopuszczenie komory laminarnej, gdzie na tylnej ścianie znajduje się filtr HEPA. Wymagają Państwo komory z poziomym przepływem powietrza, stąd tylna ściana komory nie może być wykonana ze stali nierdzewnej, musi zapewniać przepływ powietrza.

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę laminarną opisaną w pytaniu pod warunkiem, że konstrukcja komory będzie wykonana ze stali nierdzewnej.

Pyt. 4

Dotyczy załącznik nr 2.5 do SWZ

Część 5: Prosimy o dopuszczenie komputera bez wbudowanego napędu optycznego. Jeśli Zamawiający nie zamierza nagrywać danych na płyty CD/DVD to ta opcja jest zbędna - wielu producentów już nie wyposaża swoich urządzeń w napęd optyczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza komputer bez wbudowanego napędu optycznego, pod warunkiem, że komputer będzie wyposażony w zewnętrzny napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer.



podmiot leczniczy
miasto stołeczne
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pyt.5

Dotyczy załącznik nr 2.5 do SWZ

Część 5: Prosimy o dopuszczenie komputera wyposażonego w następujące złącza:

Panel przedni:

- USB 2.0 - 2 szt.
- USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
- USB Type-C - 1 szt.
- Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Panel tylny:

- USB 2.0 - 2 szt.
- USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
- Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
- RJ-45 (LAN) - 1 szt.
- HDMI - 1 szt.
- Display Port - 1 szt.
- AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
- PCI-e x16 - 1 szt.
- PCI-e x1 - 2 szt.
- SATA III - 2 szt.
- Kieszonka wewnętrzna 3,5" - 1 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza komputer wyposażony w złącza o których mowa w pytaniu.

Pyt. 6

Dotyczy załącznik nr 2.6 do SWZ

Część 6: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o pojemności 150 L i wysokości 83,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o pojemności 150 L i wysokości 83,5 cm.

Pyt.7

Dotyczy załącznik nr 2.6 do SWZ

Część 6: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki bez alarmu awarii sondy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki bez alarmu awarii sondy.

Pyt.8

Dotyczy załącznik nr 2.6 do SWZ

Część 6: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki z wyświetlaczem dotykowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z wyświetlaczem dotykowym.

Pyt.9

Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ

Czy Zamawiający w cz. 3 dopuści zamrażarkę z ręcznym odmrażaniem, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z ręcznym odmrażaniem, reszta parametrów bez zmian.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



Pyt. 10

W związku z ostatnim przeprowadzonym konkursem na wyposażenie Banków Mleka przez Ministerstwo Zdrowia w 2021 roku (realizacje dostaw listopad – grudzień 2021 r.) na wyposażenie Banków Mleka - czyli ponad 3 lata temu – zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści:

1. Przedstawienie wykazu dostaw zawierających zrealizowaną minimum 1 dostawę na urządzenia laboratoryjne lub medyczne, które mogą być stosowane w Banku Mleka Kobiecego w ramach ostatniego konkursu z 2021 roku.

Lub

2. Przedstawienie wykazu dostaw zawierających zrealizowaną minimum 1 dostawę na urządzenia laboratoryjne lub medyczne, które mogą być stosowane w szpitalach lub laboratoriach w ciągu ostatnich 3 lat.

Odp. Zgodnie z §9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu dostaw zrealizowanych w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia w 2021 r., pod warunkiem, że ich rodzaj i wartość odpowiadają przedmiotowi zamówienia dla danej części zamówienia

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITAL

MB
mgr inż. Maria Dziur

Zastępca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Paśnicz
mgr Agnieszka Paśniczek



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



