



Warszawa, 11.06.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 1472 /26/DZP

DSA SIR 2013



Strona internetowa Szpitala

Dotyczy: Konkursu Ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych i prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i dzierżawę urządzeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej” – nr K2/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Udzielającego Zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Materiałów Informacyjnych – nr postępowania konkursowego K2/2026/DZP. Poniżej zamieszczono pytanie i udzieloną odpowiedź.

Pyt. 1

W imieniu [] przekazuję pytania stanowiące Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 – Wykaz badań -formularz cenowy

L.p.	Nazwa badania	Pytania	Odpowiedź Udzielającego Zamówienia:
4	Albumina w płynie z jamy ciała	Proponujemy albuminę w surowicy.	Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu
21	Badanie epidemiologiczne	Prosimy o doprecyzowanie, proponujemy badanie w kierunku salmonelli i shigeli. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia w kolumnie “Nazwa badania” doprecyzowuje zapis dotyczący nazwy badania: Badanie epidemiologiczne np. z powierzchni, kranów, klamek. Badanie jest wykonywane na zlecenie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych
191	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	Wykonujemy badanie metoda CLIA, czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza wykonanie badania metodą opisaną w pytaniu
193	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	Wykonujemy badanie metoda CLIA, czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza wykonanie badania metodą opisaną w pytaniu
204	Panel oddechowy (21 alergenów)	Proponujemy panel 20 alergenów, czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia wymaga wykonania panelu oddechowego: 20 antygenów + marker CCD
209	Panel pokarmowy (21 alergenów)	Proponujemy panel 20 alergenów, czy	Udzielający Zamówienia wymaga wykonania panelu pokarmowego: 20



		zamawiający wyraża zgodę?	antygenów + marker CCD
245	Quantiferon TB	Proponujemy badanie: Wykrywanie latentnego zakażenia prątkami gruźlicy – test QuantiFERON-TB. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia w kolumnie “Nazwa badania” zmienia nazwę nadania z “Quantiferon TB” na “Badanie krwi typu IGRA do wrywania zakażeń prątkiem gruźlicy”
276	Wapń zjonizowany	Proponujemy wapń zjonizowany obliczony, czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia wymaga wykonania badania przy pomocy elektrody a nie z obliczania.

Pyt. 2

Czy zamawiający zgadza się na standard HL7 w wersji minimum 2.3?

Odp. Udzielający Zamówienia dopuszcza wersję standardu HL7 opisaną w pytaniu.

Pyt. 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie bezpośrednio od siebie dokumentacji niezbędnej do indeksowania na P1 oraz samodzielnego indeksowania (przez zamawiającego) wyników na Platformie P1?

Odp. Udzielający Zamówienia aktualnie nie ma możliwości zapewnić oprogramowania pośredniczącego (routerów / brokerów HL7) ani licencji na integrację po stronie systemu LIS Przyjmującemu zamówienia.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA SZPITALA
Igor Radziejewicz-Winnicki

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Barbara Bukowska



Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

