

Polska: Urządzenia do mammografii

Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia–Dostawa aparatu do mammografii obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa stacji diagnostycznej do opisu zdjęć mammograficznych dla Szpitala Spec. SPZOZ–et. II cz. II

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Zmiana

1 Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2 Procedura

2.1 Procedura

Tytuł: Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia–Dostawa aparatu do mammografii obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa stacji diagnostycznej do opisu zdjęć mammograficznych dla Szpitala Spec. SPZOZ–et. II cz. II

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie, integracja informatyczna, szkolenie personelu i przekazanie do eksploatacji kompletnego, fabrycznie nowego systemu diagnostyki piersi, obejmującego w szczególności: • cyfrowy mammograf z wyposażeniem, umożliwiającym wykonywanie badań 2D, tomosyntezy 3D, obrazów syntetycznych 2D, mammografii spektralnej/kontrastowej oraz biopsji • system do biopsji piersi, w tym system do biopsji mammotomicznej próżniowej wraz z wyposażeniem startowym; • wielozadaniowy fotel lub leżankę biopsyjną; • automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z procedurą mammografii kontrastowej; • stację operatorską; • 1 stacja diagnostyczna radiologiczna do opisu badań mammograficznych, z oprogramowaniem i monitorami diagnostycznymi; • zestaw do kontroli jakości mammografu; • wykonanie prac budowlano-adaptacyjnych w 5 pomieszczeniach po wykonaniu wizji lokalnej (Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zgodnie z harmonogramem i dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, a roboty będą realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00 w siedzibie Zamawiającego) • pełną integrację z systemami PACS/RIS/HIS Zamawiającego; • wyniesienie, odbiór, transport i unieszkodliwienie mammografu wskazanego przez Zamawiającego; • przygotowanie dokumentacji, wykonanie wymaganych testów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. Dz.U.2022 poz. 2759 wydane na podstawie prawa atomowego oraz udział w czynnościach wymaganych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oddania do użytkowania wykonanego zadania, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz odbiorów właściwych organów i instytucji, niezbędnych do uruchomienia i użytkowania Przedmiotu Umowy. Zakres ten obejmuje w szczególności uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na uruchomienie i stosowanie Urządzenia zgodnie z art. 33q ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, a także przeprowadzenie wszelkich wymaganych uzgodnień, konsultacji i czynności formalnoprawnych niezbędnych do należytej realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazania go do eksploatacji; • obsługę gwarancyjną i serwisową w okresie gwarancji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i użytkowe oraz wymagania dotyczące integracji, prac adaptacyjnych i odbioru określa Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/ Zestawienie

parametrów techniczno-użytkowych/ Specyfikacja techniczna 3. Wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą być kompletne, wzajemnie kompatybilne, dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowe do pracy klinicznej bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, modułów, przewodów, adapterów albo innych elementów niezbędnych do realizacji funkcji określonych w SWZ i załącznikach.

Identyfikator procedury: 8016c6e4-e404-46e9-bec7-31036fac043e

Wewnętrzny identyfikator: 19/2026/DZP

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: Zamawiający skrócił termin składania ofert, zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 oraz w oparciu o art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Uzasadnienie: Zamawiający, działając na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2) oraz w oparciu o art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „p.z.p.”), skrócił termin składania ofert do 20 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji, z uwagi na występowanie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, należyście uzasadnionej poniżej. W niniejszym postępowaniu pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki mammograficznej oraz z ryzyka związanego z dalszym użytkowaniem obecnie eksploatowanego aparatu mammograficznego. Utrzymywanie obecnie eksploatowanego aparatu, przy rosnącym obciążeniu w programach skryningowych, generuje istotne ryzyko dla ciągłości świadczeń i jakości diagnostyki.

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 33111650 Urządzenia do mammografii

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: A.J.Madalińskiego 25

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-544

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: A.J.Madalińskiego 25

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-544

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA! Nieuczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z treścią art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp. Proponowany termin wizji lokalnej: 31.08.2026 r. oraz 02.09.2026 t. w godzinach od 10:00 do 13:00. Dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej. W celu umówienia dokładnego terminu wizji lokalnej należy zgłosić poprzez platformę zakupową chęć odbycia wizji lokalnej. Zamawiający poda Wykonawcy bezpośredni kontakt z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawcom uczestniczącym w wizji lokalnej zostanie udostępniona dokumentacja pomieszczeń - rzuty istniejących instalacji. Zamawiający informuje, że dostęp do części dokumentacji udostępnianej wyłącznie podczas obowiązkowej wizji lokalnej, z uwagi na jej poufny charakter, odbywa

się na zasadach określonych w SWZ, zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony poufnego charakteru tych informacji.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Korupcja: Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych: w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art.110 ust. 2 Pzp; w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L. 229 z 31.07.2014, str. 1), zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.193 z 21.07.2022 r., str. 1) oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514). Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji:

5 Część zamówienia

5.1 Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa aparatu do mammografii obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa stacji diagnostycznej do opisu zdjęć mammograficznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ – etap II, część II

Opis: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie, integracja informatyczna, szkolenie personelu i przekazanie do eksploatacji kompletnego, fabrycznie nowego systemu diagnostyki piersi, obejmującego w szczególności: • cyfrowy mammograf z wyposażeniem, umożliwiający wykonywanie badań 2D, tomosyntezy 3D, obrazów syntetycznych 2D, mammografii spektralnej/kontrastowej oraz biopsji • system do biopsji piersi, w tym system do biopsji mammotomicznej próżniowej wraz z wyposażeniem startowym; • wielozadaniowy fotel lub leżankę biopsyjną; • automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z procedurą mammografii kontrastowej; • stację operatorską; • 1 stacja diagnostyczna radiologiczna do opisu badań mammograficznych, z oprogramowaniem i monitorami diagnostycznymi; • zestaw do kontroli jakości mammografu; • wykonanie prac budowlano-adaptacyjnych w 5 pomieszczeniach po wykonaniu wizji lokalnej (Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zgodnie z harmonogramem i dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, a roboty będą realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00 w siedzibie Zamawiającego) • pełną integrację z systemami PACS/RIS/HIS Zamawiającego; • wyniesienie, odbiór, transport i unieszkodliwienie mammografu wskazanego przez Zamawiającego; • przygotowanie dokumentacji, wykonanie wymaganych testów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. Dz.U.2022 poz. 2759 wydane na podstawie prawa atomowego oraz udział w czynnościach wymaganych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do oddania do użytkowania wykonanego zadania, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz odbiorów właściwych organów i instytucji, niezbędnych do uruchomienia i użytkowania Przedmiotu Umowy. Zakres ten obejmuje w szczególności uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na uruchomienie i stosowanie Urządzenia zgodnie z art. 33q ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, a także przeprowadzenie wszelkich wymaganych uzgodnień, konsultacji i czynności formalnoprawnych niezbędnych do należytej realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazania go do eksploatacji; • obsługę gwarancyjną

i serwisową w okresie gwarancji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i użytkowe oraz wymagania dotyczące integracji, prac adaptacyjnych i odbioru określa Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych/ Specyfikacja techniczna 3. Wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą być kompletne, wzajemnie kompatybilne, dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowe do pracy klinicznej bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, modułów, przewodów, adapterów albo innych elementów niezbędnych do realizacji funkcji określonych w SWZ i załącznikach.

Wewnętrzny identyfikator: 19/2026/DZP

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 33111650 Urządzenia do mammografii

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: A.J. Madalińskiego 25

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-544

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe:

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Inny okres: Nieznany

5.1.6 Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9 Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych dostaw

Opis kryterium selekcji: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna dostawę mammografu cyfrowego. Za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawę o wartości nie mniej niż: 1.000 000,00 zł brutto.

Kryterium: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego

Opis kryterium selekcji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, w szczególności te wyrządzone w związku z realizacją robót objętych Przedmiotem zamówienia, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000 PLN.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Osoby oddelegowane do realizacji przedmiotu

zamówienia, muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne: a) w branży elektrycznej w grupie G-1; b) w branży sanitarnej w grupie G-2; w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które to uprawnienia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego. c) minimum jedna osoba wykonująca czynności w ramach przedmiotu zamówienia, musi posiadać Certyfikat imienny na F-gazy wydawany instalatorom będącym osobami fizycznymi, dotyczący: naprawy, likwidacji nieszczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń i odzysku każdego rodzaju czynnika oraz kontroli szczelności urządzeń, przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się usługami związanymi ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Wartością kryterium „Cena” (C) będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru: $PC = (C_{min} / C) \times 60$ gdzie: PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty; C_{min} - cena brutto najtańszej oferty; C - cena brutto badanej oferty.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Punkty za Parametry techniczne (PT) opisane w formularzu Parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 3 do SWZ) z pozycji: 34, 39, 40, 41, 51, 56 i 62 po 10 pkt za każdy parametr. Liczba punktów przyznanych w kryterium „Parametry techniczne (PT)”, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru: $PT = (PT_o / 70) \times 20$ Gdzie: PT – liczba punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium Parametry techniczne (PT), z uwzględnieniem wagi 20% PT_o – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Parametry techniczne (PT), w skali od 0 do 70, 70 – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Punkty zostaną przyznane za okres Gwarancji na urządzenie i jego wyposażenie i oprzyrządowanie (PGU) podany przez Wykonawców w Formularzu ofertowym. Za minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy zostanie przyznane 0 punktów. Za zaoferowanie dodatkowych 24 miesięcy i więcej zostanie przyznane 10 punktów, za pośrednie warunki zostaną przyznane proporcjonalnie punkty między 0 i 10, wartość kryterium „Warunki gwarancji na urządzenie i jego wyposażenie i oprzyrządowanie ” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Punkty zostaną przyznane za okres Gwarancji na wykonane prace adaptacyjne (PGA) podany przez Wykonawców w Formularzu ofertowym. Za minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy zostanie przyznane 0 punktów. Za zaoferowanie dodatkowych 24 miesięcy i więcej zostanie przyznane 10 punktów, za pośrednie warunki zostaną przyznane proporcjonalnie punkty między 0 i 10 wartość kryterium „Warunki gwarancji na wykonane prace adaptacyjne” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Dozwolone

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 48 000,00 zł Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 21/09/2026 10:00 +02:00

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 21/09/2026 11:00 +02:00

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają Dział IX, Rozdział 2 – postępowanie odwoławcze i Rozdział 3 Postępowanie skargowe ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Organizacja rozpatrująca oferty: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

8 Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Numer rejestracyjny: 012045743

Adres pocztowy: A.J.Madalińskiego 25

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-544

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl

Telefon: +48 22 4502284

Adres strony internetowej: www.szpitalmadalinskiego.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Profil nabywcy: <https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: organ odwoławczy

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 22 4587801

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <http://odwolania@uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

10 Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 590698-2026

Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c403d7f8-9269-4484-99a2-8a4ae486e84f - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania: 11/09/2026 13:36 +00:00

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski