



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ

Warszawa, 18.09.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. **2350** /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Dostawa aparatu do mammografii obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa stacji diagnostycznej do opisu zdjęć mammograficznych dla Szpitala Spec. SPZOZ – etap II część II - nr postępowania 19/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu na „Poprawę dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia – Dostawa aparatu do mammografii obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa stacji diagnostycznej do opisu zdjęć mammograficznych dla Szpitala Spec. SPZOZ – etap II część II”.

Pyt. 98

Pytanie pierwotne

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt 34

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne rozwiązanie konstrukcyjne polegające na zastosowaniu zakrzywionych płytek kompresyjnych w małym i dużym formacie, odwzorowujących anatomiczny kształt kobiecej piersi, których konstrukcja umożliwia bardziej równomierne rozłożenie siły kompresji na powierzchni piersi, a tym samym zmniejszenie miejscowego nacisku i dolegliwości bólowych związanych z kompresją podczas badania mammograficznego?

W ocenie Wykonawcy powyższe rozwiązanie realizuje cel wskazany przez Zamawiającego, tj. ograniczenie dolegliwości bólowych pacjentki podczas kompresji, poprzez zastosowanie rozwiązania konstrukcyjnego wpływającego na sposób rozłożenia siły ucisku, niezależnie od zastosowanego mechanizmu fizycznego.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna opisane rozwiązanie za równoważne i przyzna punkty w ramach przedmiotowego kryterium.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

PYTANIE DODATKOWE

dotyczące pkt 34 OPZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 30.4

Wykonawca zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi udzielonej na pytanie 30.4. Zgodnie z treścią pkt 34 Zamawiający premiuje rozwiązanie wykorzystujące zjawisko histerezy tkanek piersi, polegające na kontrolowanym zmniejszeniu siły kompresji po osiągnięciu właściwego ucisku, przy



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpital.madalinskigo.pl

NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej grubości i stabilizacji piersi w momencie wykonywania ekspozycji. Rozwiązanie opisane w pytaniu 30.4, polegające na zastosowaniu profilowanej/zakrzywionej płytki kompresyjnej, działa na zupełnie innej zasadzie – zmniejsza dyskomfort poprzez zmianę geometrii kontaktu płytki z piersią oraz bardziej równomierne rozłożenie nacisku. Nie następuje w nim kontrolowane zmniejszenie wcześniej osiągniętej siły kompresji z wykorzystaniem zjawiska histerezy tkanek. Tym samym oba rozwiązania mogą zmierzać do poprawy komfortu pacjentki, jednak nie są równoważne pod względem funkcjonalności będącej przedmiotem oceny w pkt 34. Przyznanie punktów za rozwiązanie niewykorzystujące zjawiska histerezy oznaczałoby w praktyce zmianę przedmiotu oceny z konkretnej funkcjonalności opisanej w pkt 34 na ogólnie rozumianą „poprawę komfortu pacjentki”. Taki sposób oceny nie wynika obecnie z treści kryterium.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni odpowiedź na pytanie 30.4 i potwierdzi, że dopuszczenie rozwiązania wykorzystującego profilowaną/zakrzywioną płytkę dotyczy możliwości zaoferowania takiego rozwiązania, natomiast punkty w pkt 34 zostaną przyznane wyłącznie za funkcję wykorzystującą zjawisko histerezy tkanek, zgodnie z literalnym opisem tego parametru?

Powyższe doprecyzowanie jest również niezbędne dla zachowania jednoznaczności sposobu oceny ofert, o której mowa w art. 240 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Odp.:

W związku z pytaniem nr 98 dotyczącym pkt 34 OPZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 45, Zamawiający informuje, że po ponownym przanalizowaniu zagadnienia i wymagania określonego w pkt 34 OPZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 34 OPZ w ten sposób, że:

- pkt 34 OPZ nie będzie stanowił kryterium oceny ofert i nie będzie punktowany;
- pkt 34 OPZ będzie traktowany jako wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia/ dopuszczalny opis rozwiązania, które musi zostać spełnione przez oferowane urządzenie tj. w ramach pkt 34 OPZ Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania techniczne rozwiązanie wykorzystujące zjawisko histerezy tkanek piersi, polegające na kontrolowanym zmniejszeniu siły kompresji po osiągnięciu właściwego ucisku, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej grubości i stabilizacji piersi w momencie wykonywania ekspozycji lub rozwiązanie z zastosowaniem profilowanej/zakrzywionej płytki kompresyjnej, zmniejszające dyskomfort poprzez zmianę geometrii kontaktu płytki z piersią oraz bardziej równomierne rozłożenie nacisku. Zmienia się wobec powyższego opis wymagania w punkcie 34 w sposób następujący:

„Rozwiązanie zmniejszające ból i dyskomfort piersi podczas ucisku, realizowane poprzez: funkcję kontrolowanego zmniejszania ciśnienia ucisku z wykorzystaniem zjawiska histerezy tkanek piersi lub zastosowanie profilowanej/zakrzywionej płytki kompresyjnej zapewniającej bardziej równomierne rozłożenie nacisku.”

Zamawiający nie przyznaje zatem punktów za spełnienie wymagań z pkt 34 OPZ. Spełnienie pkt 34 OPZ będzie weryfikowane jako wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia – oferowane urządzenie musi realizować co najmniej jedno z dopuszczonych rozwiązań (funkcja histerezy lub profilowana/zakrzywiona płytka kompresyjna).

Zamawiający wyjaśnia, że katalog kryteriów oceny ofert pozostaje aktualny w pozostałym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że pkt 34 OPZ nie stanowi już kryterium punktowanego, wobec czego zmienia się łączna maksymalna liczba punktów za Parametry techniczne (PT), która będzie wynosić 60 punktów.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę redakcyjną w odpowiedzi na **Pytanie 71** w następujący sposób:

Odp.: Zamawiający potwierdza, że oprogramowanie CAD/AI nie stanowi przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania CAD/AI zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zapewnienia jego integracji z oferowaną stacją diagnostyczną. Pozostałe wymagania SWZ pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie odpowiedź jest taka jak na Pyt. 10

Mając na uwadze, że powyższe zmiany stanowią modyfikację treści dokumentów postępowania w rozumieniu art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia, która jest istotna dla sporządzenia oferty w rozumieniu art. 137 ust. 6 Pzp, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert zgodnie ze zmienionymi wymaganiami **do dnia 22 września 2026 r. do godz.10.00.**

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie
- 2) SWZ po zmianie_17.09.2026 r.
- 3) OPZ po zmianach – Załącznik nr 3_17.09.2026

p.o. DYREKTORA SZPITALA
Igor Radziejewicz-Winnicki

