



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ

Warszawa, 25.09.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 2412 /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ - nr postępowania 21/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu na na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ.

Pytanie 1 dotyczy Części 1

Dostawa aparatu do znieczulenia wraz w kardiomonitorem – 1 sztuka OPZ - Do punktu 111 (monitor): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiomonitora bez funkcji BIS?

Odp: Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania modułu monitorowania głębokości znieczulenia (BIS), w przypadku gdy zaoferowany kardiomonitor będzie kompatybilny z modułami realizującymi tą funkcję.

Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy

Par. 7 ust. 7 – Czy Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 205?

Odp: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy poziom kar umownych (40% wartości umowy) jako niezbędny dla zapewnienia skutecznej ochrony interesu Zamawiającego i należytego wykonania zamówienia oraz wskazuje, że ewentualne spory co do wysokości konkretnej naliczonej kary mogą być rozstrzygane przez sąd z uwzględnieniem instytucji miarkowania kary umownej (art. 484 § 2 k.c.).

Zamawiający stoi na stanowisku, że przyjęty w projekcie umowy poziom kar umownych pozostaje w granicach dopuszczalnych przez prawo, realizuje funkcje zabezpieczające i dyscyplinujące właściwe dla stosunków w zamówieniach publicznych i nie narusza zasady ekwiwalentności świadczeń ani zasad współżycia społecznego, zwłaszcza przy istnieniu ustawowego mechanizmu ich miarkowania przez sąd.

Pytanie 3 dotyczy Części 5

Część 5 Dostawa respiratora transportowego przystosowanego do pracy w MRI - 1 szt.



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl

NIP: 6212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000690373
tel. 22 45 02 216
fax 22 45 02 264



Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności respiratora sterowanego pneumatycznie z możliwością stosowania w środowisku MRI o natężeniu 3 Tesla o parametrach określonych w tabeli zamieszczonej poniżej:

1	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie 280-600 kPa
2	Temperatura pracy w zakresie -10 °C do +50°C
3	Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP54
4	Waga modułu respiratora 2,4 kg
5	Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą ustawień respiratora
6	Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji 3 Tesla
7	Tryb wentylacji IPPV/ CMV
8	Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej
9	Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV 425 ml (przy częstotliwości oddechowej 12 odd./min.)
10	Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min.
11	Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O
12	Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu 0,5-35 l/min.
13	2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i 50%
14	Niezależna płynna regulacja częstotliwości oddechowej/ objętości oddechowej
15	Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: częstość oddechowa 8-40 cykli/min objętość oddechowa 70-1500 ml

16	Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH ₂ O
17	Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cmH ₂ O
18	Fluorescencyjny manometr ciśnienia w układzie pacjenta
19	Zasilany bateryjnie moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta, niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego
20	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego

Odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 4 dotyczy Części 5

Dot. Specyfikacja Techniczna, Pakiet 5, II. GWARANCJA I SERWIS, pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wad i usterek urządzenia do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wad i usterek urządzenia do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Pytanie 5 dotyczy Części 5

Dot. Specyfikacja Techniczna, Pakiet 5, II. GWARANCJA I SERWIS, pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie do 72 godzin roboczych?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin roboczych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznik nr 2.1 do SWZ 21/2026/DZP

Pytanie 6 dotyczy Części 1

Dostawa aparatu do znieczulenia wraz z kardiomonitorem - 1 sztuka

Pytanie do pkt 111 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania modułu monitorowania głębokości znieczulenia (BIS) jeśli oferowany kardiomonitor jest kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego modułami realizującymi tę funkcję?

Odp: Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania modułu monitorowania głębokości znieczulenia (BIS), w przypadku gdy zaoferowany kardiomonitor będzie kompatybilny z modułami realizującymi tą funkcję.

Pytanie 7 dotyczy Części 1

Pytanie do pkt 112 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czy Zamawiający zechce zrezygnować z integracji kardiomonitora z systemem AMMS? W przypadku jednego kardiomonitora wydaje się to rozwiązanie nadmiarowe, a koszt samej integracji może znacznie przekroczyć wartość urządzenia będącego przedmiotem postępowania. Należy zauważyć, że zgodnie z warunkami postępowania 2/2026/DZP/IT, przewidziano już integrację systemu AMMS z systemem EKZ, do którego mają trafiać dane z kardiomonitora i aparatu do znieczulania i tam następuje ich powiązanie z danymi identyfikującymi pacjenta. Integracja kardiomonitora z AMMS wydaje się w takiej sytuacji nieuzasadniona, nie wnosi bowiem żadnej wartości dodanej.

Odp: Zamawiający rezygnuje z wymogu rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego, w szczególności wyników badań laboratoryjnych lub obrazowych. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dotyczy Części 1

Pytanie do wymagań dotyczących integracji informatycznej do pkt 1

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem integracji kardiomonitora z systemem monitorowania IntelliVue – czy za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna zapewnienie kompatybilności modułów i akcesoriów pomiarowych oraz spójność interfejsu użytkownika z kardiomonitorami już posiadanymi, czy może Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego oraz wszystkich posiadanych kardiomonitorów IntelliVue w sieć monitorowania?

Odp: Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego kardiomonitora do sieci monitorowania, w której pracują pozostałe posiadane przez Zamawiającego kardiomitory IntelliVue.

Pytanie 9 dotyczy Części 1

Pytanie do pkt 2

Czy Zamawiający zechce zrezygnować z wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę integracji kardiomonitora z systemem EKZ jeżeli oferowany kardiomonitor będzie identyczny (ten sam model, wersja oprogramowania i konfiguracja) jak kardiomitory, które już Państwo posiadacie i które powinny być już objęte integracją zgodnie z warunkami postępowania 2/2026/DZP/IT? Podłączenie do EKZ oraz wszelkie prace informatyczne w tym przypadku (o ile są konieczne) są do wykonania po stronie dostawcy systemu EKZ, natomiast licencja do systemu EKZ (o ile jest wymagana) nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca oferujący aparaturę medyczną nie jest w stanie oszacować ani zweryfikować zasadności kosztów po stronie firm trzecich, takich jak dostawca EKZ czy AMMS. Zaoferowany kardiomonitor będzie wyposażony w aktywny interfejs komunikacyjny.

Odp: Zgodnie z SWZ. Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego i zintegrowanego środowiska sprzętowo-informatycznego, spójnego z budowanym przez Zamawiającego systemem informacji klinicznej CIS.

Pytanie 10 dotyczy Części 1

Pytanie do pkt od 3 do 12

Prosimy o wykreślenie punktów od 3 do 12 jako zawierających wymagania nieadekwatne do przedmiotu i zakresu zamówienia. Przedmiotem nie jest dostawa rozwiązania informatycznego ale aparatu do znieczulania z kardiomonitorem. Wykonawca zapewnia interfejsy komunikacyjne w oferowanej aparaturze medycznej natomiast odbieranie i przetwarzanie danych z tych urządzeń a także zapewnienie bezpieczeństwa tych danych jest po stronie systemów informatycznych, w szczególności EKZ.

Odp: Zgodnie z SWZ. Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego i zintegrowanego środowiska sprzętowo-informatycznego, spójnego z budowanym przez Zamawiającego systemem informacji klinicznej CIS.

Załącznik nr 2.5 do SWZ 21/2026/DZP

Dostawa respiratora transportowego przystosowanego do pracy w MRI - 1 szt.

Pytanie 11 dotyczy Części 5

Pkt II „POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU”, ppkt 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji w przypadku, kiedy konstrukcja respiratora i jego elementów nie przewiduje takiej konieczności ani możliwości? Elementy mogące mieć kontakt z zanieczyszczeniami są wymieniane i utylizowane (np. układy oddechowe, filtry).

Odp: Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji, w przypadku gdy producent sprzętu nie wymaga sterylizacji poszczególnych części respiratora.

Pytanie 12 dotyczy SWZ

Zapytanie do zapisów SWZ NR 21/2026/DZP

Pytanie do SWZ – przedmiotowe środki dowodowe, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku, gdy oficjalne materiały producenta dotyczące oferowanego urządzenia, takie jak katalogi, foldery, broszury, karty techniczne lub instrukcja używania (IFU), nie zawierają informacji odnoszących się do wszystkich parametrów wymaganych w formularzu Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna, potwierdzenie tych parametrów nastąpiło poprzez dodatkowe oświadczenie autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia?

Odp: Zamawiający nie przewiduje co do zasady potwierdzania brakujących parametrów wyłącznie dodatkowym oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora jako środka dowodowego zamiast dokumentacji technicznej producenta;

Zamawiający będzie natomiast akceptował równoważne, obiektywne dokumenty techniczne (np. specyfikacje, karty danych, oficjalne zestawienia parametrów producenta), nawet jeśli nie mają formy klasycznego katalogu, pod warunkiem, że są wskazane i złożone jako przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z SWZ.

Jeżeli dany parametr rzeczywiście nie występuje w żadnych oficjalnych materiałach producenta, Zamawiający rozważy dopuszczenie odpowiedniego oświadczenia producenta lub wykonawcy jako uzupełniającego środka dowodowego, jednak nie wprowadza generalnej zasady opierania się na oświadczeniach autoryzowanego dystrybutora w miejsce dokumentacji producenta.

Pytanie 13 dotyczy Część 1

"WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI INFORMATYCZNEJ 2. Obowiązek wykonania integracji 3. W ramach realizacji Części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać, skonfigurować, uruchomić, przetestować i przekazać Zamawiającemu do eksploatacji kompletną integrację aparatu do znieczulenia wraz z kardiomonitorem z systemami informatycznymi Zamawiającego w zakresie określonym poniżej. Pytanie do punktu 3 powyżej: Czy Zamawiający dopuści rezygnację z wymagań dotyczących integracji informatycznej z systemami użytkowymi przez Zamawiającego (obejmującego całość treści odnoszącej się do wymagań integracji informatycznej oraz rozbudowy EKZ, w szczególności punktów 4–41) — mając na uwadze, że dostawca aparatu do znieczuleń oraz kardiomonitora nie jest jednocześnie dostawcą posiadanego przez Zamawiającego systemu EKZ, a w konsekwencji nie może samodzielnie realizować rozbudowy licencyjnej i funkcjonalnej systemu EKZ ani integracji z systemem AMMS? Jednocześnie informujemy, że dostawca aparatu do znieczuleń zapewni możliwość eksportu danych znieczulenia pacjenta poprzez aktywację i konfigurację odpowiednich portów komunikacyjnych urządzeń.

Odp: Zgodnie z SWZ. Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego i zintegrowanego środowiska sprzętowo-informatycznego, spójnego z budowanym przez Zamawiającego systemem informacji klinicznej CIS.

Pytanie 14

Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Dot. § 5. Gwarancja ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia lub wady (usterki) do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dot. § 5. Gwarancja ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Pytanie 16

Dot. § 5. Gwarancja ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ust. 9 w następujący sposób:

Wykonawca gwarantuje minimum 8-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dot. § 7. Kary umowne i odpowiedzialność ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości naliczanych kar umownych do 20% wartości brutto Umowy?

Odp:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy poziom łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidziany w PPU i nie przewiduje jego obniżenia do 20% wartości brutto Umowy. Zamawiający jako Szpital – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), należący do sektora finansów publicznych realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego i ponosi szczególne ryzyko związane z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem umowy. Przyjęty w projekcie umowy limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych - wyższy niż 20% wartości brutto Umowy - jest elementem świadomie ukształtowanego systemu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz ochrony interesu publicznego. Postanowienia dotyczące kar są przejrzyste, a Wykonawcy mają pełną możliwość uwzględnienia wynikającego z nich ryzyka w kalkulacji ceny ofertowej

Pytanie 18 dotyczy – Części 2

Dotyczy specyfikacji technicznej dla części 2 (załącznik nr 2.2 do SWZ)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy pisząc „1 zestaw” Zamawiający oczekuje dostawy po 1 sztuce, ewentualnie po 1 opakowaniu z opisywanego produktu?

Odp: Zamawiający oczekuje dostawy po jednej sztuce każdej pozycji. W pozycji nr 6 SWZ oczekuje 1go opakowania(6 szt.)

Pytanie 19 dotyczy – Części 2

Dot. poz. 5 - Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokumenty Zamawiający będzie uznawał za potwierdzenie spełnienia wymogu dla poz. 5 w pakiecie 2.2 „Światłowód typ CF, bezpieczny w procedurach inwazyjnych”, w szczególności czy wystarczające będzie oświadczenie producenta w IFU potwierdzające zgodność z wymaganiami dla części aplikacyjnej typu CF zgodnie z IEC 60601-1?

Odp: Dot. poz. 5 Oświadczenie producenta w IFU potwierdzające zgodność z wymaganiami dla części aplikacyjnej typu CF zgodnie z IEC 60601 - 1 będzie wystarczające.

Pytanie 20 dotyczy Części 3

Dotyczy specyfikacji technicznej dla części 3 (załącznik nr 2.3 do SWZ)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy poprzez zapis „2 zestawy” Zamawiający oczekuje dostawy po 2 sztuki z opisywanego produktu ?

Odp: Tak zamawiający oczekuje dostawy po 2 sztuki oczekiwanego produktu

Pytanie 21 – Części 3

Dotyczy specyfikacji technicznej dla części 7 (załącznik nr 2.7 do SWZ)

Dot. poz. 8 - Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokumenty Zamawiający będzie uznawał za potwierdzenie spełnienia wymogu dla poz. 5 w pakiecie 2.2 „Światłowód typ CF, bezpieczny w procedurach inwazyjnych”, w szczególności czy wystarczające będzie oświadczenie producenta w IFU potwierdzające zgodność z wymaganiami dla części aplikacyjnej typu CF zgodnie z IEC 60601-1?

Odp: Oświadczenie producenta w IFU potwierdzające zgodność z wymaganiami dla części aplikacyjnej typu CF zgodnie z IEC 60601 - 1 będzie wystarczające.

Pytanie 22 dotyczy

Dotyczy rozdziału V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

Dot. części nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie co najmniej jednej dostawy urządzeń z zakresu urologii o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23 dotyczy

Dot. części nr 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie co najmniej jednej dostawy urządzeń z zakresu urologii o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy: Część 8 - Dostawa wózka anestezjologicznego – 4 szt.

Pytanie 24

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka (bez wyposażenia dodatkowego):

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm
- wysokość z nadstawką ok. 1650 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza wskazane wymiary wózka.

Pytanie 25

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wymiarach:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość (z kołami do blatu) 985 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza wskazane wymiary szafki.

Pytanie 26

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 5 szuflad o wysokości frontów:

- 2 x 75 mm
- 2 x 150 mm
- 1 x 225 mm?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary powierzchni użytkowej szuflad (szerokość x głębokość x wysokość):

- przy wysokości frontów 2 x 75 mm: 390 x 450 x 55 mm
- przy wysokości frontów 2 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane parametry.

Pytanie 28

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, obudowany z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

Odp: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie 29

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę stalową lakierowaną proszkowo na kolor szary; korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący vibracje – bez konieczności stosowania dodatkowego materiału?

Odp: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Pytanie 30

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, szuflady z samodociąganiem?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający chce mieć możliwość wyboru koloru zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty do otwierania szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego (kolor do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z boku wózka, wykonany z aluminium oraz miękkiego, amortyzującego tworzywa sztucznego?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową w osłonie z tworzywa ABS w kolorze szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „odcinków szyn instrumentalnych”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w stelaż nadstawki chromowany (bez kanałów montażowych po wewnętrznej stronie umożliwiających regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów) posiadający 10 uchylnych pojemników zamocowanych do stelaża nadstawki?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 12.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy: Część 9 - Dostawa wózka oddziałowego – 2 szt.

Pytanie 37

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka (bez wyposażenia dodatkowego):

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza wskazane wymiary wózka.

Pytanie 38

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wymiarach:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość (z kołami do blatu) 985 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza wskazane wymiary szafki.

Pytanie 39

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady o wysokości frontów 3 x 225 mm?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary powierzchni użytkowej szuflad (szerokość x głębokość x wysokość) przy wysokości frontu 3 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat o wymiarach: szerokość 640 mm, głębokość 545 mm?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor szary (bez profilu nośnego z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającego rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 8.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 44

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, obudowany z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę stalową lakierowaną proszkowo na kolor szary; korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje – bez konieczności stosowania dodatkowego materiału?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 46

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, szuflady z samodociągami?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający chce mieć możliwość wyboru koloru zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty do otwierania szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego (kolor do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 48

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z boku wózka, wykonany z aluminium oraz miękkiego, amortyzującego tworzywa sztucznego?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 49

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową w osłonie z tworzywa ABS w kolorze szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „odcinków szyn instrumentalnych”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 51

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego (zamiast koszyka) w trzy uchylne, boczne pojemniki przeznaczone na akcesoria?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 16.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 53

dot. SWZ- termin wykonania zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie terminu realizacji w tygodniach od dnia podpisania umowy dla części 6,8,9, i 10- 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pozostawienie terminu wykonania zamówienia w obecnej postaci tj. konkretnej daty, do której Wykonawca ma się zobowiązać wykonać zamówienie, może okazać się niewykonalnym. Z bogatego doświadczenia Zamawiający może zapewne wywnioskować że każde z postępowań ma inny, trudny do oszacowania na etapie ogłoszenia, czas trwania, zwłaszcza przy tak dużej ilości części, które potencjalnie zwiększają ilość prawdopodobnych Wykonawców, a co za tym idzie zwiększają również potencjalnie czas przeprowadzenia postępowania. Należy bowiem uwzględnić prawdopodobieństwo choćby skorzystania

przez Wykonawców z dostępnych w drodze ustawowej środków ochrony prawnej, a co za tym idzie uwzględnić również czas postępowania odwoławczego i czas procedowania Izby. Na etapie ogłoszenia postępowania trudno jest zatem podjąć konkretne zobowiązania, bowiem trudno ocenić w jakim terminie będzie mogła zostać podpisana zgodnie z prawem umowa.

W przypadku braku zmiany na wnioskowaną może zatem dojść do sytuacji patowej- wskazany przez Zamawiającego termin w postaci konkretnej nieprzekraczalnej daty, minie nieodwracalnie, a sam Zamawiający będzie zmuszony unieważnić postępowanie ze względu na fakt, iż będzie one obarczone wadą niemożliwą do usunięcia.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 54

dot. SWZ- wykaz dostaw

W związku z faktem iż różni producenci w różny sposób nazywają rodzajowo wymagany przedmiot zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zakresie wykazu dostaw:

- dla części 6 zamówienia- co najmniej jedna dostawa stolika operacyjnego/ stolika instrumentalnego o wartości nie mniejszej niż 7500,00 zł
- dla części 10 zamówienia- co najmniej jedna dostawa wózka do akcesoriów/ stołu do pakietowania o wartości nie mniejszej niż 4000,00 zł.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 55

dot. Część 6 zamówienia: Dostawa stolika operacyjnego – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuszcza stół operacyjny, w przypadku którego zakres regulacji wysokości blatu wynosi 955-1355 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

dot. Część 8 zamówienia: Dostawa wózka anestezjologicznego – 4 sztuki.

Czy Zamawiający dopuszcza wózek anestezjologiczny wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 57

dot. Część 9 zamówienia: Dostawa wózka oddziałowego – 2 sztuki.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek oddziałowy, w przypadku którego wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontu 156 mm) wynoszą 525 x 465 x 145 mm[szerokość x głębokość x wysokość]?

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 58 dotyczy – Część 9

2. Czy Zamawiający dopuszcza wózek oddziałowy wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

dot. OPZ dla części 6,8,9,10

W związku z faktem iż przedmiot zamówienia opisany w częściach 6,8,9 i 10 nie ma żadnych możliwości pozwalających na wprowadzanie, przechowywanie lub przesyłanie danych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wówczas w Tabeli nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia należy wpisać "nie dotyczy przedmiotu zamówienia".

Odp: Zamawiający potwierdza, że dla części 6, 8, 9 i 10 w Tabeli nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia należy wpisać „nie dotyczy przedmioty zamówienia”

Pytanie 60

dot. OPZ dla części 6,8,9,10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie do 72 godzin, czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia. Dla podmiotów mających siedzibę oddaloną o kilkaset kilometrów od Zamawiającego jest to optymalny czas, dający możliwość zorganizowania pracy.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61

dot. OPZ dla części 6,8,9,10

W związku z faktem iż przedmiot zamówienia opisany w częściach 6,8,9 i 10, ani jego elementy, nie podlegają sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134°C, czas ekspozycji 7 minut, 121°C czas ekspozycji 20 minut, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut., zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że wówczas w II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU należy wpisać "nie dotyczy przedmiotu zamówienia".

Odp: Zamawiający potwierdza, że dla części 6, 8, 9 i 10 w zakresie opisanym w pytaniu powyżej należy wpisać „nie dotyczy przedmioty zamówienia”.

Pytanie 62

dot. PPU zał. 3- dla części 6,8,9,10

1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu i szkolenia w zakresie części 6,8,9,10, ze względu na fakt, iż produkty będące przedmiotem zamówienia w tych częściach dostarczane są złożone, gotowe do użytku, a ich obsługa ma charakter typowy.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 63 dotyczy – Część 6,8,9,10

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla wyrobów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji, walidacji technicznych sprzętu (dot. części 6,8,9,10) niniejsze nie będą wymagane.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli Producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów okresowych. W okresie gwarancji podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 64 dotyczy – Część 6,8,9,10

3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia paszportu technicznego ze względu na fakt iż dla przedmiot zamówienia opisanego w części 6,8,9,10 producent wymaga przeprowadzenia przeglądów.

Odp: Paszport techniczny jest wymagany dla wyrobów, dla których Producent przewiduje wykonywanie przeglądów okresowych.

Pytanie 65 dotyczy – Część 6,8,9,10

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Urządzenie, na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 7 dni- dot. części 6,8,9,10.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załączniki:

- 1) Zmienione załączniki 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 oraz 2.10

Igor Radziewicz-
Winnicki

U
M

