



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ

Warszawa, 28.09.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 4502284

L. dz. 2429 /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ - nr postępowania 21/2026/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ.

Część 1 zamówienia: Dostawa aparatu do znieczulenia wraz w kardiomonitorem – 1 sztuka

Pytanie 66 dotyczy – dotyczy części 1

Ad. 90 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy moduł transportowy do kardiomonitora o przekątnej 5,5"?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy moduł transportowy do kardiomonitora o przekątnej minimum 5,5".

Pytanie 67 dotyczy – dotyczy części 1

Ad. 95 oraz 96 Czy Zamawiający dopuści wysokie klasy kardiomonitor posiadający min. 5 różnych konfiguracji ekranu z możliwością modyfikacji przez Użytkownika?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy kardiomonitor posiadający minimum 5 różnych konfiguracji ekranu z możliwością modyfikacji przez Użytkownika.

Pytanie 68 dotyczy – dotyczy części 1

Ad. 97 Czy Zamawiający dopuści rezygnację z wymogu, zgodnie z którym wszystkie kardiomonitora muszą być przygotowane do włączenia w posiadany przez Zamawiającego system centralnego monitorowania IntelliVue oraz umożliwiać wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce?

Wskazany wymóg, poprzez odniesienie do konkretnego, posiadanego przez Zamawiającego systemu, może ograniczać konkurencję i zawężać krąg wykonawców mogących zaoferować rozwiązania spełniające pozostałe wymagania funkcjonalne. Jednocześnie funkcjonalność integracji z obecnie



podmiot leczniczy
miasto stołeczne
Warszawy

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szp.tal.madalinskiego.pl

NIP: 6212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373
tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264



eksploatowanym systemem centralnego monitorowania nie jest niezbędna do realizacji podstawowej funkcji kardiomonitora.

Odp.: Tak. Zamawiający rezygnuje z wymogu zgodnie z którym wszystkie kardiomonitora muszą być przygotowane do włączenia w posiadany przez Zamawiającego system centralnego monitorowania IntelliVue oraz umożliwiać wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce. Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby oferowane kardiomonitora spełniały wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne określone w dokumentach zamówienia, przy czym integracja z posiadanym systemem centralnego monitorowania oraz możliwość wydruku na centralnej drukarce nie stanowią warunku koniecznego.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że modyfikacja ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców, przy zachowaniu możliwości realizacji podstawowej funkcji kardiomonitorów zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Pytanie 69 dotyczy – dotyczy części 1

Ad. 104 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem SpO2 w technologii równoważnej do Masimo lub FAST?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza pomiar SpO2 w technologii równoważnej do Masimo i Fast.

Kryterium równoważności dla technologii pomiaru SpO2 jest następujące:

- precyzyjność pomiaru SpO2 – oferowana technologia musi zapewniać dokładność pomiaru saturacji tlenem krwi na poziomie co najmniej odpowiadającym wymaganiom stawianym technologii Masimo i FAST;
- oferowana technologia powinna zapewniać co najmniej równorzędną jakość sygnału, odporność na zakłócenia (ruch, niski perfuzja, artefakty) oraz ciągłość monitorowania, tak aby nie prowadziło to do obniżenia poziomu bezpieczeństwa i jakości monitorowania pacjenta w stosunku do technologii Masimo i FAST.

Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest do wykazania równoważności (np. poprzez dokumentację producenta, karty katalogowe, opisy techniczne lub inne przedmiotowe środki dowodowe) w zakresie wskazanych wyżej parametrów i funkcjonalności, tak aby Zamawiający mógł jednoznacznie ocenić spełnienie wymagań.

Powyższe postanowienia należy traktować jako doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dopuszczenia technologii równoważnej do Masimo i FAST i stosować je przy przygotowywaniu ofert.

Igor
Radziewicz-
Winnicki

Elektronicznie
podpisany przez Igor
Radziewicz-Winnicki
Data: 2026.09.28
13:21:18 +02'00'