



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SPZOZ**

Warszawa, 01.10.2026 r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L. dz. 2449 /26/DZP



Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania nr 21/2026/DZP na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu na „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla miejskich szpitali” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ.

Pytanie 70

Dotyczy formularza zestawienie parametrów (załącznik nr 2.2, 2.3 i 2.7 do SWZ) II pozostałe wymagania / warunki udziału w zamówieniu lp. 4

Zamawiający zwraca się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących metod sterylizacji oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2, 3 oraz 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeznaczone do sterylizacji wyłącznie w parze wodnej w nadciśnieniu w temperaturze 134°C, zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego?

Uzasadnienie:

Sterylizacja parowa w temperaturze 121°C jest obecnie metodą rzadko rekomendowaną dla nowoczesnych endoskopów sztywnych i ich elementów optycznych. Wielokrotne procesy prowadzone w tej temperaturze przy wydłużonym czasie ekspozycji mogą niekorzystnie wpływać na trwałość elementów optycznych, połączeń klejonych oraz uszczelnień urządzenia. W związku z tym producent oferowanego wyrobu rekomenduje wyłącznie sterylizację parową w temperaturze 134°C.

W zakresie sterylizacji niskotemperaturowej (plazmowej) zgodność wyrobu z określonym systemem sterylizacji może być potwierdzona wyłącznie przez producenta danego sterylizatora oraz zwalidowany proces sterylizacji. Producent oferowanego wyrobu nie rekomenduje sterylizacji plazmowej jako wymaganej metody dekontaminacji, dlatego prosimy o odstąpienie od obligatoryjnego wymogu dopuszczenia sterylizacji plazmowej.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SWZ np na:

„Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w temperaturze 134°C, zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta wyrobu medycznego. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji, personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2.1 do SWZ - Zestawienie parametrów/Specyfikacja Techniczna - Wymagania dotyczące integracji informatycznej, w pkt 30 wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 pkt ustawy z dnia 11

Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

sekretariat@szpitalmadalinskigo.pl
szpitalmadalinskigo.pl

NIP: 5212935318

REGON: 012045743

KRS: 0000080373

tel. 22 45 02 215

fax 22 45 02 264



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026, poz. 793) modyfikuje zapisy dotyczące punktu 30 – Wymagania dotyczące integracji informatycznej. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 do SWZ.

Mając na uwadze, że powyższe zmiany stanowią modyfikację treści dokumentów postępowania w rozumieniu art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, które są istotne dla sporządzenia oferty w rozumieniu art. 137 ust. 6 Pzp, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert zgodnie ze zmienionymi wymaganiami **do dnia 5 października 2026 r. do godz.10.00.**

Załącznik: omyłka_po zmianach_Załącznik nr 2_1 do SWZ nr_21_2026_DZP Zestawienie parametrów_Specyfikacja techniczna

Z poważaniem


p.o. DYREKTORA SZPITALA
Igor Radziewicz-Winnicki



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy



Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
szpitalmadalinskiego.pl



NIP: 5212935318
REGON: 012045743
KRS: 0000080373



tel. 22 45 02 215
fax 22 45 02 264

