

Wyżej opisana funkcjonalność oraz wszelkie inne algorytmy softwareowe mające zastąpić kratkę przeciworozproszeniową w mammografii pozostają w sprzeczności nie tylko z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, ale również z fizyką promieniowania (która pozostaje niezmienna w czasie) – żadne oprogramowanie nie jest w stanie odfiltrować promieniowania rozproszonego, które wprowadza do obrazu szum i artefakty, pogarszając tym samym tak kluczową w mammografii jakość obrazowania.

W interesie Zamawiającego jest posiadanie mammografu spełniającego wszystkie obowiązujące wymogi prawne oraz, przede wszystkim, zapewniającego bezpieczeństwo personelowi medycznemu oraz pacjentkom.

**Wobec powyższego Odwołujący wnosi o wykreślenie punktu 48 z treści Załącznika nr 2-4 do SIWZ oraz o zmianę parametru opisanego w punkcie 49 Załącznika nr 2-4 do SIWZ, poprzez nadanie mu następującej treści:**

**Kratka przeciworozproszeniowa do wykonywania wszystkich rodzajów akwizycji obrazu (z wyjątkiem zdjęć z powiększarkami).**

#### **4) Dotyczy pkt 51 Załącznika nr 2-4 do SIWZ.**

Wymóg opisany w punkcie 51 Załącznika nr 2-4 do SIWZ uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Sposób usuwania kratki przeciworozproszeniowej do zdjęć z powiększeniem wynika wyłącznie z wybranych rozwiązań konstrukcyjnych. Tymczasem, sformułowanie: *"Zmotoryzowane wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem"* wskazuje na jedno z możliwych rozwiązań - zmotoryzowane wysuwanie kratki z toru promieniowania odbywające się wewnątrz statywu mammograficznego.

Rozwiązanie zastosowane w aparacie mammograficznym firmy GE polega na tym, iż kratka wraz z całym stolikiem automatycznie zsuwa się detektora poprzez zmotoryzowany ruch, po aktywacji odpowiednich przycisków przy detektorze. Następnie technik po jej usunięciu, do procedur z powiększeniem obrazu, wsuwa na detektor dedykowany stolik - montowany również z wykorzystaniem zmotoryzowanego mechanizmu.

**Wobec powyższego Odwołujący wnosi o wykreślenie punktów 51 z treści Załącznika nr 2-4 do SIWZ.**

#### **5) Dotyczy pkt 77 i 88 Załącznika nr 2-4 do SIWZ.**

Wymogi sformułowane w punktach 77 i 88 Załącznika nr 2-4 do SIWZ po raz kolejny uniemożliwiają Odwołującemu złożenie ważnej oferty, pomimo iż nie mają one żadnego decydującego znaczenia z punktu widzenia celów i potrzeb Zamawiającego, jakim ma służyć przedmiotowy aparat mammograficzny wraz z dwiema stacjami opisowymi. Wysokiej klasy stacja lekarska mammograficzna, którą oferuje Odwołujący, nie posiada funkcjonalności: *„...menu kontekstowego z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowanego dla każdego użytkownika”*

Rozwiązanie alternatywne, które oferuje Odwołujący posiada menu kontekstowe z narzędziami / funkcjami w takim samym wymiarze dla każdego użytkownika. Nie ogranicza to w żaden sposób funkcjonalności stacji. Sposób działania menu kontekstowego wynika z założeń konstrukcyjnych i rozwiązań interfejsu danego producenta.

**Wobec powyższego Odwołujący wnosi o zmianę parametru opisanego w punktach 77 i 88 Załącznika nr 2-4 do SIWZ, poprzez nadanie im następującej treści:**

*lit*