



Warszawa, dn. 25.10.2016 r.

Szp. Sp. 2416/16/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego SIWZ na dostawę endoprotez do rekonstrukcji piersi, nr postępowania 31/2016.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ na dostawę endoprotez do rekonstrukcji piersi, nr postępowania 31/2016.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Części 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy silikonowe, anatomiczne, teksturowane, 3 rodzaje wysokości, 2 projekcje, o objętości 170-575 ml, bez bezpośredniej kompatybilności z ekspanderami, gwarancja 10letnia pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza endoprotez opisanych w pytaniu.

Pyt. 2

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Części 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy silikonowe, anatomiczne, teksturowane, 3 rodzaje wysokości, 2 projekcje, o objętości 170-575 ml, bez bezpośredniej kompatybilności z ekspanderami, gwarancja 10letnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z Części 1 i utworzenia z nich odrębnego zadania lub o możliwość startowania na pojedyncze pozycje w części 1 zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza endoprotez opisanych w pytaniu. Zamawiający nie wydziela wymienionych pozycji do odrębnych części.

Pyt. 3

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Części 3, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy anatomiczne, 3 warstwy elastomeru silikonowego, 5 różnych kształtów, objętość 135-575 ml, gwarancja 10letnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza endoprotez opisanych w pytaniu.

Pyt. 4

Dotyczy Przedmiotu Zamówienia opisanego w Części 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści endoprotezy piersi o kształcie okrągłym, 3 warstwy elastomeru silikonowego, 4 profile (niski, wysoki, bardzo wysoki i ultra wysoki), objętość 95-695 ml, gwarancja 10letnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?




Jednocześnie uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 z Części 3 i utworzenia z nich odrębnego zadania lub o możliwość startowania na pojedyncze pozycje w części 3 zamówienia.


Odp. Zamawiający nie dopuszcza endoprotez opisanych w pytaniu. Zamawiający nie wydziela wymienionych pozycji do odrębnych części.

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

DYREKTOR SZPITALA

  
mgr inż. Maria Dziura

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych

  
mgr inż. Tomasz Szopiński