



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
Szp. Sp./ /17/DZP

Warszawa, dn. 24.04.2017 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego” nr postępowania 9/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego” nr postępowania 9/2017

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.
Część nr 6 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 87 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 51 do 89 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisywany w pytaniu.

Część nr 5

Pyt. 3

Część nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu.

Pyt. 4

Część nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu.

Pyt. 5

Część nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta dł. 165mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu.

Pyt. 6

Część nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Micro-Mosquito, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzia opisane w pytaniu.

Część nr 4. Właściwości techniczno – użytkowe – Stół operacyjny sztuk 1.

Pyt. 7

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 2 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem wyposażonym w przycisk do zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków oraz z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlana jest informacja o aktualnej orientacji blatu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 8

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 3 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem wyposażonym w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest m.in. informacja o stanie naładowania baterii (w zakresie od 0 do 100%)? Jest to rozwiązanie znacznie dokładniejsze niż „wskaźniki diodowe naładowania baterii” opisane przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.



Pyt. 9

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 4 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem z przyciskiem aktywującym w tym samym kolorze co pozostałe przyciski?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 10

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 6 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 11

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez listwy na wyposażenie usytuowanej od szczytu zagłówek?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 12

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 9 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z odległościami pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większymi niż 110 mm? Materace w oferowanym stole w celu zwiększenia komfortu pacjenta posiadają zaokrąglone profile i odległość pomiędzy ich czołami nie jest większa niż 60 mm (nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska).

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 13

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 10 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości (z materacem) od 740 do 1140 mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 14

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 16 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylenia o kąt 180° , blokowanymi przy pomocy pokręteł?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 15

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 22 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami z pianki poliuretanowej bez domieszki aktywnego srebra?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 16

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 22 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami z pianki poliuretanowej z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie m.in. MRSA, bez świadectwa z laboratorium badawczego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 17

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 23 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o dopuszczalnym obciążeniem roboczym równym 250 kg oraz o dopuszczalnym obciążeniu statycznym (przy wypoziomowanym blacie, centralnie ułożonym względem kolumny oraz ruchu góra/dół) równym 350 kg ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 18

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 25 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o konstrukcji blatu wraz z materacami poliuretanowymi umożliwiającymi prześwietlenie RTG w zakresie 350 mm na długości 1060 mm - mierząc od strony podglówek oraz w zakresie 310 mm na długości 975 mm – mierząc od strony podnóżków?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 19

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 25 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy dwóch tac umieszczanych w tunelach pod segmentami blatu (jedna dla segmentów podglówek i oparcia pleców, druga dla segmentu lędźwiowego)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 20

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 29 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny wynoszącego 1350 mm ?



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 21

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 30 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z końcówkami elementów służących do regulacji ustawień segmentów blatu wykonanymi ze stali nierdzewnej (regulacja podglówka, odwodzenie podnóżków) lub z tworzywa sztucznego (regulacja podnóżków) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza stół z końcówkami ze stali nierdzewnej.

Pyt. 22

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 31 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podpórki pod rękę bez przegubu kulowego? Konstrukcja proponowanych podpórek umożliwia ich obrót wokół osi pionowej.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 23

Czy ze względu na ergonomię pracy personelu oraz zwiększenie możliwości wykorzystania stołu, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał przesuw wzdłużny sterowany z pilota przewodowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wypiętrzenia ławeczki nerkowej w sposób mechaniczny (mechanizmem korbowym)? Oferowane rozwiązanie jest łatwe w obsłudze oraz pozwala na precyzyjne ustawienie żądanej wysokości wypiętrzenia.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający pilot wyposażony we wskaźnik diodowy naładowania baterii z podziałem na 3 strefy – 3 stopniowy podświetlany w kolorze zielonym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający pilot z funkcją automatycznego rozłączenia po upływie 30 sekund od ostatniego ruchu stołu, aktywowany przyciskiem oznaczonym specjalnym piktogramem, bez wyróżnienia kolorystycznego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2050 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający listwy boczne bo obu stronach stołu na każdym segmencie, bez dodatkowej listwy od szczytu zagłówek?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590 do 1070 mm z materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/-25 stopni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.



Pyt. 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania –blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówna ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 36

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antibakteryjne, przeciugrzybiczne oraz przeciwoleżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu opisanego w pytaniu.

Pyt. 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym końcówki elementów służących do regulacji ustawień segmentów blatu (dźwignie, pokręta) nie są wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali?

Odp. Zamawiający dopuszcza stół z końcówkami ze stali nierdzewnej.

Pyt. 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego producent czy dostawca nie jest zarejestrowany jako autoryzowany partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi – tym samym bez certyfikatu w tym zakresie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Pyt. 43

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pas uda oraz tułowia zapinany na rzepu zamiast klamer?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stół opisany w pytaniu.

Część nr 6

Pyt. 44

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 219 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego.



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 45

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 74cm? Parametr ten nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 46

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 54cm - 98cm? Parametr ten nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 47

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi opuszczanymi 2 stopniowo, za pomocą dwóch rąk, w celach bezpieczeństwa, aby wykluczyć ryzyko przypadkowego opuszczenia barierek, a tym samym ryzyka upadku pacjenta?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 48

Czy Zamawiający dopuści wózek bez kosza na butlę z tlenem?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Pyt. 49

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących o szerokości całkowitej 730 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 50

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 51

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z barierkami bocznymi o wymiarach 104 x 26 (ponad leże) cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 52

Czy osłony boczne (pkt. 6) to barierki boczne (pkt. 7)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.

Pyt. 53

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących wyposażony w materac bez właściwości niepalnych?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.

Ogólne warunki umowy

Pyt. 54

dot. §5 ust. 7 – projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia wynosił 48 godzin /2dni/ roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy

Pyt. 55

dot. §5 ust. 7 – projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„.... Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni robocze.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ.