



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
L.dz./ 2043 /22/DZP

Warszawa, 27.09.2022 r.

Strona internetowa Szpitala/Platforma zakupowa

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Dostawę artykułów do procesu sterylizacji”, numer postępowania: 20/2022/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „Dostawę artykułów do procesu sterylizacji”, numer postępowania: 20/2022/DZP:

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pyt. 2. Dotyczy części nr 2, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odp. Wszelkie informacje powinny być w języku polskim.

Pyt. 3. Dotyczy części nr 2, rękawów papierowo foliowych:

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2.

Pyt. 4. Dotyczy części nr 2, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i folii minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawy opisane w pytaniu.

Pyt. 5. Dotyczy części nr 2, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odp. Zamawiający wymaga, aby każdy produkt posiadał odpowiednią etykietę identyfikacyjną, zgodą z obowiązującymi standardami.

centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373
PKO BP 64 1020 1042 0000 8002 0373 2864

R. Nowak



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pyt. 6. Dotyczy części nr 2, rękawów papierowo foliowych:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

Pyt. 7. Dotyczy części nr 2, papieru krepowanego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego w opakowania większe np. 350 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania opisane w pytaniu.

Pyt. 8. Dotyczy części nr 2, papieru krepowanego:

Czy Zamawiający wymaga, aby dla potwierdzenia jakości produktów dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność towaru z normami wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, taką jak np. Isega?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pyt. 9. Dotyczy części nr 2, papieru krepowanego:

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pyt. 10. Dotyczy części nr 3, pozycji nr 3:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Wszelkie informacje powinny być w języku polskim.

Pyt. 11. Dotyczy części nr 3, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane opakowanie.

Pyt. 12. Dotyczy części nr 3, pozycji nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu testowego składającego się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki w zamian za pakiet testowy z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzeżenia?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na pakiet opisany w pytaniu.

Pyt. 13. Dotyczy części nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników do wykrywania pozostałości białkowych z możliwością uzyskania wyniku w ciągu 1 minuty, spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wskaźnik opisany w pytaniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Inwestycyjne
Henryk Janiak
mgr inż. Henryk Janiak

centrala: (22) 4502 200
sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264
sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
www.szpitalmadalinskiego.pl

NIP 5212935318
REGON 012045743
KRS 0000080373
PKO BP 64 1020 1042 0000 8002 0373 2864

Balowski