



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 22 4502284  
L.dz./ 253 /23/DZP

Warszawa, 31.01.2023 r.

### Platforma zakupowa / Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Dostawę szwów chirurgicznych i siatek polipropylenowych”, numer postępowania: 1/2023/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „Dostawę szwów chirurgicznych i siatek polipropylenowych”, numer postępowania: 1/2023/DZP:

**Pyt. 1 dot. Część 3:**

Czy Zamawiający dopuści w cz. 3 w poz. 1- 3 siatki polipropylenowe :

1. gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
2. grubość siatki 0,41 mm
3. wielkość porów 1x1,25 mm
4. grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pyt. 2 dot. Część 3 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatki przepuklinowej o wymiarach 8x13 cm, wykonanej z polipropylenu 100%, monofilamentowej, o wielkości porów podanej w mm<sup>2</sup> i wynoszącej min 3,3 mm<sup>2</sup>, o grubości siatki 0,65mm (+/-0,15 mm), o gramaturze 65-80 g/m<sup>2</sup>, o grubości nitki 0,16 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 3 dot. Część 3 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatki przepuklinowej o wymiarach 10x16cm, wykonanej z polipropylenu 100%, monofilamentowej, o wielkości porów podanej w mm<sup>2</sup> i wynoszącej 3,3 mm<sup>2</sup>, o grubości siatki 0,65mm (+/-0,15 mm), o gramaturze 65-80 g/m<sup>2</sup>, o grubości nitki 0,16 mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 4 dot. Część 3 poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatki przepuklinowej o wymiarach 30x30cm, wykonanej z polipropylenu 100%, monofilamentowej, o wielkości porów podanej w mm<sup>2</sup> i wynoszącej 3,3 mm<sup>2</sup>, o grubości siatki 0,65mm (+/-0,15 mm), o gramaturze 65-80 g/m<sup>2</sup>, o grubości nitki 0,16 mm?


**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 5.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 9:

9. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu Towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonych Towarów za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych Towarów.**

**Odp. Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie wnioskowanych zapisów.**

Bulwowski



**Pyt. 6** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody wnioskowany zapis.**

**Pyt. 7.** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody wnioskowany zapis.**

**Pyt. 8. Dot. Części 1, poz. 1-24**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniającą, powlekana, syntetyczna, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 % pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50 %, czas wchłaniania do 70 dni

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 9. Dot. Części 1, poz. 25-30**

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, wchłaniający, syntetyczny, jałowy, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, czas całkowitej absorpcji 180-210 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75 % pierwotnej siły, po 28 dniach 65-70 % pierwotnej siły, po 43 dniach 55-60 % pierwotnej siły, po 57 dniach 40%?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 10. Dot. Części 1, poz. 31-34**

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, wchłaniający, syntetyczny, jałowy, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, czas całkowitej absorpcji 90 - 120 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40 % pierwotnej siły, po 3 tygodniach 15 % pierwotnej siły?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 11. Dot. Części 1, poz. 39-44**

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, powlekany, wchłaniający, syntetyczny, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, o czasie całkowitej absorpcji do ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0%?


**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.**

**Pyt. 12. Dot. Części 1, poz. 45-47**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 45-47 lub wykreśli te pozycje z części 1?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z pominięciem w części 1 pozycji 45-47 i nie wyraża zgody na wykreślenie tych pozycji z części 1.**

*Bulnowski*



**Pyt. 13. Dot. Części 2, poz. 12-17**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 14. Dot. Części 2, poz. 20-23**

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, niewchłaniający, z poliestru, powlekany silikonem?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 15. Dot. Części 3**

Czy Zamawiający dopuści siatki monofilamentowe, wykonane z polipropylenu, o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i wielkości porów 1,3 x 2,0 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisane siatki.**

**Pyt. 16. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** zaoferowanie w jednej saszetce trzech szwów długości 50cm, każdy z jedną igłą odwrotnie tnącą 76 mm, w miejsce jednego szwu z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 77mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 17. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** szew z jedną igłą odwrotnie tnącą 76mm, w miejsce szwu z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 77mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 18. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** szew z plecionki poliestrowej powlekanej silikonem z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 76mm w miejsce szwu monofilamentowego, poliamidowego, z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 77mm?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 19. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 14** szew długości 75 cm w miejsce 90 cm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 20. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 14** szew z dwoma igłami w miejsce szwu z jedną igłą, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 21. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 17** igłę 15 mm w miejsce 17 mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 22. Dot. części 2**


Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 17** igłę 18 mm w miejsce 17 mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.**

**Pyt. 23. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 19** igłę 24 mm w miejsce 26 mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**



S Z P I T A L  
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



**Pyt. 24. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 19** igłę 30 mm w miejsce 26 mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego produktu.**

**Pyt. 25. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 21** igłę 26 mm w miejsce 27mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.**

**Pyt. 26. Dot. części 2**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 22** igłę 26 mm w miejsce 25mm, reszta zgodnie z SWZ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisaną igłę.**

DYREKTOR SZPITALA

*MD*  
mgr inż. Maria Dziura

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

*GP*  
mgr inż. Grażyna Pawłowska

*Bulowska*