



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Dział Zamówień Publicznych

Warszawa, 30.05.2023 r.

tel. 22 4502284

L.Dz./ *1018* /23/DZP

Strona internetowa Szpitala/Platforma zakupowa

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 16/2023/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SWZ na „dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego”, nr postępowania 16/2023/DZP:

Pyt. 1 dot. zadania nr 35 poz. 4

Prosimy o usunięcie rozmiaru M z formularza asortymentowo – cenowego. Ten rozmiar nie występuje w ofercie producenta

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie rozmiaru M z asortymentu w części 35 Formularza asortymentowo-cenowego, L. p. 4.

Pyt. 2 Część 8 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 28, długość 50cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pyt. 3. Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 20 i 22

Prosimy o weryfikację odpowiedzi na pytanie nr 196

W pakiecie nr 2 pozycja 20 Zamawiający oczekiwał zaofiarowania strzykawki bursztynowej o pojemności 20ml, natomiast w pozycji nr 22 strzykawki bursztynowej o pojemności 50ml. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 196, Zamawiający będzie miał ten sam produkt w dwóch różnych pozycjach.

Odp. Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 196 udzieloną w wyjaśnieniu treści SWZ w dniu 26.05.2023 r.

Pyt. 4. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 7-18, po modyfikacji pakiet 3a

W celu uniknięcia niejasności na etapie badania ofert, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nadal oczekuje dołączenia do składanej oferty potwierdzenia badań laboratoryjnych lub klinicznych biokompatybilności materiału z którego wykonany jest cewnik kaniuli. Wspomniane badania gwarantują, że kaniule zostały wnikliwie przebadane przez niezależną jednostkę i dostarczony użytkownikowi produkt jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta

Zamawiający dopuścił złożenie oferty na kaniule o innych parametrach (pytanie 210 -218) ale w treści pytania ani w odpowiedzi Zamawiającego, temat badań nie został poruszony. Należy więc przyjąć że wymóg posiadania badań został przez Zamawiającego podtrzymany i Zamawiający nie obniżył standardów jakości dotyczących oferowanych kaniul.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący biokompatybilności kaniul.



S Z P I T A L
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25



Pyt. 5. Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 2-5

Czy Zamawiający wymaga aby kraniki trójdrożne posiadały również wyczuwalny indykator położenia?

Tylko takie rozwiązanie pozwala na szybkie i precyzyjne ustawienie przepływów kranika w pożądanym położeniu oraz ze względu na precyzję wykonania, gwarantuje jego szczelność

Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SWZ.

DYREKTOR SZPITALA

mgr inż. Maria Dziura

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Grażyna Pawłowska

Specjalista ds. zamówień
publicznych

mgr Barbara Bukowska